

Kupujúci:
Typ zákazky:
Predmet zákazky:
Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu
Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Vodič na hodnotenie koronárnej fyziológie pomocou senzorov (FFR, RFR, IMR a CFR)

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.1	Hrúbka vodiča: max.0,014"	áno
1.2	Pracovná dĺžka vodiča: min.175cm	áno
1.3	na meranie frakčnej prietokovej rezervy (FFR)	áno
1.4	kompatibilný s prístrojmi Coroflow a Quantien	áno
1.5	RTG vizualizovateľný	áno
1.6	s možnosťou bezdrôtového merania FFR	áno
1.7	každý kus vodiča samostatne sterilne balený	áno

Optický kohorentný katéter

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
2.1	Vonkajší priemer: max.2,7Fr	áno
2.2	Pracovná dĺžka katétra: min.135cm	áno
2.3	Lumen vodiča: max.0,014"	áno
2.4	schopný rýchlo a detailne zobrazit' anatomické pomery vyšetrovanej cievy s priemerom 2,0 - 3,5 mm	áno
2.5	3 RTG kontrastné markery pre OCT pullback	áno
2.6	katéter typu RX (monorail)	áno
2.7	hydrofilný povrch katétra	áno

V Bratislave, dňa

Ing. Pavel Bohdal, konateľ spoločnosti