

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 15. júla 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Vybavenie operačných sál** (NsP Spišská Nová Ves) – III. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Vybavenie operačných sál (NsP Spišská Nová Ves)** uverejnenej dňa 8.6.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 108-245503.

Otázka č. 1:

V prílohe č. 1 SP – Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 2 Elektrochirurgická jednotka, p. č. 5 požaduje verejný obstarávateľ „Autostop pre bipolárnu koaguláciu“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pokiaľ ponúkaný prístroj nemá funkciu Autostop pre bipolárnu koaguláciu, ale disponuje funkciou Autostart pre bipolárnu koaguláciu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku vrátane úpravy súvisiacich techn. požiadaviek v pol. č. 1 a 2. Úprava technických požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ vykonal, sú v opise predmetu zákazky farebne zvýraznené.

Nové znenie pol. č. 1: Možnosť použitia monopolárnej koagulácie

Nové znenie pol. č. 2: Možnosť použitia bipolárnej koagulácie

Nové znenie pol. č. 5: Možnosť použitia pokročilej bipolárnej koagulácie s funkciou Autostop (zvukový signál)

Otázka č. 2:

Súčasťou kúpnej zmluvy má byť Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Vzhľadom na to, že sa upravovali súťažné podklady, domnievame sa, že ide o Súhrnnú cenovú ponuku, ktorá tvorí Prílohu č. 3 SP.

Príloha č. 2 Kalkulácia ceny (rozpis jednotlivých položiek tovaru) sa uvádza na str. 4 a str. 11 kúpnej zmluvy. Taktiež je uvedená v poznámkach pod čiarou.

Prosíme o zosúladenie Návrhu kúpnej zmluvy so súťažnými podkladmi.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky pre príslušné časti predmetu zákazky v súlade so súťažnými podkladmi a jej prílohami.

Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ potvrdzuje, že príloha súťažných podkladov s názvom „Súhrnná cenová ponuka“ je zároveň aj Prílohou č. 2 ku Kúpnej zmluve.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje požiadavky na obsah ponuky uvedené v kap. 20 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje všetkým záujemcom, že v priebehu posledných dní poskytovateľ aplikácie Josephine, spoločnosť Nar marketing s.r.o., zaregistroval výpadok zasielania emailových notifikácií záujemcom. Tento výpadok bol plošný, preto e-mailové notifikácie po odoslaní verejných správ záujemcom neboli doručované. Poskytovateľ aplikácie po zistení tohto výpadku opravil chybu a v týchto dňoch už e-mailové notifikácie odchádzajú.

Verejný obstarávateľ nepovažuje toto vysvetlenie za podstatnú zmenu podmienok zadávania zákazky a zároveň ju oznamuje v dostatočnom časovom predstihu, preto nebude z dôvodu zverejnenia tohto vysvetlenia predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO