

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Vybavenie operačných sál** (NsP Spišská Nová Ves) – IV. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Vybavenie operačných sál (NsP Spišská Nová Ves)** uverejnenej dňa 8.6.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 108-245503.

Časť č. 4: Operačný stôl bariatrický - Položka č. 5

Otázka č. 1:

P. č. 5 „Počet segmentov min. 5 ks“ navrhujeme upraviť nasledovne:

„Počet segmentov min. 7 ks, nožné segmenty zo 4 častí.“, čím sa dosiahne presnejšia špecifikácia k dosiahnutiu komplexného využitia stola.

Celkový počet segmentov považujeme za podhodnotený a zároveň nie je z uvedenej špecifikácie jasné, že z koľkých častí majú pozostávať nožné segmenty.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upresňuje špecifikáciu položky č. 5 :

„Počet segmentov min. 7 ks, nožné segmenty zo 4 častí“

Otázka vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky:

Otázka č. 2 týkajúca sa Článku 5 Kúpnej zmluvy „Zodpovednosť za vady a záručná doba“.

Akým spôsobom bude riešená situácia, ak bude nutné poslať prístroj výrobcovi na technické preskúšanie, kalibráciu, alebo v prípade reklamácie pri uplatnení záruky vzťahujúcej sa k novej výrobnej vade? V dobe trvania záruky, výrobca často nepovoľuje zásah do určitých funkčných častí prístroja.

V takýchto prípadoch je nutné prístroj zaslať výrobcovi, pričom lehota diagnostiky môže dosiahnuť 3-4 týždne.

Odpoveď:

Zmluva v bode 5.9 upravuje lehoty v prípade uplatnenia reklamácie za vadu zariadenia v rámci záručnej doby.

Predávajúci je povinný zabezpečiť servisného technika, ktorý v lehote podľa bodu 5.10 nastúpi na odstránenie vady zariadenia. Vzhľadom na postavenie verejného obstarávateľa – jedná sa o zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť, požadujeme flexibilitné zabezpečenie servisu v mieste inštalácie zariadenia. Servisný technik certifikovaného servisného strediska je predsa oprávnený zasiahnuť do zariadenia bez toho, aby došlo k porušeniu podmienok trvania záruky. Ak predávajúci preukáže, že oprava zariadenia vyžaduje objednanie náhradného dielu, nie je predávajúci obmedzený lehotou na odstránenie vady v zmysle bodu 5.9.2 zmluvy.

Otázka vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ zvažil aktuálne nastavenie aukcie s cieľom dosiahnuť čo najhospodárnejšie výsledky. Z dôvodu nastavenia min. kroku zníženia v elektronickej aukcii, ktorý sa vzťahuje na uchádzačom zadávanú hodnotu a nie na celkovú hodnotu, sa verejný obstarávateľ rozhodol upraviť pravidlá elektronickej aukcie.

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že prvky, ktorých hodnoty budú predmetom zníženia v elektronickej aukcii bude **uchádzačom ponúknutá celková cena s DPH** (a nie jednotková cena bez DPH), a to pre všetky časti predmetu zákazky. Upravené súťažné podklady s vyznačenými zmenami verejný obstarávateľ zverejnil v časti Dokumenty k predmetnej zákazke v systéme JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ túto úpravu pravidiel elektronickej aukcie vykonáva z vlastného podnetu, aby zabránil prípadným pochybeniam počas priebehu elektronickej aukcie a zároveň, aby umožnil uchádzačom čo najpohodľnejšie predkladanie ponúk.

Zároveň verejný obstarávateľ upravil bod 10.6 Súťažných podkladov, aby upozornil záujemcov na potrebu prečítania nepretržite zverejneného manuálu práce so systémom Josephine.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je **upravená špecifikácia predmetu zákazky** samostatne zverejnená v časti Dokumenty v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky, ktorú verejný obstarávateľ zverejní do 1 pracovného dňa do systému JOSEPHINE.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia sú tiež upravené Súťažné podklady samostatne zverejnené v časti Dokumenty v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami, ktoré verejný obstarávateľ zverejní do 1 pracovného dňa do systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ súčasne so zverejnením tohto vysvetlenia predlžuje lehotu na predkladanie ponúk, a to najmä z dôvodu úpravy podkladov neskôr ako 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladaním ponúk, ako aj z dôvodu čerpania dovolení členov komisie verejný obstarávateľ posúva termín na predkladanie a otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ verí, že vytvorením väčšieho časového priestoru podporí čestnú hospodársku súťaž a umožní dodávateľom pripraviť kvalitné cenové ponuky.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO