

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

| Názov skupiny dodávateľov: <i>v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i> | [●] | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|----|--------------------|----|-------------------------|----|----------------|----|
| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | TIMED, s.r.o | | | | | | | | | | |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava | | | | | | | | | | |
| IČO: | 00602175 | | | | | | | | | | |
| DIČ: | 2020459067 | | | | | | | | | | |
| IČ DPH: | SK2020459067 | | | | | | | | | | |
| Bankové spojenie: | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu IBAN: | | | | | | | | | | | |
| BIC / SWIFT: | | | | | | | | | | | |
| Právna forma: | Sro | | | | | | | | | | |
| Internetová adresa (web): | www.timed.sk | | | | | | | | | | |
| Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom: | OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 239/B | | | | | | | | | | |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>meno a priezvisko</th> <th>štátna príslušnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Mária Kylianová</td> <td>SR</td> </tr> <tr> <td>Ing. Jana Adamcová</td> <td>SR</td> </tr> <tr> <td>Ing. Elena Jurikovičová</td> <td>SR</td> </tr> <tr> <td>Richard Kylian</td> <td>SR</td> </tr> </tbody> </table> | meno a priezvisko | štátna príslušnosť | Ing. Mária Kylianová | SR | Ing. Jana Adamcová | SR | Ing. Elena Jurikovičová | SR | Richard Kylian | SR |
| meno a priezvisko | štátna príslušnosť | | | | | | | | | | |
| Ing. Mária Kylianová | SR | | | | | | | | | | |
| Ing. Jana Adamcová | SR | | | | | | | | | | |
| Ing. Elena Jurikovičová | SR | | | | | | | | | | |
| Richard Kylian | SR | | | | | | | | | | |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | Richard Kylian | | | | | | | | | | |
| Telefón a e-mail: | | | | | | | | | | | |
| Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik? /nehodiace sa preškrtnite/: | STREDNÝ PODNIK | | | | | | | | | | |

Richard Kylian
konateľ spoločnosť

PRÍLOHA Č. 10

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA PRE ČASŤ 5

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Identifikácia uchádzača: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Názov skupiny dodávateľov: | TIMED, s.r.o. | |
| Obchodné meno / Názov: | Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava | |
| Sídlo / Miesto podnikania: | 00602175 | |
| IČO: | | |
| Identifikácia verejného obstarávateľa: | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 331 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) | |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „ VYBAVENIE ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH SÁL A PRACOVISKA ODDELENIA ARYTMIIÍ “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 24.1.2025 pod značkou 52584-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 18/2025 zo dňa 27.1.2025 pod značkou 1818 - MST (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) | |
| Je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike? | <input checked="" type="checkbox"/> ÁNO | <input type="checkbox"/> NIE |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | najnižšia cena uchádzača za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky, resp. v prípade časti 4 najnižšia cena uchádzača za dodanie 1 zostavy Mobilnej anestéziologickej jednotky, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta v zmysle špecifikácie predmetu zákazky | |
| Návrh na plnenie kritéria č. 1: | 51 625,56 EUR s DPH | |

V Bratislave, dňa 4.2.2025

.....
Richard Kylian – konateľ spoločnosti
TIMED, s.r.o

Verejný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chôrob a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Obstarávateľ/Objednávateľ:

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Predmet zákazky: **Vybavenie elektrofyziologických sál a pracoviska oddelenia arytmií**

Dokument: Príloha č. 12 súťažných podkladov/príloha č. 1 zmluvy

Uchádzač: TIMED, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

Cena predmetu zákazky/zmluvy pre časť 5

| Položka | Názov časti | Výrobca | Model | MJ | Počet MJ | Cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH | DPH | Cena v EUR s DPH |
|------------------------|--|------------------|--------|------------|----------|--------------------|------------|----------|------------------|
| 1. | <i>Externý programovateľný EF stimulátor</i> | Micropace EP Inc | EPS320 | ks (celok) | 1 | 41 972,00 | 23% | 9 653,56 | 51 625,56 |
| Spolu za časť 5 | | - | - | - | - | 41 972,00 | | 9 653,56 | 51 625,56 |

V Bratislave, dňa 4.2.2025

Richard Kyjlian – konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 12 PRE ČASŤ 5

OPIS A CENA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis - špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Vybavenie elektrofyziologických sál a pracoviska oddelenia arytmií - časť 5: Externý programovateľný EF stimulátor

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty na predmet zákazky:

Základné požiadavky:

Prenosný diagnostický programovateľný prístroj na fyziologickú stimuláciu – [návod str. 5](#)

- implantácie kardiostimulátorov s prvkami elektrofyziológie – [návod str. 7](#)

Integrovaný displej min. 12 palcov - [návod str 5](#)

Diagnostika srdcových arytmií - [návod str 7](#)

Fyziologická stimulácia zo zabudovaným EKG - [návod str 5](#)

Integrovaný záložný akumulátor alebo batéria - [návod str 35](#)

Zobrazenie min. 2 kanálov intrakardiálnych signálov a 8 kanálov povrchového EKG - [návod str 5](#)

Snímanie EKG:

Záznam povrchového, intrakardiálneho aj transesofageálneho EKG - [návod str 5](#)

- pripojiteľné zvody na povrchové EKG - [návod str 5](#)

- 5 aj 12 zvodové - [návod str 5](#)

- možnosť zmeny posuvu 10, 25, 50, 100, 200 mm/s (400 mm/s pri tlači) - [návod str 36](#)

- nahrávanie EKG - [návod str 16](#)

- prevedenie následnej analýzy – meranie časových intervalov od stimulu k R vlně na povrchovom EKG - [návod str 23](#)

- min 2 intrakardiálne zvody na meranie potenciálov na elektróde - [návod str 5](#)

- filtrované (30 Hz) i nefiltrované zobrazenie (0,5 Hz) - [návod str 36](#)

- uloženie EKG i nameraných hodnôt na externé média, vrátane možnosti uloženia verzií pre tlač v bežne používaných PC formátoch - .pdf - [návod str 5](#)

- pamäť min. pre 90 sekundové záznamy EKG - [návod str 18](#)

- vstup pre externé EKG - [návod str 14](#)

Stimulácia:

Možnosť stimulácie a meranie elektrických parametrov pomocou diagnostických katétrov, zvodových káblov, transezofageálnych elektród - [návod str 5](#)

- 2 kanály pre srdcovú stimuláciu - [návod str 35](#)
- napäťová stimulácia v rozsahu min. 0,1 až 8 V pri max. 25 mA - [návod str 35](#)
- prúd 0,1 až 25 mA - 200 až 2000 Ohm - [návod str 35](#)
- snímanie stimulácie s krokom 0,05 mV - [návod str 36](#)
- Meranie elektrických parametrov [návod str 20](#)
- prah - [návod str 20](#)
- sensing - [návod str 23](#)
- meranie impedancie v rozsahu najmenej od 50 do 9000 Ohm - [návod str 19](#)

Ostatné požiadavky:

- Pripojenie zo systémom pre elektrofyziologické vyšetrenie (ELFYZ) - [návod str 7](#)
- Pripojenie zo systémom Reliaty - [návod str 16](#)
- Ochrana prístroja pred vysokoenergetickými ZP, defibrilátorov - [návod str 11](#)
- USB konektor pro externé médiá - [návod str 35](#)
- Konektor HDMI pre pripojenie externého monitora - [návod str 31](#)
- 50/60 Hz filter - [návod str 37](#)
- Kompletné príslušenstvo pre plnú prevádzku prístroja - [návod str 13](#)
- Kompatibilita s bežnými dezinfekčnými roztokmi na štandardnú údržbu - [návod str 30](#)
- Napájanie 230 V + záložný akumulátor/batérie - [návod str 35](#)

Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

- služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
- kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
- odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
- zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja v rozsahu min. 1 hodiny,
- odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
- záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
- záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis v cene predmetu obstarania.

Týmto potvrdzujem, že spĺňam všetky uvedené vlastnosti, parametre a hodnoty špecifikácie predmetu zákazky

V Bratislave, dňa 4.2.2025

.....
Richard Kylian / konateľ spoločnosti