

Príloha č. 3 Zápisnice z vyhodnotenia ponúk a podmienok účastiHodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky: **Doplnenie prístrojového vybavenia – KFBaLR – Asistovaná terapia hornej končatiny**Posudzovaná ponuka uchádzača: **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150**

Obchodný názov ponúkaného tovaru: Armeo Spring, Hocoma AG

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom (Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov)		Ponuka uchádzača	Hodnotenie požiadaviek komisiou	
		Parametre ponúkaného tovaru s uvedením strany dokladu, kde sa parameter nachádza	Overenie súladu predkladaných informácií o ponúkanom tovare v Prílohe č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky s predloženým produktovým listom k ponúkanému prístroju (súhlas/nesúlad predložených dokladov)	Posúdenie požiadavky komisiou splnil / nesplnil
Prístroj na funkčnú roboticky asistovanú terapiu hornej končatiny - 1 ks				
1	Prístroj na funkčnú roboticky asistovanú terapiu hornej končatiny	spĺňa, návod str. 6	v súlade	splnil
2	Exoskelet - robotické rameno s mechanickou podporou hmotnosti ruky a predlaktia	spĺňa, návod str.27-32	v súlade	splnil
3	Mechanické kĺby exoskeletu zodpovedajú anatomickým kĺbom hornej končatiny - rameno, lakeť, zápästie	spĺňa, návod str. 27-32	v súlade	splnil
4	Exoskelet - nastaviteľný pre rôzne rozmery hornej končatiny	spĺňa, návod str. 27-32	v súlade	splnil
5	Nastavenie osy otáčania kĺbov exoskeletu rovnako s osami kĺbu končatiny	spĺňa, návod str. 27-32	v súlade	splnil
6	Exoskelet na mobilnom podstavci s možnosťou zabrzdzenia alebo statický	spĺňa, návod str. 14	v súlade	splnil
7	Elektrické nastavenie výšky exoskeletu podľa pacienta	spĺňa, návod str. 14, 29	v súlade	splnil
8	Snímače pohybu vo všetkých kĺboch exoskeletu pre jednotlivé pohyby	spĺňa, technický list str. 1,2	v súlade	splnil
9	Možnosť monolaterálnej terapie, výhodou je možnosť bilaterálnej terapie	spĺňa, návod str. 90, 91	v súlade	splnil
10	Nastaviteľnosť miery odľahčenia hornej končatiny	spĺňa, návod str. 32	v súlade	splnil

11	Umožňujúci fyziologické pohyby:	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
12	Rameno - flexia, extenzia, abdukcia, rotácia (vonkajšia, vnútorná)	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
13	Lakeť - flexia, extenzia, supinácia, pronácia predlaktia; flexia a extenzia zápästia; úchop ruky	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
14	Senzoricky snímaný úchop - pre detekciu miery stisku	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
15	Jednoduchá prestavba na ľavú /pravú stranu bez použitia náradia	spĺňa, návod str. 91	v súlade	splnil
16	Automaticky sa prispôsobuje fyziologickým potrebám počas pohybu	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
17	Softvér:	spĺňa, návod str. 40	v súlade	splnil
18	Parametre individuálne nastaviteľné podľa potrieb a schopností pacienta	spĺňa, návod str. 40	v súlade	splnil
19	Úroveň obtiažnosti každého cvičenia	spĺňa, návod str. 40	v súlade	splnil
20	Čas terapie	spĺňa, návod str. 40	v súlade	splnil
21	Motivačné cvičenia	spĺňa, návod str. 40	v súlade	splnil
22	Motivačná spätná väzba - pohybové a kognitívne terapeutické cvičenie vo virtuálnom prostredí	spĺňa, technický list str. 1, návod SW str. 5,7	v súlade	splnil
23	Rôzne terapeutické moduly- tréning funkčných pohybov a ADL	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
24	Hodnotenie relevantných parametrov výkonu pacienta - (koordinácia, rozsah pohybu, plynulosť pohybu, reakčný čas)	spĺňa, návod str. 49, 63, 64	v súlade	splnil
25	Dokumentácia o výkone pacienta:	spĺňa, návod str. 61-65	v súlade	splnil
26	Záznam o hodnotení, výsledkoch terapie; ich zachovanie a porovnanie	spĺňa, návod str. 61-65	v súlade	splnil
27	Vytváranie databázy pacientov	spĺňa, návod str. 45	v súlade	splnil
28	Mobilita:	spĺňa, návod str. 14, technický list str. 1	v súlade	splnil
29	Systém montovaný na mobilnej platforme pre jednoduchý prenos alebo systém pevne postavený na podlahe	spĺňa, návod str. 14, technický list str. 1	v súlade	splnil
30	Hmotnosť max. 160 kg	spĺňa, návod str. 70	v súlade	splnil

31	Sieťové pripojenie cez oddeľovací transformátor s variabilným vstupom a nemenným výstupom	spĺňa, návod str. 16, technický list str. 1	v súlade	splnil
----	---	---	----------	--------

Vyhodnotenie :

Komisia s právom na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150** splnil všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Prítomní členovia komisie:	Podpis člena komisie
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ildikó Morochovičová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
PhDr. Martina Komarovská, MPH – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ivana Baraníková – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky	
Ing. Katarína Kupcová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 31.03.2025