

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 1

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej
starostlivosti k ZoPPM“

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Maťková, OPaK

Ing. Daniela Dadíková, EÚ

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	VITAMED.SK s.r.o.	1. mája 45, 902 01 Pezinok
2.	Artspect spol. s r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava
3.	INDUBIA s. r. o.	Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

Ponuky uchádzačov v časti č. 1 boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najlepši pomer ceny a kvality.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača v časti č. 1:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Celkový počet bodov</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika	127 858,50	100	I.
2.	VITAMED.SK s.r.o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok	161 732,70	82,20	II.
3.	Artspect spol. s r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava	145 127,70	74,89	III.

Ponuka uchádzača INDUBIA, s. r. o. sa umiestnila ako prvá v poradí v časti č. 1 z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke dosiahol podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám najlepšie bodové hodnotenie, ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky, ktorá neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača predbežne umiestneného na prvom mieste po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Časť č. 2: Odberové kreslá pojazdné

Do predmetnej časti neboli predložené žiadne ponuky.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

V procese vyhodnocovania ponúk komisia posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, náležitosti ponúk a kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, príp. v ďalších dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk. Na základe zistených skutočností komisia požiada uchádzača v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie predloženej ponuky v rozsahu:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.9 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky (v rámci jednotlivých častí č. 1 – č. 2) – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu/typového označenia ponúkaného predmetu zákazky vrátane všetkých požadovaných technicko-medicínskych parametrov jednotlivých položiek tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov, pričom bolo možné použiť príslušnú Prílohu č. 5a - pre časť č. 1 resp. Prílohu č. 5b – pre časť č. 2 časti C. súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a overenia správnosti uchádzačmi poskytnutých informácií zadefinoval v bode 3. časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov možnosť v priebehu posudzovania a hodnotenia ponúk vzniknúť zo strany verejným obstarávateľom zostavenej hodnotiacej komisie požiadavku na prezentáciu a odskúšanie ponúkaného zdravotníckeho vybavenia za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie, pričom dodávateľ musí zaistiť splnenie tejto požiadavky v lehote do 14 dní od výzvy verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si ďalej v bode 3. časti C. súťažných podkladov vyhradil právo v prípade, že zistí nezrovnalosti medzi technicko-medicínskymi parametrami deklarovanými uchádzačom v ponuke a technicko-medicínskymi parametrami získanými z verejne dostupných zdrojov, resp. v prípade, že bude mať pochybnosť o pravosti týchto parametrov, požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravosť parametrov uvedených vo Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nepreukáže pravosť všetkých parametrov deklarovanych v predloženej ponuke doložením požadovaných dokladov, verejný obstarávateľ nezaradí takéhoto uchádzača do ďalšieho vyhodnocovania ponúk a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk.

Uchádzač vo svojej ponuke o.i. predložil kúpnu zmluvu s prílohami a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky s uvedením podrobných technicko-medicínskych parametrov ponúkaného predmetu zákazky -

psychiatrické postele typ U0093.S, sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ fixačný komplet BCF 4000, pasívne antidekubitné matrace typ U0019 a nočné stolíky typ U0025.

Komisia pri vyhodnocovaní predmetu zákazky posudzovala splnenie technicko-medicínskych parametrov z dokladov predložených v ponuke a zároveň z verejne dostupných zdrojov. Z prílohy č. 1 kúpnej zmluvy, predloženého vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky a z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov je zrejmé nasledovné:

- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri 2. „Sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov – 27 ks“ uchádzač uviedol „Fixačný komplet BCF 4000“, pričom na oficiálnej webovej stránke výrobcu je uvedené, že fixačný komplet flexibilný BCF 4000 sa skladá z – fixácie brušnej BCF 4100, fixácie hrudnej flexibilnej BCF 4250, fixácie zápästia flexibilnej BCF 4200, fixácie členkov flexibilnej BCF 4300, 5 kľúčov, 12 zámkov.
- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri 3.2 „Rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka“ uchádzač uviedol „áno 85x200cm“, pričom na oficiálnej webovej stránke výrobcu je uvedené šírka 85 cm, dĺžka 194 cm.
- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri 3.4. „Výška matraca minimálne 14 cm“ uchádzač uviedol „14 cm“, pričom na oficiálnej webovej stránke výrobcu je uvedené výška 12 cm.
- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri 4.1. „Obojstranný, vonkajšie rozmery stolíka (výška x šírka x hĺbka) maximálne 95x60x60 cm“ uchádzač uviedol „obojstranný, vonkajšie rozmery stolíka 89x41x41 cm (v x š x h)“, pričom na oficiálnej webovej stránke výrobcu je uvedené šírka 40 cm, hĺbka 40 cm, výška 78,5 cm.
- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri 4.7. „Podvozok zo 4 koliesok o priemere minimálne 65 mm s 2 brzdenými kolieskami“ uchádzač uviedol „4 kolieska o priemere 75 mm s 2x brzdenými kolieskami“, pričom na oficiálnej webovej stránke výrobcu sú uvedené možnosti koliesok: plastové kolieska 50 mm, 2 s brzdami alebo fixné hliníkové nožičky.

Z dôvodov identifikovania vyššie uvedených nezrovnalostí a nejasností v predloženej ponuke bude uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný:

- o vysvetlenie zistených nezrovnalostí medzi ponukou uchádzača a verejne dostupnými informáciami a o predloženie dôkazov – datasheetov preukazujúcich pravosť parametrov uvedených v predložennom Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky t.j. vysvetlenie, prečo bol ponúknutý „Fixačný komplet BCF 4000“, ktorý má iné zloženie, ako bolo požadované; aký je reálny rozmer ponúkaného pasívneho antidekubitného matraca „U0019“; aká je reálna výška ponúkaného pasívneho antidekubitného matraca „U0019“; aké sú reálne rozmery ponúkaného Nočného stolíka „U0025“;
- predloženie Datasheetov ponúkaného predmetu zákazky - psychiatrické postele typ U0093.S;
- o prezentáciu a odskúšanie ponúkaného zdravotníckeho vybavenia v rozsahu psychiatrické postele typ U0093.S, sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ fixačný komplet BCF 4000, pasívne antidekubitné matrace typ U0019 a nočné stolíky typ U0025 za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie v časti C. súťažných podkladov a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania požiadavky o prezentáciu a odskúšanie ponúkaného zdravotníckeho vybavenia.

Vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladov v zmysle vyššie uvedeného bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Termín a miesto prezentácie a odskúšania ponúkaného predmetu zákazky pre „Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky“ v špecifikácii požadovanej verejným obstarávateľom t.j. zdravotníckeho vybavenia - psychiatrická posteľ typ U0093.S, sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ Fixačný komplet BCF 4000, pasívny antidekubitný

matrac typ U0019 a nočný stolík typ U0025 bude potrebné oznámiť verejnému obstarávateľovi do lehoty dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená z ďalšieho vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od uchádzača, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika


Mgr. Miriam Maťková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Daniela Dadíková
Ekonomický úsek



V Martine, dňa: 31.03.2025

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Matčková, OPaK

Ing. Daniela Dadíková, EÚ

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	VITAMED.SK s .r. o.	1. mája 45, 902 01 Pezinok
2.	Artspect spol. s r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava
3.	INDUBIA s. r. o.	Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 31.03.2025

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika.

Uchádzač INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky predloženej do „Časti č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky“ doručil verejnému obstarávateľovi listom *Odpoveď k Žiadosti o vysvetlenie ponuky a o zabezpečenie prezentácie a odskúšania ponúkaného zdravotníckeho vybavenia*, v ktorom vysvetlil dotazované skutočnosti resp. nezrovnalosti v predloženej

ponuke, priložil datasheety ponúkaného predmetu zákazky potvrdené výrobcami zdravotníckeho vybavenia a ponúkol termíny na odprezentovanie a odskúšanie ponúkaného predmetu zákazky.

Uchádzač v úvodnej časti svojho vysvetlenia uviedol, že vo všeobecnosti nemocničné lôžko je stavebnicová platforma, ktorá umožňuje u väčšiny výrobcov širokú škálu volieb parametrov, a to vždy v rámci plnenia noriem EN 60601-2-52. Medzi tieto základné parametre patrí napr. využitie rozdielnych čiel lôžka (plastové, drevené, hliníkové, kovové) umožňujúcich rozdielne šírky lôžok v tolerancii 88-105cm, využitie rozdielnych ložných dielov umožňujúcich dĺžky lôžka v tolerancii 190-225cm, zhodne tak i využitie rozdielnych motorov u lôžka a umožnenie tak nosnosť lôžka až do 350kg a rozdielne rozsahy polohovania. Zároveň výrobcovia umožňujú využitie rozdielnych materiálov bočníc (plastové, kovové, drevené), alebo využitie plastových, lamelových či sieťových ložných plôch. Každý výrobca a dodávateľ uvádza na svojich stránkach a vo svojich prospektoch základné a najrozšírenejšie špecifikácie svojich produktov, aj keď ponúka širokú škálu variantov, rovnako ako napr. dodávateľa automobilov, pretože pokiaľ by mal byť uvedený každý variant, tak iba u lôžok by muselo byť uvedených viac než 3000 produktov, čo je nemožné. Na stránkach spoločnosti IHC Medical, ktorý je výrobcom uchádzačom ponúkaného zdravotníckeho vybavenia a tiež na stránkach spoločnosti uchádzača sa uvádza, že parametre vybavenia sa môžu líšiť v závislosti od parametrov požadovaných objednávateľom, čo znamená že lôžka, matrace, nočné stolíky a iné produkty sú vyrábané na mieru zákazníčkovi, pokiaľ je výrobca schopný dodržať tieto hodnoty, čo je predom s výrobcom vždy konzultované.

Následne sa uchádzač vo svojom vysvetlení vyjadril k dotazovaným resp. rozporovaným prparametrom jednotlivých položiek ponúkaného predmetu zákazky a uviedol o.i. nasledovné informácie :

- *Fixačný komplet BCF 4000*, ktorý uchádzač ponúkol, obsahuje všetky prvky uvádzané na vyobrazení daného kompletu – t.j. fixačný pás pre ruky, hrudník, brucho, stehná a členky vrátane príslušenstva čo znamená, že uchádzačom ponúknuté riešenie poskytuje výrazne viac fixačných bodov ako bolo požadované verejným obstarávateľom. Uchádzač vo vysvetlení zároveň uviedol, že výrobca uvádza vždy všeobecný názov „fixačný set“ a následne je možné individualizovať si, čo všetko má tento set obsahovať.

Uchádzač v danej zákazke ponúkol verejnemu obstarávateľovi maximálnu variantu fixačného kompletu a to BCF 4000, ktorý zahŕňa aj dotazovaný fixačný pás na stehná. Skutočnosť, že fixačný set/sada sa skladá z fixácie zápästí, hrudníka, brucha, stehien a členkov vrátane príslušenstva uchádzač preukázal predložením čestného vyhlásenia podpísaného výrobcom fixačných pásov.

- *Matrac výrobcu IHC MEDIKAL a.s.*, ktorý uchádzač ponúkol, bude vyrobený na mieru k dodanému lôžku v deklarovanej hustote peny v jednotlivých vrstvách a v požadovaných štruktúrach. Ponúknutý matrac je nadštandardný matrac s VISCO penou, ktorú je možné využiť aj pre III. stupeň rizika vzniku dekubitú tzn. vo výrazne lepšom prevedení, ako bolo verejným obstarávateľom požadované. Keďže matrac bude vyrobený pre konkrétne lôžko uchádzač potvrdil, že matrac bude mať skutočnú dĺžku 200cm a výšku 14 cm.

Túto skutočnosť preukázal predložením „Produktového listu nabídky“ podpísaného výrobcom pasívnych antidekubitných matracov U0019.

- Uchádzač k nezrovnalostiam v rozmeroch *nemocničných stolíkov výrobcu IHC MECIKAL a.s.* uviedol, že nemocničné stolíky sú tak ako aj nemocničné lôžka sú stavebnicou, ktorú je možné prispôbiť každému zákazníkovi na mieru, pričom je rovnako možné využiť rôzne typy koliesok pre nemocničné stolíky – 50/65/75mm alebo 75mm centrálne brzdené. Uchádzač znovu pripomenul, že webové stránky majú iba informatívny charakter a nie funkciu kompletného zoznamu možností, čo je aj na stránkach uvedené.

Uchádzač vo svojej ponuke ponúkol obojstranný stolík s vonkajšími rozmermi 41x41 cm (do rozmeru 41x41cm započítal aj úchytky) a s kolieskami o priemere 75mm z toho dve brzdené a výškou stolíka 89 cm (výška stolíka je vždy upravená podľa zloženia t.j. zásuvky, nika a skrinka a prípadný priestor pre obuv).

Skutočnosť, že uchádzačom ponúkaný stolík spĺňa verejným obstarávateľom zadefinované parametre preukázal predložením „Produktového listu nabídky“ podpísaného výrobcom nemocničných stolíkov U0025.

Zároveň uchádzač v rámci poskytnutého vysvetlenia ponuky predložil datasheet aj na ponúkané psychiatrické postele typ U0093.S vo forme „Produktového listu nabídky“ podpísaného výrobcom psychiatrických postelí U0093.

Pri stanovení termínu a miesta prezentácie a odskúšania ponúkaného predmetu zákazky sa uchádzač vyjadril nejednoznačne. Vo svojom stanovisku k predstaveniu vzoriek uchádzač ponúkol možnosť odprezentovať jednotlivé položky predmetu zákazky, vzhľadom na výrobné lehoty ponúkaného predmetu zákazky, vo viacerých termínoch a v uvedenej súvislosti požiadal verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať ukážku predmetu zákazky 16.4.2025, alebo trvá na ukážke v pôvodnej lehote t.j. max. do 14.4.2025.

Komisia konštatuje, že vysvetlením ponuky uchádzača by mala byť každá požiadavka verejného obstarávateľa skutočne preukázaná, teda malo by byť jednoznačne jasné aké výrobky a s akými parametrami uchádzač verejnému obstarávateľovi ponúka a teda, či výrobky uvedené v ponuke spĺňajú všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Z dôvodu, že komisia nemohla z dokumentov predložených v ponuke jednoznačne posúdiť splnenie predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požiadal uchádzača spoločnosť INDUBIA s.r.o., ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, o vysvetlenie nezrovnalostí a nejasností v predloženej ponuke a súčasne v súlade so súťažnými podkladmi (v zmysle, ktorých môže hodnotiaci komisia v priebehu posudzovania a hodnotenia ponúk overiť zadefinovanú technickú a funkčnú špecifikáciu odprezentovaním ponúkaného zdravotníckeho vybavenia, súčasne aj o zabezpečenie prezentácie) aj o odskúšanie zdravotníckeho vybavenia v špecifikácii požadovanej verejným obstarávateľom t.j. zdravotníckeho vybavenia - psychiatrická posteľ typ U0093.S, sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ Fixačný komplet BCF 4000, pasívny antidekubitný matrac typ U0019 a nočný stolík typ U0025 v lehote do 14 dní od výzvy verejného obstarávateľa t.j. maximálne do 14.04.2025.

Verejný obstarávateľ v bode 3. časti C. *Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov nestanovil presný spôsob splnenia podmienky odprezentovania a odskúšania uchádzačmi ponúkaných produktov za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie a teda je na samotnom uchádzačovi, kde a akým spôsobom komisii odprezentuje a umožní odskúšať ním ponúkané produkty (zdravotnícke vybavenie), či formou predloženia vzoriek, alebo v mieste ním určeného referenčného pracoviska, kde v minulosti tieto produkty dodal.

Z dôvodu zabezpečenia rovnakého prístupu voči všetkým uchádzačom komisia trvá na podmienkach určených v súťažných podkladoch a požaduje uskutočniť prezentáciu a odskúšanie uchádzačom ponúkaného zdravotníckeho vybavenia za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie v termíne maximálne do 14.04.2025, o čom bude uchádzač bezodkladne informovaný. Prezentáciu a odskúšanie zdravotníckeho vybavenia bude možné uskutočniť aj v priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin počas pracovnej doby v čase od 7:00 do 15.00 hod.. Presný termín (dátum a čas) a miesto prezentácie (Univerzitná nemocnica Martin resp. referenčné pracovisko) bude potrebné oznámiť verejnému obstarávateľovi.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po uskutočnení prezentácie a odskúšaní ponúkaného zdravotníckeho vybavenia v zmysle výsledkov vyhodnocovania posudzovaného zdravotníckeho vybavenia komisiou menovanou štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa na odskúšanie zdravotníckeho vybavenia ponúkaného do časti č. 1 predmetnej zákazky, resp. po uplynutí stanovenej lehoty na odprezentovanie a odskúšanie zdravotníckeho vybavenia.

Komisia:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Matčková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Daniela Dadíková
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 04.04.2025

Zápisnica z prezentácie a odskúšania zdravotníckeho vybavenia

Prezentácia a odskúšanie zdravotníckeho vybavenia ponúknutého uchádzačom do „Časti č.1 Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky“ v rámci nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“ zverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 26.02.2025 pod číslom 2025/S40-128556 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2024 zo dňa 27.02.2025 pod označením 4134 - MST sa uskutočnila dňa 14.04.2025 o hod. v priestoroch Posluchárne Univerzitetnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Prítomní: podľa prílohy č. 1 – Prezenčná listina

Verejný obstarávateľ v priebehu posudzovania a hodnotenia ponúk mal v zmysle pravidiel stanovených v súťažných podkladoch k predmetnej verejnej súťaži možnosť vzniesť zo strany komisie menovanej verejným obstarávateľom požiadavku na prezentáciu a odskúšanie uchádzačom ponúkaného zdravotníckeho vybavenia za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie predmetu zákazky.

V zmysle uvedeného bol uchádzač INDUBIA s.r.o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, umiestnený po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk ako prvý v poradí, požiadany o prezentáciu a odskúšanie ním ponúkaného zdravotníckeho vybavenia v rozsahu:

1. psychiatrická posteľ typ U0093.S
2. sada magnetických fixačných pásov na zápästie stehná a členky pre nepokojných pacientov typ Fixačný komplet BCF 4000
3. pasívny antidekubitný matrac typ U0019
4. nočný stolík typ U0025

Obsah prezentácie s odskúšaním ponúkaného zdravotníckeho vybavenia spoločnosťou INDUBIA s.r.o. vrátane zosumarizovaných minimálnych technicko-medicínskych parametrov jednotlivých položiek predmetu zákazky zadaných verejným obstarávateľom v časti C. *Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov a parametrov deklarovaných uchádzačom tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

V Martine: 14.04.2025

Zapísal: Ing. Kristína Bašistová

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Prezenčná listina
- Príloha č. 2 - Obsah prezentácie a odskúšania zdravotníckeho vybavenia - popis
 - Požadované minimálne technicko-medicínske parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky – tabuľka

Prezenčná listina

z prezentácie a odskúšania zdravotníckeho vybavenia ponúknutého uchádzačom INDUBIA s.r.o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6 do „Časti č.1 Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky“ v rámci nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“, časť č. 1 Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky“ zverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 26.02.2025 pod číslom 2025/S40-128556 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2024 zo dňa 27.02.2025 pod označením 4134 - MST uskutočnenej dňa 14.04.2025 o^{14⁰⁰} hod. v priestoroch Posluchárne Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Prítomní za Univerzitnú nemocnicu Martin:

Podpis

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Matčková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Daniela Dadíková
Ekonomický úsek

Ing. Peter Maruniak
Úsek technicko-prevádzkový


Ing. Ladislav Jančovič
Prevádzkový odbor

Ing. Ján Šimko
Technický odbor

Prítomní za uchádzača INDUBIA s. r. o.:

Podpis

Tomáš Křehký - INDUBIA s.r.o.



V Martine, dňa: 14.04.2025

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Zapísal: (meno, podpis)

Požadované minimálne technicko-medicínske parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky: „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

P. č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis/ požadovaná hodnota (časť C. súťažných podkladov)	Vlastný návrh na plnenie premetu zákazky INDUBIA s. r. o. (ponuka uchádzača)	Reálne plnenie premetu zákazky vyplývajúce z prezentácie a odskúšania
1.	Psychiatrická posteľ – 54 ks:	U0093.S	
1.1	Nosnosť lôžka minimálne 200 kg	210 kg	CELK. NOSNOSŤ LÔŽKA JE 210 KG NOSNOSŤ PACIENTA 200kg
1.2	Rozmer ložnej plochy minimálne 200x86 cm	200x 87 cm	
1.3	Vonkajšie rozmery maximálne 218x103cm	218x99 cm	PREVERENIE V ZMYSLE NORMY MEDZERA MEDZI POSTELAMI
1.4	Ložná plocha minimálne 4 diely, kovový rošt alebo kovové lamely	4 diely, kovové lamely	
1.5	Kovové lakované sklápaceľné min. 2/3 bočnice (1 bočnica na každej strane)	kovové lakované sklápaceľné 2/3 bočnice (1 bočnica na každej strane), otvárací mechanizmus na hornej časti	VĚŠIA MEDZERA POSTELNÍK POBOJNÝCH PRÍSTROJÍ (4) ITC
1.6	Výška bočníc minimálne 38 cm	40 cm	
1.7	Polohovanie chrbtového, stehenného, lýtkového dielu mechanicky alebo plynovou piestnicou/rastomatom	áno/ mechanicky rastomatom	PROBLÉM POLOHOVANIA RASTOM CHRBTOVÉHO A STEHENNÉHO DIELU, BUDE VYHRAZENÝ PLYNOVOU PRŮŽINOU
1.8	Rozsah polohovania chrbtového dielu minimálne 0° - 70°	0° - 70°	
1.9	Rozsah polohovania stehenného dielu minimálne 0° - 30°	0° - 40°	
1.10	Hlavové a nožné čelo s pevnou chrómovou, nerezovou alebo kovovou konštrukciou a HPL výplňou	s pevnou nerezovou konštrukciou a HPL výplňou	

1.11	Pevné čelá s medzerou pre vedenie prírodných trubíc, hadičiek a pod., bez možnosti vyberania	áno	
1.12	Štyri samostatne brzdené kolieska s priemerom min. 125 mm	štyri samostatne brzdené kolieska s priemerom 125 mm	
1.13	Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu pre nemocničné zariadenie EN 60601-2-52	áno	
1.14	Farebné prevedenie lôžka – biela alebo sivá farba	biela	
1.15	Ovládanie výšky lôžka hydraulicky alebo mechanicky (bez preferencie)	ovládanie výšky lôžka hydraulicky	
1.16	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy minimálne v rozsahu 34 cm	40 cm	
1.17	Funkcia autoregresie chrbtového dielu	áno	
1.18	Nárazové kolieska v rohoch	áno	
1.19	Upevňovacie body pre celotelové fixačné pásy pre nepokojných pacientov	áno	
2.	Sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov – 27 ks	Fixační komplet BCF 4000	STEHNÝ PÁS - USTOJÍVIT OK! ABY BOLA MOŽNÉ UCHYTOVIET ČEZ MAGNETY (VÍRE OK)
3.	Pasívny antidekubitný matrac – 54 ks	U0019	
3.1	Stupeň antidekubitného charakteru matraca – stupnica Norton riziko vzniku dekubitu minimálne II stupňa	stupnica Norton riziko vzniku dekubitu III stupňa	
3.2	Rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno 85 x200 cm	
3.3	Matrac s minimálne 2 vrstvami	2 vrstvy	
3.4	Výška matraca minimálne 14 cm	14 cm	

3.5	Hustota jednotlivých vrstiev peny min. 35 kg/m ³ a min. 40 kg/m ³	35 kg/m ³ a 50 kg/m ³	
3.6	Nosnosť matraca cca 140 kg	180 kg	
3.7	Vodeodolnosť potahu minimálne 200 cm	Vodeodolnosť potahu 200 cm/Hg	
3.8	Paropriepustnosť potahu minimálne 550 g/m ² /24 h	600 g/m ² /24 h	
3.9	Ohňovzdornosť potahu matraca minimálne CRIB 5	CRIB 5	
3.10	Jadro matraca so zníženou horľavosťou	áno, CRIB 5	
3.11	Zips potahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	
3.12	Potah matraca antimikrobiálny, odolný voči ohňu, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný čididlami v koncentráciách pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču	áno	
4.	Nočný stolík – 54 ks:	U0025	
4.1	Obojstranný, vonkajšie rozmery stolíka (výška x šírka x hĺbka) maximálne 95x60x60 cm	obojstranný, vonkajšie rozmery stolíka 89x41x41 cm (v x š x h)	
4.2	Horná zásuvka, vysúvateľná do oboch strán	áno	
4.3	Spodná skrinka alebo zásuvka s veľkým odkladacím priestorom	spodná skrinka s veľkým odkladacím priestorom	
4.4	Stabilná a veľmi jednoducho čistiteľná konštrukcia stolíka	áno	
4.5	Stolík z pozinkovaných plechov s následnou povrchovou úpravou práškovými farbami pre zaistenie vysokej odolnosti povrchu voči oderu a korózii	áno	

4.6	Steny dvierok skrinky a zásuvky z HPL materiálu s farebným odtieňom RAL alebo pozinkovaného plechu resp. iného zdravotne nezávadného a odolného materiálu určeného pre použitie v zdravotníctve	steny dvierok skrinky a zásuvky s pozinkovaného plechu	
4.7	Podvozok zo 4 koliesok o priemere minimálne 65 mm s 2 brzdenými kolieskami	4 kolieska o priemere 75 mm s 2 x brzdenými kolieskami	
4.8	Prevedenie stolíka – hore zásuvka, nika, dole skrinka s dvierkami alebo zásuvka	hore zásuvka, nika, dole skrinka s dvierkami	
4.9	Držiak na zavesenie uteráku	áno	
4.10	Odolná horná plocha s postrannými lištami alebo zvýšenými okrajmi zabráňujúcimi pádu položených predmetov	odolná horná plocha s zvýšenými okrajmi	

Zapísal: (meno a podpis)

BAŠISTOVÁ KRISTINA

Prítomní:

ING. JÁN SIMKO

Ing. LAURENCE

Tomáš Köhler

MARTINA DUBOVCOVÁ

ING. JUDITA KUBÁČIKOVÁ

ING. MARTINA

ING. BAŠISTOVÁ KRISTINA

BAŠISTOVÁ KRISTINA

ING. MONIKA KLOBUČIKOVÁ

ING. DANIELA DADÍKOVÁ

ING. MIRIAM MATĚJOVÁ

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 3

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Matčková, OPaK

Ing. Daniela Dadíková, EÚ

Ing. Monika Štekláčová, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	VITAMED.SK s .r. o.	1. mája 45, 902 01 Pezinok
2.	Artspect spol. s r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava
3.	INDUBIA s. r. o.	Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 31.3.2025

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal oznámenie o termíne vykonania prezentácie od uchádzača INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika.

Uchádzač INDUBIA s.r.o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, umiestnený po vyhodnotení ponúk v časti č.1 na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk ako prvý v poradí, bol požiadaný o prezentáciu a odskúšanie ním ponúkaného zdravotníckeho vybavenia v rozsahu:

1. psychiatrická posteľ typ U0093.S
2. sada magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ Fixačný komplet BCF 4000

3. pasívny antidekubitný matrac typ U0019

4. nočný stolík typ U0025

Uchádzač INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky a zabezpečenie prezentácie a odskúšania ponúkaného zdravotníckeho vybavenia – uskutočnil prezentáciu dňa 14.04.2025 o 14 hod. v priestoroch verejného obstarávateľa.

Komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa na odskúšanie zdravotníckeho vybavenia ponúkaného do časti č.1 predmetnej zákazky overovala splnenie požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie predmetu zákazky ponúkaného zdravotníckeho vybavenia uchádzača INDUBIA s.r.o..

1. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. predstavila psychiatrickú posteľ typ U0093.S a predviedla všetky funkcie a parametre ponúkanej postele.

Komisia odkontrolovala všetky parametre definované v opise predmetu zákazky, odskúšala funkčnosť uvedenej postele, odkontrolovala ostatné parametre a konštatovala splnenie všetkých verejným obstarávateľom požadovaných parametrov.

Z dôvodu väčšej bezpečnosti pri polohovaní pacienta komisia vzniesla požiadavku na uchádzača, týkajúcu sa možnosti dodania bočníc k posteliám, ktoré budú pozostávať zo štyroch pozdĺžnych tyčí namiesto troch, pri zachovaní minimálnej výšky bočníc 40 cm nad lôžnou plochou, čo umožní lepšiu zábranu aj pre detských pacientov.

Z dôvodu ľahšieho ovládania postele pri polohovaní pacienta a manipulácie s pacientami komisia zároveň vzniesla požiadavky na uchádzača, týkajúce sa možnosti odsunu bočníc viac do strán a polohovania chrbtového a stehenného dielu plynovou pružinou. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. uvedené akceptovala bez zmeny ceny.

2. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. predstavila sadu magnetických fixačných pásov na zápästie, stehná a členky pre nepokojných pacientov typ Fixačný komplet BCF 4000. Predviedla všetky funkcie a možnosti magnetických fixačných pásov. Komisia odskúšala sadu magnetických fixačných pásov pre nepokojných pacientov na zápästie, stehná a členky, ktoré boli požadované v opise predmetu zákazky ako aj hrudnú a brušnú fixáciu ponúknutú uchádzačom nad rámec požadovaného a skonštatovala splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa.

Z dôvodu väčšej bezpečnosti pacienta a personálu pri používaní fixačných pásov komisia vzniesla požiadavku na uchádzača, týkajúcu sa pridania otvorov na uchytenie na stehenných pásoch, tak aby bolo možné viac variantov uchytenia cez magnety. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. uvedené akceptovala bez zmeny ceny.

3. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. predstavila pasívny antidekubitný matrac typ U0019. Komisia zmerala ponúknutý antidekubitný matrac, odkontrolovala ostatné parametre a konštatovala splnenie všetkých verejným obstarávateľom požadovaných parametrov.

4. Spoločnosť INDUBIA s. r. o. predstavila nočný stolík typ U0025. Predviedla všetky funkcie a možnosti nočného stolíka. Komisia odskúšala ponúkaný nočný stolík odkontrolovala ostatné parametre a konštatovala splnenie všetkých verejným obstarávateľom požadovaných parametrov.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú zo Zápisnice z prezentácie a odskúšania zdravotníckeho vybavenia zo dňa 14.4.2025, ktorá bola podpísaná oboma zúčastnenými stranami.

Záverom komisia konštatovala, že uchádzačom INDUBIA s.r.o., Praha odprezentované zdravotnícke vybavenie označila ako vyhovujúce. Uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača.

Komisia:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Štekláčová
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Daniela Dadíková
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 15.04.2025



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - final

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., Psychiatrická klinika

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., Psychiatrická klinika

Mgr. Miriam Matčková, OPaK

Ing. Daniela Dadíková, EÚ

Ing. Monika Štekláčová, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Časť č. 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	VITAMED.SK s .r. o.	1. mája 45, 902 01 Pezinok
2.	Artspect spol. s r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava
3.	INDUBIA s. r. o.	Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov v časti č. 1 boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najlepší pomer ceny a kvality.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača v časti č. 1:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Celkový počet bodov</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika	127 858,50	100	I.
2.	VITAMED.SK s .r. o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok	161 732,70	82,20	II.
3.	Artspect spol. s r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava	145 127,70	74,89	III.

1. INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika
 - uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a dosiahol podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám najvyššie bodové hodnotenie; zároveň ponúkaná cena neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky; verejný obstarávateľ vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú.
2. VITAMED.SK s. r. o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok
 - uchádzač ponúkol vyššiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH oproti úspešnému uchádzačovi a zároveň dosiahol nižší počet bodov.
3. Artspect spol. s r. o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava
 - uchádzač ponúkol vyššiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH oproti úspešnému uchádzačovi a zároveň dosiahol nižší počet bodov.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid'. zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti – 1 zo dňa 15.04.2025 a zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti – 2 zo dňa 17.04.2025.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Vzhľadom na skutočnosť, že predložená ponuka uchádzača INDUBIA s. r. o., Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika splnila všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a bola v časti č.1 vyhodnotená ako prvá v poradí, komisia vyhodnotila daného uchádzača ako úspešného.

Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že uchádzač poskytne potrebnú súčinnosť na uzatvorenie zmluvy.

Verejný obstarávateľ ruší v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní použitý postup verejného obstarávania v časti č. 2 z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku do danej časti.

Identifikácia konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní:

V procese verejného obstarávania komisia neidentifikovala žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na možnú existenciu konfliktu záujmov.


Komisia:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika

Členovia komisie:

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika



doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika


Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Štekláčová
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Daniela Dadíková
Ekonomický úsek



V Martine, dňa: 17.04.2025