



## Oznámenie verejného obstarávateľa o vybavení námietky

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ako verejný obstarávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nadlimitnú zákazku na predmet: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT pre KRazM, ktorej oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ OJ 54/2025 zo dňa 18.03.2025 pod označením 175348-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2025 zo dňa 19.03.2025 pod označením 5278-MST.

Dňa 25.03.2025 bola verejnému obstarávateľovi zo strany žiadateľa doručená námietka proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch Verejného obstarávania v súlade s § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovateľ v doručenej námietke namieta 3 body.

Námietky navrhovateľa 1 a 2 smerujú k informáciám uvedeným v časti E. súťažných podkladov - Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, ku Kritériu č. 2 – Technická špecifikácia CT prístroj pre KRazM, a to k spôsobu hodnotenia a pridelenia bodov, ktorý je uvedený v Prílohe č. 7.2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk – Kritérium č. 2. V časti E. súťažných podkladov - Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, v bode 3.2. Kritérium č.2 (kvalitatívne kritérium): Technická špecifikácia – CT prístroj pre KRazM, je uvedené:

Predmetom vyhodnotenia budú bodované technicko-medicínske parametre tovaru, ktoré sú uvedené v Prílohe č.6 - Špecifikácia predmetu zákazky" súťažných podkladov. V závislosti od predložených ponúk uchádzačov sa k jednotlivým parametrom pridelia body. Uchádzač body za jednotlivé parametre, ktoré sú v rámci tohto verejného obstarávania hodnotené, uvedie v Prílohe č. 7. 2 kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium 2, kde uchádzač uvedie počet získaných bodov a následne získané body zráta. Celkový počet bodov uchádzač uvedie v Prílohe č. 7 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – časť kritérium 2 (necenové kritérium). Celkový súčet bodov za Kritérium č.2 sa určí ako súčet získaných bodov za jednotlivé parametre (hodnotiace položky v dokumente Príloha č. 7.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č. 2 (technická špecifikácia, necenové kritérium). Na základe technických parametrov môže byť uchádzačovi pridelených max počet bodov 20 bodov

Námietky navrhovateľa smerujú k informáciám uvedeným v časti E. súťažných podkladov – Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, ku Kritériu č. 2 – Technická špecifikácia CT prístroj pre KRazM a to spôsobu hodnotenia a pridelenia bodov, ktorý je uvedený v Prílohe č. 7.2 – Kritérium na vyhodnotenie ponúk – Kritérium č. 2. Navrhovateľ namieta spôsob hodnotenia, ktoré stanovil verejný obstarávateľ:

### 1. Hodnotiaci parameter č.18 v dokumente Príloha č. 7.2 súťažných podkladov:

„Potrebná dávka CTDIvol pre nízkokontrastné rozlíšenie (rez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 3 mm @ 0,3 %, (3 HU), pre špirálovú akvizíciu“

V súťažnej dokumentácii predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ stanovil, že vyššie uvedený parameter bude hodnotený v rámci stanovených kritérií (necenové hodnotenie) nasledovne: „ ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 13 mGy - získa 4 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 13 mGy- získa 0 bodov“.

#### Návrh navrhovateľa k bodu 1 Námietky:

Navrhovateľ navrhuje vylúčenie parametra z hodnotiacich parametrov: „Potrebná dávka CTDIvol pre nízkokontrastné rozlíšenie (rez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 3 mm @ 0,3 %, (3 HU), pre špirálovú akvizíciu“

#### Vyjadrenie k bodu 1 Námietky verejným obstarávateľom:



Verejný obstarávateľ prehodnotil namietaný bod 1 Námietyky navrhovateľa a rozhodol, že uvedený parameter z hodnotiacich parametrov **vypustil, čím vykonal nápravu** v tejto veci. Verejný obstarávateľ tak má za to, že navrhovateľovi **vyhovel**. Predmetný parameter ponechal verejný obstarávateľ len v rámci technickej špecifikácie.

## **2. Hodnotiaci parameter č. 19 v dokumente Príloha č. 7.2 súťažných podkladov:**

„Rotačný čas gántry (neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizitačné časy) – 0,28sek

V súťažnej dokumentácii predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ stanovil, že vyššie uvedený parameter bude hodnotený v rámci kritérií (necenové hodnotenie) nasledovne: „ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 0,28- získa 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 0,28- 0 bodov“

### Návrh navrhovateľa k bodu č. 2 námietky

Navrhovateľ navrhuje upraviť hodnotiaci parameter nasledovne: „ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu alebo rovnú 0,28 – získa 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu vyššiu ako 0,28 – získa 0 bodov.

### Vyjadrenie k bodu 2 Námietky verejným obstarávateľom:

Verejný obstarávateľ nevyhovie návrhu navrhovateľa v bode 2 Námietky z dôvodu, že ak by verejný obstarávateľ upravil hodnotiaci parameter v zmysle návrhu navrhovateľa, uchádzač, ktorý by predložil vyššiu hodnotu ako 0,28 sek. bol by verejným obstarávateľom vylúčený z dôvodu nesplnenia požiadavky. Hodnota 0,28 sek. je stanovená ako maximálna.

Verejný obstarávateľ síce nevyhoviel navrhovateľovi tak ako požadoval, avšak **vykonal autoremedúru** v tom zmysle, že predmetný parameter **vypustil z hodnotiacich kritérií a ponechal ho len v rámci technickej špecifikácie**, kde mu bola stanovená max. prípustná hodnota. Verejný obstarávateľ tak má za to, že navrhovateľovi vyhovel.

## **Bod 3 Námietky: Parameter č. 30 v dokumente Príloha č.6 súťažných podkladov**

"Nástroje podporovné AI pre presné umiestnenie pacienta do izocentra CT gántry"

### Návrh navrhovateľa k bodu 3 Námietky:

Navrhovateľ navrhuje prehodnotiť a zmeniť parameter "Nástroje podporované AI pre presné umiestnenie pacienta do izocentra CT gántry" na "3D kamera s nasledujúcimi minimálnymi požiadavkami: 1) AI based umiestnenie pacienta do izocentra, 2) sledovanie potenciálnej kolízie pacienta s gantty, 3) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry umožňuje zobraziť pacienta v reálnom čase, 4) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry je schopná navrhnuť obsluhu zoznam protokolov na základe vyšetrovanej oblasti". Táto zmena zabezpečí moderné, bezpečné a efektívne riešenie pre umiestňovanie pacienta, ktoré je dostupné od všetkých hlavných dodávateľov na trhu.

### Vyjadrenie k bodu 3 Námietky verejným obstarávateľom:

Verejný obstarávateľ k bodu 3 Námietky uvádza, že v rámci technickej špecifikácie verejný obstarávateľ stanovil požiadavku tak, aby bola všeobecná a bolo možné ju splniť viacerými technickými riešeniami, vrátane toho, ktoré navrhuje samotný navrhovateľ. Verejný obstarávateľ nevyhovie návrhu navrhovateľa nakoľko by zúžil požiadavku, pričom na trhu by mohlo existovať iné riešenie, ktorým sa dosiahne cieľ verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky.

S cieľom predídeniu nesprávnej interpretácii požiadavky a zachovania viacerých možností splnenia cieľa tejto požiadavky, verejný obstarávateľ v rámci autoremedúry **upravil znenie požiadavky nasledovne:**



# Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



*„Nástroje podporované AI pre presné umiestnenie pacienta do izocentra CT gántry, resp. v gántry integrované kamery alebo ich hardvérový ekvivalent alebo ekvivalent v podobe stropného závesného systému s možnosťou identifikácie anatomických orientačných bodov, plnou integráciou s ovládacím panelom a detekciou kolízií.“*

Verejný obstarávateľ tak má za to, že navrhovateľovi **vyhovel**.

Súťažná dokumentácia predmetného verejného obstarávania po úprave je zverejnená pod názvom:

**Súťažné podklady – aktualizácia 2**

**Prílohy č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10-aktualizácia 2**

Vo zverejnenom dokumente s názvom Prílohy č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10-vyznačená úprava po námietke v Prílohe 7.2 a úprava v Prílohe č. 6, verejný obstarávateľ presne vyznačil vykonané úpravy súťažnej dokumentácie. Tento dokument má informatívny charakter.