



Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti

podľa § 53 a § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO:00606707

Predmet zákazky: **Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRazM**

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlasenie VO: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 54/2025 zo dňa 18.03.2025 pod označením č.175348-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2025 zo dňa 19.03.2025 pod označením 5278-MST

Korigendum 1: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 56/2025 zo dňa 20.03.2025 pod označením č.179801-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2025 zo dňa 21.03.2025 pod označením 5430-IOX (úprava lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk)

Korigendum 2: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 56/2025 zo dňa 20.03.2025 pod označením č.179801-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2025 zo dňa 21.03.2025 pod označením 5430-IOX (úprava podmienok účasti § 34 ods. 1 písm.b) ZVO – min. požadovaná úroveň štandardov)

Korigendum 3: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 58/2025 zo dňa 24.03.2025 pod označením č.187212-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2025 zo dňa 25.03.2025 pod označením 5574-IOX (úprava lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk)

Korigendum 4: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 77/2025 zo dňa 18.04.2025 pod označením č.257491-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2025 zo dňa 23.04.2025 pod označením 7047-IOX (úprava lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk)

Korigendum 5: v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. OJ S 84/2025 zo dňa 30.04.2025 pod označením č.278860-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2025 zo dňa 02.05.2025 pod označením 7464-IOX (úprava lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk)

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2025 do 12:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 09.05.2025 o 12:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 880 000,00 EUR bez DPH

Názov projektu: **Doplnenie prístrojového vybavenia – CT 256 slice -Tr.SNP**

Kód Projektu: **11I02-21-V11-000175**

Názov investície/reformy: **Investícia 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie**

Názov komponentu: **11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť**

Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO:

V predmetnom verejnom obstarávaní boli predložené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Dňa 20.03.2025 obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od záujemcu Meditrade spol. s r.o., na ktorú verejný obstarávateľ odpovedal záujemcovi dňa 21.03.2025 (vysvetlenie súťažných podkladov (1) a zároveň zverejnil v profile zákazky dokument „vysvetlenie súťažných podkladov (1).

Dňa 25.03.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená námietka od záujemcu Meditrade spol.s r.o., na ktorú verejný obstarávateľ odpovedal Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „UVO“) dňa 01.04.2025 elektronicky a sprístupnil UVO dokumentáciu zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ zaslal stanovisko aj záujemcovi Meditrade a zverejnil v profile zákazky dokument s názvom „Oznámenie verejného obstarávateľa o vybavení námietky“.

Dňa 08.04.2025 obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od záujemcu Meditrade spol. s r.o., na ktorú verejný obstarávateľ odpovedal 08.04.2025 (vysvetlenie súťažných podkladov (2) a zároveň zverejnil v profile zákazky dokument „vysvetlenie súťažných podkladov (2)“.

Dňa 09.04.2025 obdržal verejný obstarávateľ od záujemcu žiadosť o uskutočnenie obhliadky od záujemcu Meditrade spol. s r.o., na ktorú verejný obstarávateľ odpovedal záujemcovi dňa 10.04.2025. Záujemca Meditrade spol. s r.o. vykonal obhliadku miesta dodania prístroja dňa 15.04.2025 (viď Protokol záznam z obhliadky).

Dňa 09.04.2025 obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od záujemcu Meditrade spol. s r.o., na ktorú verejný obstarávateľ odpovedal 15.04.2025 (vysvetlenie súťažných podkladov (3) a zároveň zverejnil v profile zákazky dokument „vysvetlenie súťažných podkladov (3)“.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky prostredníctvom sw. JOSEPHINE:

ID ponuky v sw. JOSEPHINE	Uchádzač
182731	MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 85101 Bratislava IČO:17312001
182788	INmed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO:36256871

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

1. MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 85101 Bratislava IČO:17312001

Odôvodnenie vylúčenia:

Ponuka uchádzača MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 85101 Bratislava IČO:17312001 (ďalej len „MEDITRADE“) bola vylúčená v súlade s § 53 ods. 4 písm. b) ZVO z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky (konkrétne technický parameter 6 „Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5 MHU“ uchádzač predložil prístroj CT systém Revolution APEX™Elite, ktorý v danom stanovenom parametri dosahuje hodnotu 4,2 MHU. Daný technický parameter je zároveň aj jedným z hodnotiacich technických parametrov uvedených v rámci kritéria č. 2- necenové kritérium v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača MEDITRADE dňa 05.06.2025 (viď. dokument Vylúčenie ponuky zo dňa 05.06.2025). Detailné posúdenie splnenia technických parametrov v rámci hodnotenia kritéria č. 2 (necenové kritérium) je uvedené v dokumente s názvom PRÍLOHA K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Komisia nepovažuje žiadnu ponuku z predložených ponúk uchádzačov za mimoriadne nízku cenovú ponuku.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk, podiel subdodávky, ak je známy.

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk:

P.č.	Uchádzač	Kritérium K1 - cenové kritérium (celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky)	Počet bodov za K1	Počet bodov za kritérium K2 - necenové kritérium (špecifikácia predmetu zákazky)	Počet bodov spolu	Podiel subdodávky v %	Poradie ponuky po vyhodnotení kritérií
1.	INmed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO:36256871	1 516 454,70	80 b.	14 b.	94 b.	0%	1.

Rozklad bodov za kritérium K2 (necenové kritérium – technická špecifikácia)

Uchádzač	Kritérium č.2 necenové/ počet bodov		Počet bodov celkom
INmed Slovakia spol. s r.o. Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 36256871	Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu $\pm 30^\circ$	4b.	14 b.
	Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 75MHU	0b.	
	Hodnota voľby nastaviteľného maximálneho anódového prúdu min.900 mA	0b.	
	Rozsah voľby napätia RTG žiariča min. 80-135 kV	0b.	
	Maximálna šírka vrstvy detektorového elementu v osi Z max. 0,625 mm	2b.	
	Aktívny kolimátor - nástroj pre redukciu dávky a reštrikciu žiarenia v okrajoch skenovanej oblasti, resp. mimo vyšetrovacieho poľa v osi Z	3b.	
	Maximálne dosiahnuteľné vysokokontrastné rozlíšenie @ 0 % MTF (bez post kolimácie za pacientom) min. 21,4 lp/cm	1b.	
	Obrazový rekonštrukčný čas pri využití iteratívnych metód z RAW dát a obrazovej matrici 512x512 (pri ASiR-V, ADMIRE, iDose4, AiDR 3D Enhanced, atď.) min. 55 obr.	2b.	
	Obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 pri využití rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligencie s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction min.20 obr/s	2b.	

Postup pri vyhodnocovaní ponúk:

Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2025

Komisia zriadená štatutárnym orgánom pristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, že vyhodnotenie ponúk bude realizované v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO a v súlade s § 55 ods. 1 ZVO t.j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku podľa § 53 ZVO na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž), a to u uchádzača, ktorý sa umiestni na 1. mieste (t.j. získa najvyšší počet bodov po vyhodnotení ponúk (kritérium č. 1 + kritérium č. 2) uvedených v časti E. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia, súťažných podkladov). Komisia pred zostavením poradia posúdila splnenie požiadavky na zloženie zábezpeky u oboch uchádzačov, ktorí predložili ponuky a konštatuje, že obaja uchádzači splnili danú požiadavku v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.

Pred určením poradia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, komisia overila správnosť údajov uvedených ku kritériu K2 t.j. overila súlad predložených údajov v produktových listoch k tovaru (prístroju), údajov v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky a v dokumente kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2, ktoré predložili uchádzači vo svojich ponukách.

Komisia po preštudovaní ponuky uchádzača MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 85101 Bratislava IČO:17312001 (ďalej len „MEDITRADE“) t.j. po overení dokumentov identifikovala nesúlad v predložených údajoch – parameter č.2“Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu $\pm 30^\circ$ “. Komisia rozhodla, že požiada uchádzača MEDITRADE o vysvetlenie ponuky a odstránenie nedostatku (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 12.05.2025). Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov v ponuke uchádzača je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti , predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRazM

Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača MEDITRADE a k hodnoteniu predloženého vysvetlenia ponuky. Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 13.05.2025. Uchádzač upravil dokument Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2 – odstránil formálny nedostatok ponuky v technickom parametri č. 2.

Komisia pokračovala v hodnotení ponuky uchádzača MEDITRADE z hľadiska overovania súladu správnosti údajov uvedených ku kritériu K2. Komisia identifikovala nedostatky resp. nejasnosti v predložených dokumentoch -Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2, Špecifikácia predmetu zákazky a produktovom liste APEX Elite PDS (prospekt s názvom "Revolution™ ApexElite) a v dokumentoch Vyhlásenie výrobcu Apex FPS 1 (úradný preklad č. 182/2025) a Vyhlásenie výrobcu Apex FPS 2 (úradný preklad č. 123/2025). Komisia súčasne v rámci hodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky a predložených údajov uchádzačom MEDITRADE v ponuke súčasne kontrolovala súlad uvedených informácií o prístroji s webovou stránkou výrobcu prístroja, ktorý uchádzač MEDITRADE predložil v ponuke (presný odkaz: <https://www.gehealthcare.com/support/manuals>) . Komisia konštatuje, že výrobca prístroja CT systém Revolution APEXElite, GE Medical Systems má dostupné na webovej stránke podrobné dokumenty (datasheety, technické listy, návody, inštalčné protokoly a pod.) k ním vyrobeným prístrojom a konkrétne aj k prístroji CT systém GE Revolution APEX Elite, ktorý uchádzač MEDITRADE predložil v ponuke. Komisia identifikovala na uvedenej stránke výrobcu GE Medical Systems kompletný datasheet/technický referenčný manuál k prístroju GE Revolution APEXElite, dokument vydaný v r. 2025, označený výrobcom prístroja, počet strán 368.

Komisia na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala nesúlad predložených údajov resp. nedostatky v predloženej ponuke a rozhodla, že požiada uchádzača MEDITRADE o vysvetlenie ponuky (2) prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky (2)). Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov v ponuke uchádzača je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača INmed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO:36256871 (ďalej len „INmed Slovakia“). Komisia overovala súlad predložených údajov ku kritériu K2 t.j. overila súlad predložených údajov v produktových listoch k tovaru (prístroju), údajov v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky a v dokumente kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2, ktoré predložil uchádzač v ponuke. Komisia po preštudovaní údajov identifikovala nejasnosti a na základe tohto zistenia rozhodla, že požiada uchádzača INmed Slovakia o vysvetlenie ponuky (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. UNLP-2025-23-NZ-POO/3). Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov v ponuke uchádzača INmed Slovakia je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača Meditrade a k predloženému vysvetleniu ponuky uchádzačom 2. Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 22.05.2025. V rámci vysvetlenia ponuky 2 uchádzač Meditrade predložil dokument – Vyhlásenie autorizovaného európskeho zástupcu výrobcu zo dňa 21.05.2025. V dokumente, autorizovaný európsky zástupca výrobcu, spoločnosť GE Medical Systems SCS prehlásil (okrem iného), že ponúkaný prístroj uchádzačom v ponuke – CT systém GE Revolution APEX spĺňa požiadavku „tepelnú kapacitu anódy RTG lampy“, ktorá v ponúkanej konfigurácii dosahuje hodnotu 33MHU.

Komisia v rámci hodnotenia súladov predložených údajov v ponuke uchádzača Meditrade, údajov verejne dostupných na webovej stránke výrobcu – technický referenčný manuál GE Revolution APEXElite a údajov predložených autorizovaným zástupcom výrobcu GE Medical Systems SCS nedokáže jednoznačne vyhodnotiť splnenie stanovenej požiadavky „Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5MHU“ z dôvodu:

- V dokumente - produktový list APEX Elite PDS (prospekt s názvom "Revolution™ ApexElite), ktorý uchádzač Meditrade predložil v ponuke nie je uvedená hodnota tepelnej kapacity anódy RTG lampy, iba hodnota „tepelná kapacita, cit: efektívne ukladanie tepla targetu – 33MHU“. Komisia po posúdení uvedeného údaje konštatuje, že

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM

hodnota efektívne ukladanie tepla targetu nie je hodnotou tepelnej kapacity anódy RTG lampy, ktorá je fyzikálnou veličinou.

- V dokumente Vyhlásenie autorizovaného zástupcu výrobcu, je uvedené: “tepelná kapacita anódy RTG lampy“, ktorá v ponúkanej konfigurácii dosahuje hodnotu 33MHU.
- V dokumente Špecifikácia predmetu zákazky a zároveň aj v dokumente -Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2 uchádzač uviedol pri technickom parametri „Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5 MHU“ hodnotu 33MHU.
- V dokumente – datasheet/technický referenčný manuál k prístroju GE Revolution APEX Elite, dokument vydaný v r. 2025, označený výrobcom prístroja, počet strán 368, zverejnený na stránke výrobcu prístroja: <https://www.gehealthcare.com/support/manuals> je v bode 7.5.5. uvedené jednoznačne: maximálna tepelná kapacita anódy je 3.1 MJ (4,2 MHU)

Na základe vyššie uvedených nejasností/nezrovnalostí komisia rozhodla, že opätovne požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky (3), v ktorom požiada uchádzača Meditrade o vysvetlenie vyššie uvedených zistení komisiou a zároveň o doplnenie informácie o presnom type zdroja ionizujúceho žiarenia (RTG lampy), ktorý je použitý v uchádzačom ponúkanom prístroji Revolution Apex Elite, najmä informácie o výrobcovi a modeli RTG lampy, o type (napr. rotujúca anóda, fixná anóda), technických parametroch (napr. výkonnosť, napätie, chladiaci mechanizmus), o životnosti a servisných intervaloch z dôvodu jednoznačného posúdenia splnenia stanovenej požiadavky. Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou a zdokumentovanie všetkých nejasností/nedostatkov v ponuke uchádzača Meditrade je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača INmed Slovakia a predloženého vysvetlenia ponuky. Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 21.05.2025 Komisia overovala súlad predložených údajov ku kritériu K2 t.j. overila súlad predložených údajov v produktových listoch k tovaru (prístroju), údajov v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky a v dokumente kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č.2, ktoré predložil uchádzač v ponuke a zároveň s informáciami uvedenými vo vysvetlení ponuky. Komisia po preštudovaní údajov a predloženého vysvetlenia ponuky uchádzačom konštatuje, že uchádzač vysvetlil všetky nejasnosti, ktoré komisia identifikovala. Komisia ďalej overovala z dostupných zdrojov – na stránke výrobcu prístroja, ktorý uchádzač INmed Slovakia predložil v ponuke, či sa na stránke výrobcu nachádzajú informácie k prístroju a konštatuje, že výrobca na svojej stránke nezverejňuje datasheet/technické listy k ním vyrobeným prístrojom, presný webový odkaz: https://eu.medical.canon/products/computed-tomography/aq_one_prism . Komisia dohľadala len základe informácie o prístroji, o funkcionality prístroja, možnostiach vyšetrenia, obrazových znázornení a pod. Komisia následne pristúpila k overeniu zverejnených zmlúv v CRZ z dôvodu, či sa v zverejnených zmluvách nenachádza prístroj, ktorý uchádzač predložil v ponuke (z dôvodu overenia súladu informácií o tovare). Komisia konštatuje, že zo zverejnených zmlúv v CRZ nie je žiaden prístroj dodaný uchádzačom Inmed Slovakia, ktorý by bol rovnaký ako prístroj, stanovený v tomto verejnom obstarávaní. Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou uchádzača INmed Slovakia je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky). Komisia konštatuje, že uchádzač INmed Slovakia preukázal splnenie všetkých technických parametrov uvedených v rámci kritéria K2.

Zasadnutie komisie zo dňa 30.05.2025

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača Meditrade a predloženého vysvetlenia ponuky – odpoveď 3. Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.05.2025

V rámci vysvetlenia ponuky 3 uchádzač Meditrade predložil zároveň aj Vyhlásenie autorizovaného európskeho zástupcu výrobcu prístroja, spoločnosť GE Medical Systems SCS, v ktorom zástupca výrobcu prístroja okrem všetkých požadovaných informácií (ktoré uviedol verejný obstarávateľ v žiadosti o vysvetlenie (3) zo dňa 23.05.2025), uviedol aj informáciu o anóde



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



v rozsahu, cit.: Tepelná kapacita anódy bez použitia chladenia: 4,2 MHU; Tepelná kapacita anódy s použitím chladenia: 33 MHU.

Komisia po preštudovaní kompletného vysvetlenia ponuky (3) uchádzačom konštatuje, že uchádzač nespĺňa stanovenú požadovanú tepelnú kapacitu anódy RTG lampy v min. stanovenom rozsahu 7,5 MHU, ktorú stanovil verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní.

Uchádzač Meditrade uviedol hodnotu 33 MHU k danému technickému parametru, avšak táto hodnota je hodnotou „efektívnou“, ktorá v predmetnom verejnom obstarávaní nebola nestanovená. Komisia konštatuje, že v prípade ak by bola stanovená hodnota „efektívna tepelná hodnota anódy RTG lampy“, teda ako uchádzač Meditrade uvádza vo vysvetlení ponuky (3), „tepelná hodnota anódy s chladením“ musel by verejný obstarávateľ z dôvodu zachovania transparentnosti a rovnakého prístupu v rámci hodnotenia predložených ponúk, stanoviť aj vzorec výpočtu reálnej tepelnej kapacity anódy RTG lampy na „efektívnu hodnotu“. Komisia zároveň konštatuje, že technický parameter efektívna tepelná kapacita anódy RTG lampy nie je normovaným parametrom pre porovnanie ponúk, keďže každý výrobca prístroja má stanovený svoj vlastný prepočet a teda tento parameter nebol ani v predmetnom verejnom obstarávaní stanovený.

Komisia zároveň z kontextu vysvetlenia ponuky 3 uchádzača Meditrade pristúpila k overeniu informácie – oslovením výrobcov/zástupcov CT prístrojov na území SR s otázkou, či verejný obstarávateľ stanovil technický parameter jasne, presne, zrozumiteľne v rámci špecifikácií predmetu zákazky z dôvodu, že uchádzač Meditrade v odpovedi-vysvetlení ponuky (3) spochybnil stanovený parameter. Z odpovedí 3 výrobcov/zástupcov výrobcov CT prístrojov je zrejmé, že technický parameter „tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5 MHU“ bola verejným obstarávateľom stanovená správne, daný parameter je nezameniteľný keďže ide o technický parameter – fyzikálne merateľný/fyzikálne presná hodnota, ktorú je následne aj transparentne možné hodnotiť v rámci ponúk vo verejnom obstarávaní.

Komisia na základe vyššie uvedeného rozhodla, že vylúči ponuku uchádzača Meditrade v súlade s § 53 ods. 4 písm.b) ZVO z dôvodu nesplnenia požiadavky na predmet zákazky (tech.parameter/stanovený verejný obstarávateľom v hodnote, cit.: Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 7,5 MHU“, ponuka uchádzača Meditrade – hodnota parametra 4,2 MHU) – vid' Vylúčenie ponuky č. UNLP-2025-23-NZ-POO/5. Detailné zdokumentovanie hodnotenia kritéria K2 komisiou a zdokumentovanie nesplnenia stanovenej požiadavky uchádzačom Meditrade je zaznamenané v PRÍLOHE K ZÁPISNICI (2) Z VYHODNOTENIA PONÚK A PODMIENOK ÚČASTI - HODNOTENIE KRITÉRIUM 2 (necenové kritérium - technické požiadavky).

Zasadnutie komisie zo dňa 11.06.2025

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk, komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača INmed Slovakia, ktorého ponuka sa umiestnila na 1.mieste. Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača INmed Slovakia z hľadiska kontroly dokladov/dokumentov, ktoré uchádzač predložil v ponuke v súlade s požiadavkami v bode 14, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov, ktoré stanovil verejný obstarávateľ. Detailné zaznamenanie a posúdenie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača INmed Slovakia je uvedené v Prílohe 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky. Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklady/dokumenty v ponuke v súlade s požiadavkami stanovenými verejným obstarávateľom v bode 14, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov.

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponuky uchádzača z hľadiska hodnotenia splnenia stanovených podmienok účasti. Detailné zaznamenanie hodnotenia ponuky uchádzača INmed Slovakia z hľadiska splnenia podmienok účasti komisiou je uvedené v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti. V rámci hodnotenia splnenia stanovenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO a min. požadovanej úrovne štandardov, ktorú stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, komisia rozhodla, že požiadala uchádzača o vysvetlenie ponuky (2) a predloženie dokladu preukazujúceho uspokojivé dodanie tovaru. Uchádzač INmed Slovakia predložil na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO v ponuke doklad s názvom Zoznam referencií zo dňa 09.05.2025, v ktorom uviedol 4 referencie avšak 2 z nich nedokáže komisia jednoznačne posúdiť. Detailné posúdenie predložených dokladov/dokumentov v ponuke uchádzača INmed Slovakia z hľadiska splnenia



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



stanovených podmienok účasti a zdokumentovanie nedostatku predloženej ponuky uchádzača komisiou je zaznamenané v Prílohe 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti.

Komisia pokračovala v hodnotení ponuky uchádzača INmed Slovakia z hľadiska posúdenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky (technické parametre). Komisia posudzovala súlad predložených údajov v doklade Špecifikácia predmetu zákazky a predložených produktových listov/technických listov k uchádzačom predkladanému tovaru (prístroju). Komisia po posúdení skonštatovala, že všetky posudzované požiadavky z predložených dokladov k prístroju, ktorý uchádzač predložil v ponuke vyplývajú explicitne a/alebo implicitne. Detailné hodnotenie splnenia jednotlivých stanovených požiadaviek (technických parametrov) uchádzača komisiou je zaznamenané v Prílohe 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky. Komisia pri overovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom zároveň overovala informácie zverejnené na stránke výrobcu prístroja - https://global.medical.canon/products/computed-tomography/aq_one_prism. Komisia konštatovala, že na uvedenej stránke výrobcu prístroja nedohľadala zverejnený žiaden datasheet/technický list/technickú užívateľskú príručku vydanú výrobcom prístroja avšak identifikovala na danej stránke zverejnené informácie k prístroju CT Aquilion ONE Prism, ktorý uchádzač predložil v ponuke a zároveň na uvedenej stránke výrobcu prístroja (Canon) identifikovala články o vlastnostiach a výhodách CT prístroja, skúsenosti užívateľov, klinickú galériu (fotodokumentáciu zobrazovania prístrojom a pod.). Komisia následne overovala informácie aj z verejne dostupných databáz – zrealizovaných verejných obstarávaní iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov za účelom overenia, či uchádzač INmed Slovakia v minulosti nepredložil ponuku na daný prístroj aj inému verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi za účelom kontroly zverejnených informácií o prístroji. Komisia konštatuje, že neidentifikovala žiadne verejné obstarávanie kde by sa uchádzač INmed zúčastnil, predložil ponuku na rovnaký prístroj a bola takáto ponuka verejne dostupná (zverejnená).

Komisia ukončila hodnotenie ponuky uchádzača INmed Slovakia a bude pokračovať v hodnotení ponuky uchádzača po doručení odpovede uchádzačom na vysvetlenie ponuky (2).

Prílohy zápisnice:

1. Prezenčné listiny zo zasadnutia komisie
2. Príloha k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – hodnotenie kritérium 2 (necenové kritérium -technické požiadavky)
3. Príloha 1 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – obsah ponuky
4. Príloha 2 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – podmienky účasti
5. Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – požiadavky

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Piotr Pedowski - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ľubomír Demský - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Viliam Lecák - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Jana Lesayová, MPH - člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 11.06.2025

Zápisnica (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti , predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM