

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie parametra v rámci požadovanej špecifikácie kvapkacej komôrky pri infúznej súprave v rámci prílohy PTK Ponuka, časť č. 2 Infúzna súprava I. , bod č. 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY , nakoľko cena infúznej súpravy závisí aj od veľkosti kvapkacej komôrky. Žiadame o doplnenie, či verejný obstarávateľ požaduje veľkosť tejto kvapkacej komôrky 6 cm alebo menšiu ako 6 cm.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje v časti č. 2, pri položke č.1 „Infúzna súprava I.“ **veľkosť kvapkacej komôrky min. 6 cm.**