

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania  
odbor zadávania zákaziek  
Limbová 2, 837 52 Bratislava

**všetkým záujemcom**

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
S19333-2025-OZZ-29/  
Z050807-2025

Vybavuje/ linka  
Mgr. Fedor Ščitov/ kl. 253

Bratislava  
1.7.2025

Vec:

**Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – odpoveď verejného obstarávateľa č. 1**

**Zmena informácií potrebných na vypracovanie ponuky; predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky **„Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW“**, v ktorom Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S 106/2025 pod č. ozn. 359955-2025 dňa 04.06.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 111/2025 zo dňa 05.06.2025 pod značkou 9217–MST (ďalej len „Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) v znení Opravy Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom vo VVO č. 127/2025 zo dňa 26.06.2025 pod značkou 10334–IOX.

Na základe žiadostí záujemcov o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

## **OTÁZKA č. 1:**

Dobrý deň,

v prílohe č. 4 Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny / Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky dokumentu Súťažné podklady verejného obstarávania, verejnej súťaže s názvom Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW (ref. Č. spisu S19333-2025-OZZ-15) uverejnenom pod číslom oznámenia v Úradom vestníku S:106/2025, č. 359955-2025 zo dňa 04.06.2025 sú pri dvoch častiach zákazky:

Časť č. 8 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach) - príloha č. 4 súťažných podkladov, hárok s názvom „NsP Bojnica“.



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

Časť č. 11 predmetu zákazky: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky) - príloha č. 4 súťažných podkladov, hárok s názvom „FNsP Nové Zámky“ v sekcii Makroskopický stôl uvedené technické parametre požadovaných rozmerov:

„Rozmery: 1800 (š) x 850 (h) x 1700 (v) mm – výška pracovnej plochy 900 mm“

Chceli by sme sa informovať, či zariadenie s rozmermi:

Rozmery: 1900 (š) x 780 (h) x 1900 (v) mm – výška pracovnej plochy 900 mm bude z odchýlkami v šírke +100mm, hĺbke -70mm a výške +200mm zo strany verejného obstarávateľa akceptovateľné.

Ostatné verejným obstarávateľom požadované technické parametre zariadenie napĺňa a uvedené odchýlky nemajú vplyv na funkčnosť, či použiteľnosť zariadenia.

## **ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:**

*Verejný obstarávateľ sa rozhodol upraviť technickú špecifikáciu tak, že určí pri položke „Makroskopický stôl“ v časti 8 a časti č. 11 predmetu zákazky nové znenie technických parametrov: „Rozmery : celková šírka v rozsahu od 1800 mm do 1900 mm, celková hĺbka v rozsahu od 780 mm do 850 mm, celková výška v rozsahu od 1700 mm do 1900 mm. Výška pracovnej plochy 900 mm (+/- 5 mm)“.*

*V súvislosti s danou zmenou a vzhľadom k tomu, že v technickej špecifikácii (prílohe č. 4 SP) je uvedený rozsah hodnôt; verejný obstarávateľ môže akceptovať len to ponúkané zariadenie, ktoré bude mať rozmery spĺňajúce požiadavku pre konkrétny parameter daného tovaru/ položky predmetu zákazky.*

## **ZMENA INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH**

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania rozhodol o zmene nižšie uvedených informácií potrebných na vypracovanie ponúk. V súvislosti so zmenou informácií verejný obstarávateľ rozhodol o primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovné informácie potrebné na vypracovanie ponúk, vrátane informácie o lehote na predkladanie ponúk a lehote na otváranie ponúk, a to tak, ako je uvedené nižšie:

### **I.**

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 22.1 v súťažných podkladoch z pôvodnej lehoty 28.07.2025 do 09:00 hod. **na novú lehotu stanovenú do 30.07.2025 do 09:00 hod.**

### **II.**

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na otváranie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 24.1 v súťažných podkladoch z pôvodnej lehoty 28.07.2025 do 09:30 hod. **na novú lehotu stanovenú do 30.07.2025 do 09:30 hod.**

### **III.**

Verejný obstarávateľ týmto rozhodol, že upravuje Prílohu č. 4 súťažných podkladov - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, z dôvodu opravy textu tak, ako je uvedené nižšie.

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ upravuje v Prílohe č. 4 súťažných podkladov - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny / Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (zmeny boli zapracované do pôvodného znenia prílohy č. 4 zo dňa 23.6.2025):

V Prílohe č. 4 SP - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny, Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (ku dňu 1.7.2025) v hárkoch častí zákazky

**Časť č. 8 predmetu zákazky:** Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**)

**Časť č. 11 predmetu zákazky:** Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - HW (**Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**)

v sekcii **Makroskopický stôl** sú upravené parametre, a to nasledovne:

| Pôvodné znenie parametra                                                                                            | Nové znenie parametra                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmery: 1800 (š) x 850 (h) x 1700 (v) mm – výška pracovnej plochy 900 mm                                           | <b>Rozmery: celková šírka v rozsahu od 1800 mm do 1900 mm, celková hĺbka v rozsahu od 780 mm do 850 mm, celková výška v rozsahu od 1700 mm do 1900 mm. Výška pracovnej plochy 900 mm (+/- 5 mm)</b> |
| integrovateľ ventilátor - TD-1000/200 SILENT s plynulým ovládaním otačiek VRS 1A, priemer výstupného hrdla – 200 mm | <b>integrovateľ ventilátor - TD SILENT s plynulým ovládaním otačiek, priemer výstupného hrdla – od 200 mm do 300 mm</b>                                                                             |

Iné zmeny, než tie vyššie uvedené, neboli v súťažných podkladoch vykonané. Nové znenie Prílohy č. 4 súťažných podkladov - *Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny / Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky*, tvorí prílohu aktualizovaných súťažných podkladov, ktoré budú zverejnené súčasne s týmto záznamom v profile k predmetnej zákazke v systéme JOSEPHINE.

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ vykonal redakčnú opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vyššie uvedenom vestníku.

S pozdravom,

.....

**Tomáš Lorenc, MBA**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

Prílohy:

Aktualizované súťažné podklady vrátane prílohy č. 4 (ostatné *prílohy č. 1 až 3, 5 až 10 SP ostávajú v pôvodnom znení*)