

Príloha č. 3 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti

Tabuľka hodnotenia splnenia požiadaviek predmetu zákazky: **Doplnenie prístrojového vybavenia – pre funkčnú elektrostimuláciu hornej a dolnej končatiny (II)**

Posudzovaná ponuka uchádzača: **BTL Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 26, 010 00 Žilina, IČO: 36404772**

Obchodný názov ponúkaného tovaru: **Stella BIO**

Názov výrobcu ponúkaného tovaru: **EGZOTech SP z. o o., Poľská republika**

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom v Prílohe č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov		Ponuka uchádzača	Hodnotenie požiadaviek komisiou	
		Parametre ponúkaného tovaru s uvedením strany dokladu, kde sa parameter nachádza	Overenie súladu predkladaných informácií uvedených v používateľskej príručke s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v Prílohe č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky (súhlas/nesúlad predložených dokladov)	Posúdenie požiadavky komisiou splnil / nesplnil
Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu hornej a dolnej končatiny - 1 ks				
1	Zariadenie pre funkčnú elektrostimuláciu - FES , elektrostimuláciu a elektromyografiu s biofeedbackom a transkutánnu elektrickú neurostimuláciu	spĺňa, používateľská príručka str. 37	v súlade	splnil
2	Riadiaca jednotka vo forme tabletu umožňujúca bezdrôtové nastavenie systému a ukladanie patientskych dát a dát o terapii	spĺňa, používateľská príručka str. 48, 57	v súlade, údaje aj na str. 47, 72 príručky	splnil
3	Zariadenie využiteľné pre terapiu, každodenné použitie ako kompenzačná pomôcka pre zlepšenie stereotypu chôdze a úchopovej schopnosti ruky	spĺňa, používateľská príručka str. 37,75	Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 6.8.2025. Uchádzač doručil vysvetlenie v stanovenej lehote dňa 7.8.2025, v rámci vysvetlenia uchádzač predložil vyhlásenie výrobcu EGZO Tech k dopytovanému parametru, na základe ktorého komisia konštatuje splnenie predmetného parametra. v súlade, údaje aj na str. 75 príručky	splnil
4	Možnosť stimulácie kĺbov hornej končatiny aj dolnej končatiny	spĺňa, používateľská príručka str. 37	Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 6.8.2025. Uchádzač doručil vysvetlenie v stanovenej lehote dňa 7.8.2025, v rámci vysvetlenia uchádzač predložil vyhlásenie výrobcu EGZO Tech k dopytovanému parametru, na základe ktorého komisia konštatuje splnenie predmetného parametra. v súlade, údaje aj na str. 43,114 príručky	splnil

5	Podpora chýbajúcej flexie / extenzie kolena	spĺňa, používateľská príručka str. 37 – 38	Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 6.8.2025. Uchádzač doručil vysvetlenie v stanovenej lehote dňa 7.8.2025, v rámci vysvetlenia uchádzač predložil vyhlásenie výrobcu EGZO Tech k dopytovanému parametru, na základe ktorého komisia konštatuje splnenie predmetného parametra v súlade, údaje aj na str. 93 príručky	splnil
6	Možnosť stimulácie plantárnej a dorzálnej flexie	spĺňa, používateľská príručka str. 37 – 38	Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 6.8.2025. Uchádzač doručil vysvetlenie v stanovenej lehote dňa 7.8.2025, v rámci vysvetlenia uchádzač predložil vyhlásenie výrobcu EGZO Tech k dopytovanému parametru, na základe ktorého komisia konštatuje splnenie predmetného parametra v súlade	splnil
7	Možnosť elektrostimulácie pacientov schopných chôdze a na lôžku	spĺňa, používateľská príručka str. 37 - 38	Nejasnosť údajov v predloženej dokumentácii. Uchádzač bol požiadaný o vysvetlenie v rozsahu spracovanej Žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 6.8.2025. Uchádzač doručil vysvetlenie v stanovenej lehote dňa 7.8.2025, v rámci vysvetlenia uchádzač predložil vyhlásenie výrobcu EGZO Tech k dopytovanému parametru, na základe ktorého komisia konštatuje splnenie predmetného parametra v súlade	splnil
8	Možnosť stimulácie prstov samostatne a rôznych úchopových schopností 93	spĺňa, používateľská príručka str. 115	v súlade	splnil
9	Úprava parametrov stimulácie v reálnom čase, v priebehu terapie	spĺňa, používateľská príručka str. 78	v súlade	splnil
10	Elektrody pre efektívne nastavenie stimulácie	spĺňa, používateľská príručka str. 46	v súlade	splnil
11	Bezdrôtový ovládač pre nastavenie intenzity stimulácie a výber programu; signalizácia nabitia	spĺňa, používateľská príručka str. 48	v súlade, údaje aj na str. 29, 60, 128, 132 príručky	splnil
12	Dobíjací Li-ion akumulátor vymeniteľný	spĺňa, používateľská príručka str. 42	v súlade, údaje aj na str. 126 príručky	splnil

13	Možnosť nastavenia parametrov:	spĺňa, používateľská príručka str. 78	v súlade	splnil
14	Intenzita v rozsahu min. 0 – 60mA /väčší rozsah prípustný/	spĺňa, používateľská príručka str. 111	v súlade	splnil
15	Frekvencia stimulácie v rozsahu min. (20 - 40) Hz, zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie pre spodnú hranicu aj pre vrchnú hranicu	spĺňa, používateľská príručka str. 111 - 114	v súlade	splnil
16	Pacientska databáza pre uloženie individuálneho nastavenia, uloženie dát a opätovné nahranie pomocou Bluetooth	spĺňa, používateľská príručka str. 27, 57, 66	v súlade, údaje aj na str. 26 príručky	splnil

Vyhodnotenie :

Komisia s právom na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač **BTL Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 26, 010 00 Žilina, IČO: 36404772 splnil** všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch.

<i>Prítomní členovia komisie:</i>	<i>Podpis člena komisie</i>
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ildikó Morochovičová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
PhDr. Martina Komarovská, MPH – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
Ing. Katarína Kupcová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 11.08.2025