

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
S24455-2025-OZZ/
Z074796-2025

Vybavuje/ linka
Mgr. Michael Čunderlík/ kl.253
Bratislava 25.09.2025

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – odpoveď**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „**Nástroj na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie**“, ktorej Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S 161/2025 pod č. ozn. 552368-2025 dňa 25.18.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 172/2025 zo dňa 26.08.2025 pod značkou 13869 - MST.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní predkladáme nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

OTÁZKA č. 1:

Žiadame Vás o vysvetlenie bodu 7: Vyžaduje sa automatický komplexný test prístroja pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov, po úvodnej kontrole zostavenia prístroja užívateľom a potvrdenia spustenia testu, bez ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu.

Uvedená požiadavka je diskriminačná. Požiadavka obstarávateľa v tomto znení diskriminuje uchádzačov, ktorých prístroje vykonávajú komplexný automatický test, ale tento na základe pokynov výrobcu požaduje iniciálne spustenie testu obsluhou v časti režimu AUTO a v časti Manual.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza v materiáli s názvom: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri celkovej anestézii diagnosticko-liečebný/ošetrovateľský štandardný postup na strane 24: (https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/1-6-2023/Osetrovatelstvo_v_IS-Manazment_OS_o_pacienta_v_celkovej_anestezii.pdf)

Základné štandardné postupy a podmienky pre výkon anestézie SSAIM v pokynoch pre lekárov uvádzajú, že anesteziológ a anesteziologická sestra musia prekontrolovať, zostaviť a nakalibrovať všetky technické zariadenia a pomôcky, ktoré by mohli byť pri podávaní anestézie a riešení komplikácií potrebné a skontrolovať zásoby liekov a pomôcok. Vykonať to musia pred úvodom do anestézie. V urgentných situáciách môže byť tento postup zmenený a musí byť zaznamenaný v Zázname o anestézii.

Zároveň chceme upriamiť pozornosť na dokumenty spoločnosti SSAIM Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny o postupoch a podmienkach anestézie (príloha).



Spoločnosť SSAIM hovorí v Základných štandardných postupoch a podmienkach pre výkon anestézie v bode 2. Základné technické podmienky podávania anestézie sa píše Anestéziológ a anestéziologická sestra musia prekontrolovať, zostaviť a nakalibrovať všetky technické zariadenia a pomôcky, ktoré by mohli byť pri podávaní anestézie a riešení komplikácií potrebné a skontrolovať zásoby liekov a pomôcok. Normy pre anestéziologické prístroje určujú požiadavky na dodávané kompletné Anestéziologické prístroje teda aj s monitorom. Požiadavka obstarávateľa: *Vyžaduje sa automatický komplexný test prístroja pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov, po úvodnej kontrole zostavenia prístroja užívateľom a potvrdenia spustenia testu, bez ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu.*

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie bodu o komplexnom teste prístroja, ktorá bude zodpovedať materiálu Ministerstva zdravotníctva (materiál s názvom: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri celkovej anestézii diagnosticko-liečebný / ošetrovateľský štandardný postup na strane 24 dokumentu SSAIM: Základné štandardné postupy a podmienky pre výkon anestézie

Prítomnosť užívateľa musí byť nielen v prípade netesnosti alebo iného nevyhovujúceho stavu ale je potrebná aj pre odstránenie chýb minimálne ak chce vykonať opakované test po čistení dýchacieho systému, pri výmene dýchacích hadíc, alebo pri výmene vápna alebo kedykoľvek v prípade pochybností. Prítomnosť náležite vyškoleného a skúseného personálu je hlavným určujúcim faktorom bezpečnosti pacienta počas anestézie. Mnoho štúdií ukázalo, že nepriaznivé udalosti a nehody sú často pripisované rutine, preto je potrebná prítomnosť personálu.

Normy pre anestéziologické prístroje určujú požiadavky na dodávané kompletné Anestéziologické prístroje ako aj požiadavky na jednotlivé časti, ktoré sú súčasťou Anestéziologického prístroja:

- špecifické zariadenia a ich pridružené MONITOROVACIE ZARIADENIA, ALARMOVÉ SYSTÉMY a OCHRANNÉ ZARIADENIA ako aj vymedzujúce rozhrania. Hore uvedená požiadavka nie je v súlade s platnou normou.

ODPOVEĎ č. 1 verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Upravuje sa požiadavka: “Vyžaduje sa, aby po úvodnom zostavení a skontrolovaní zostavenia prístroja anestéziológom alebo anestéziologickou sestrou, prístroj vykonal komplexný test a kalibráciu pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov autonómne, bez potreby ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu. Prístroj musí zobrazovať jednotlivé kroky automatického testu tak, aby bol prítomní personál informovaný o ich úspešnosti resp. neúspešnosti, pre potrebu vykonania nápravy. Zároveň musí byť možné obídanie/ukončenie testu v prípade nutnosti okamžitého použitia prístroja s tým, že uvedené nedokonané testovanie musí prístroj zobrazovať na obrazovke.”

Vysvetlenie: Požiadavka neobmedzuje prítomnosť anestéziológa ani anestéziologickej sestry počas testovania prístroja. Uvedená požiadavka smeruje k tomu, aby samotný test po úvodnej kontrole a zostavení užívateľom, bol vykonaný automaticky, bez toho, aby bolo nutné zasahovať do priebehu testovania. Tým sa anestéziológ a anestéziologická sestra môžu venovať príprave pacienta a ďalších pomôcok pre výkon anestézie.

Poznámka: Prístroje musia mať všetku certifikáciu pre uvedenie na trh v EÚ a teda musia splniť všetky normatívy a legislatívne požiadavky pre výkon anestézie. To sa vzťahuje aj na testovanie prístroja.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

OTÁZKA č. 2:

Žiadame Vás o vysvetlenie bodu 36: - manuálne zadržanie inspíria a expíria (vyhodnotenie parametrov R,C,E)

Uvedená požiadavka je nejasne formulovaná. Požiadavka obstarávateľa v tomto znení diskriminuje uchádzačov, ktorých prístroje sú technicky riešené tak, že vyhodnotenie parametrov R a C nepožadujú manuálne zadržanie inspíria a expíria.

Nami ponúkané anesteziologické prístroje majú funkciu pozastavenie prietoku plynov počas ktorej ak je zapnutá ventilácia, ventilácia sa pozastaví na 1 minútu a následne automaticky obnoví po 1 minúte. Prietok plynu obnovíte kedykoľvek počas zastavenia zvolením.

Vyhodnotenie parametrov R a C sa robí automaticky, bez potreby manuálneho zadržania inspíria a expíria. Meranie elasticity pľúc sa vykonáva predovšetkým výpočtom pľúcnej poddajnosti, čo je miera schopnosti pľúc naťahovať sa a rozťahovať, ktorá odráža ich elastické vlastnosti.

V nemocničnej starostlivosti je pre popis vlastností respiračného systému používaná prevrátená hodnota elastance E, tzv. poddajnosť - compliance (C): Poddajnosť a elastancia sú nepriamo úmerné ($E = 1/C$).

Na základe hore uvedeného Vás žiadame o vysvetlenie požiadavky *manuálne zadržanie inspíria a expíria* vyhodnotenie parametrov R,C,E ak veľká väčšina prác a ich autorov na internete sa odvoláva pri hodnotení pľúc na parametre R a C.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Požiadavka sa upravuje: „manuálne zadržanie a inspíria a expíria (vyhodnotenie parametrov R a C) alebo automatické vyhodnotenie parametrov R a C.”

Vysvetlenie: Akceptuje sa automatické vyhodnotenie parametrov R a C, vypúšťa sa hodnota E, nakoľko je nepriamoúmerná hodnote C.

OTÁZKA č. 3:

Žiadosť o vysvetlenie ku bodu: 51

Autori TŠ asi omylom uviedli odvolávku na bod 49, ale tento bod nepojednáva o vyhodnocovaní základných vitálnych funkcií. Autori asi mysleli bod 48. Prosíme o vysvetlenie.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Požiadavka sa upravuje s opravou chyby v zátvorke pre odvolávku na bod. Správne má byť: „(popísaných v bode 48.)

OTÁZKA č. 4:

Žiadame o bližšie vysvetlenie ku bodu 53 Možnosť zadania filtra pre elektrochirurgický prístroj (ESU) k meraniu EKG .

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Požiadavka sa upravuje: „Možnosť zadania filtra pre elektrochirurgický prístroj (ESU) k meraniu EKG alebo implementovaný filter do prístroja resp. k EKG káblom pre elimináciu rušenia vplyvom elektrochirurgického prístroja”



Vysvetlenie: Rušenie elektrochirurgickým prístrojom je častým artefaktom počas chirurgických výkonov pre monitoring EKG signálu, nakoľko je emitované radiofrekvenčné žiarenie. Uvedený filter slúži pre minimalizáciu vplyvu uvedeného rušenia a je štandardnou súčasťou merania EKG počas anestézie.

OTÁZKA č. 5:

Žiadame vas o vysvetlenie bodu 6.4

Uvedená požiadavka je jasná , táto požiadavka ale nie je v súlade s kritériami hodnotenia :

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH, uvedená v ponuke uchádzača. Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Pravidlá na uplatnenie kritéria:

Celková cena za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH:

Systém JOSEPHINE automatizovane označí ponuku s najnižšou celkovou cenou za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrenú v EUR s DPH za prvú, ponuku s druhou najnižšou celkovou cenou za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrenú v EUR s DPH za druhú, ponuku s tretou najnižšou celkovou cenou za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrenú v EUR s DPH za tretiu, atď. Ponuku uchádzača, ktorú systém JOSEPHINE automatizovane vyhodnotil podľa predmetného kritéria za prvú v poradí, t.j. úspešnú ponuku za každú časť, odporučí komisia na vyhodnotenie ponúk verejnému obstarávateľovi prijať.

V prípade rovnakých návrhov na plnenie predmetného kritéria, t.j. rovnakej celkovej ceny za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH viacerých uchádzačov, rozhoduje o poradí ponúk najnižšia celková cena vyjadrená v EUR s DPH, ktorú uchádzač uvedie v rámci položky „Anestéziologický prístroj“.

Vami uvedené kritéria vyhodnotenia sú ale nejasné . Požadované technické špecifikácie jednotlivých prístrojov sú rovnaké pre všetky tri časti . Na základe uvedeného by aj jednotkové koncové ceny na základe rovnakých špecifikácií mali byť rovnaké .

Nerozumieme teda hodnoteniu podľa : Celková cena za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH ?

Poprosíme o vysvetlenie . Predpokladá obstarávateľ že budú koncové ceny pri rovnakej špecifikácii , rozdielne pre (Košice , Martin , Trnava) ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti, pričom každá časť predstavuje samostatné **miesto dodania** a samostatnú zmluvu s úspešným uchádzačom. V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú samostatne za každú časť zákazky.

Hodnotiacim kritériom je najnižšia celková cena za uskutočnenie **jednotlivej časti** predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH. Znamená to, že ponuky budú vyhodnocované oddelene pre každú časť. Preto verejným obstarávateľom opísaný spôsob vyhodnotenia ceny je v súlade s požiadavkou formulovanou v bode 6.4 súťažných podkladov.

Aj keď technické špecifikácie anestéziologických prístrojov sú rovnaké pre všetky časti, výsledná celková cena môže byť rozdielna z dôvodu:

- rôznych nákladov uchádzačov na dopravu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a servis v závislosti od miesta dodania,



- odlišných obchodných podmienok uchádzačov pri dodávkach do jednotlivých regiónov.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ pripúšťa situáciu, že koncové ceny za jednotlivé časti nemusia byť identické. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní pri rozdelení zákazky na časti uchádzači vo verejnom obstarávaní predkladajú samostatné ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vychádza z predpokladu, že napríklad do súťaže sa môže zapojiť aj uchádzač, ktorý predloží ponuku len na jednu alebo len na dve časti, prípadne môže jeden a ten istý uchádzač vzhľadom na vyššie uvedené rozdiely pri jednotlivých častiach predmetu zákazky (napr. miesto dodania) ponúknuť inú cenu (to by znamenalo, že v rámci celkovej ceny za jednotlivé časti predmetu zákazky, boli kalkulované a zároveň zahrnuté rôzne náklady (napr. na dopravu), aj keď položky sú tie isté). Preto je hodnotiacim kritériom **celková cena za každú časť osobitne**.

OTÁZKA č. 6:

Žiadame Vás o vysvetlenie bodu 18.7

Poprosíme o vysvetlenie takto formulovaného čestného prehlásenia. Doteraz sme nedostali odpoveď na prechádzajúcu žiadosť o vysvetlenie. Odvolávate sa v čestnom prehlásení na dokumenty ktorými verejný obstarávateľ vysvetľoval podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doplnenia informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Termín na Vami publikované predkladanie je budúci týždeň a nemáme od Vás odpovede na žiadosti o vysvetlenie. Zákon o verejnom obstarávaní hovorí o bezodkladnej odpovedi na žiadosť o vysvetlenie .

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

Účelom uvedeného ustanovenia je, aby uchádzač svojim čestným vyhlásením potvrdil, že:

- berie na vedomie a súhlasí so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom,
- tieto podmienky sú uvedené nielen v samotnom oznámení a súťažných podkladoch, ale aj v prípadných vysvetleniach a doplneniach, ktoré verejný obstarávateľ poskytne v súlade s § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v priebehu lehoty na predkladanie ponúk,
- čestné vyhlásenie pokrýva aj ďalšie dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ môže v stanovenej lehote poskytnúť všetkým uchádzačom rovnako, aby boli zabezpečené zásady rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

Uvedený text čestného vyhlásenia je formulovaný všeobecne z dôvodu, že verejný obstarávateľ počas lehoty na predkladanie ponúk môže poskytovať dodatočné vysvetlenia alebo doplnenia, ktoré sa týmto spôsobom stávajú integrálnou súčasťou podmienok účasti.

Pokiaľ ide o Vašu poznámku, že „doteraz ste nedostali odpoveď na prechádzajúcu žiadosť o vysvetlenie“ – verejný obstarávateľ Vás ubezpečuje, že všetky žiadosti budú v zákonom stanovenej lehote zodpovedané a vysvetlenia budú zverejnené v systéme JOSEPHINE tak, aby boli dostupné všetkým hospodárskym subjektom. Zároveň verejný obstarávateľ konštatuje, že poskytuje odpovede v zmysle zákona, a to bezodkladne, aj keď úkony súvisiace so skompletizovaním a administratívnym spracovaním odpovedí na otázky odborného charakteru majú istú časovú náročnosť.

Zmyslom čestného vyhlásenia v bode 18.7 je teda potvrdiť, že uchádzač akceptuje **všetky podmienky verejnej súťaže** vrátane tých, ktoré budú počas lehoty na predkladanie ponúk dodatočne spresnené.



OTÁZKA č. 7:

Žiadame Vás o vysvetlenie bodu 25.3

Poprosíme o vysvetlenie takto formulovaného bodu 25.3 : zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7:

Obstarávateľ v súťažných podkladoch v bode 25.3 uvádza : Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona, zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Verejný obstarávateľ znenie v bode 25.3 t. j. podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona nebude aplikovať. Uvedený bod sa zo súťažných podkladov vypúšťa.

OTÁZKA č. 8:

Žiadame Vás o vysvetlenie Prílohy_c_5_SP_kriterium

Vami uvedené kritéria vyhodnotenia sú nejasné. Požadované technické špecifikácie jednotlivých prístrojov sú rovnaké pre všetky tri časti. Na základe uvedeného by aj jednotkové koncové ceny na základe rovnakých špecifikácií mali byť rovnaké.

Nerozumieme teda hodnoteniu podľa : Celková cena za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH?

Poprosíme o vysvetlenie . Predpokladá obstarávateľ že budú koncové ceny pri rovnakej špecifikácii , rozdielne pre (Košice, Martin, Trnava)?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 8:

Vid' odpoveď na otázku č. 5.

OTÁZKA č. 9:

Žiadame vas o vysvetlenie v Prílohe č. 7 Súťažných podkladov

Poprosíme o vysvetlenie takto formulovaného čestného prehlásenia .Doteraz sme nedostali odpoveď na predchádzajúcu žiadosť o vysvetlenie . Odvolávate sa v čestnom prehlásení na dokumenty ktorými verejný obstarávateľ vysvetľoval podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doplnenia informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk . Termín na Vami publikované predkladanie je budúci týždeň a nemáme od Vás odpovede na žiadosti o vysvetlenie . Zákon o verejnom obstarávaní hovorí o bezodkladnej odpovedi na žiadosť o vysvetlenie .

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 9:

Vid' odpoveď na otázku č. 6.

OTÁZKA č. 10:

Žiadosť o vysvetlenie ku oznámeniu - 13869-mst

Vami uvedené Ostatné informácie 4.3.3 – Doplnujúce informácie uvádzajú :

Zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 s uplatnením postupu podľa ods. 7 písm. b) zákona (po otvorení ponúk verejný obstarávateľ zostaví poradie na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ods. 8 zákona a následne vyhodnotí ponuku uchádzača umiestneného na prvom mieste z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom umiestnenom na prvom mieste vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona).

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vami požadované technické špecifikácie jednotlivých prístrojov sú rovnaké pre všetky tri časti . Na základe uvedeného by aj jednotkové koncové ceny na základe rovnakých špecifikácií mali byť rovnaké .

Nerozumieme teda hodnoteniu podľa : Celková cena za uskutočnenie jednotlivej časti požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH ?

Poprosíme o vysvetlenie. Predpokladá obstarávateľ že budú koncové ceny pri rovnakej špecifikácii, rozdielne pre (Košice, Martin, Trnava)?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 10:

Vid' odpoveď na otázku č. 5.

ZMENA INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania rozhodol o zmene nižšie uvedených informácií potrebných na vypracovanie ponúk. V súvislosti so zmenou informácií verejný obstarávateľ rozhodol o primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mení nasledovné informácie potrebné na vypracovanie ponúk, a to tak, ako je uvedené nižšie:

I.

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 22.1 v súťažných podkladoch z **pôvodnej lehoty 24.09.2025 do 14:00 hod. na novú lehotu stanovenú do 08.10.2025 do 14:00 hod.**

II.

Verejný obstarávateľ týmto predlžuje lehotu na otváranie ponúk uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bode 24.1 v súťažných podkladoch z **pôvodnej lehoty 24.09.2025 do 14:01 hod. na novú lehotu stanovenú do 08.10.2025 do 14:01 hod.**

III.

Verejný obstarávateľ upravuje súťažných podkladoch znenie v bode 25.3 t. j. podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona. **Uvedený bod sa zo súťažných podkladov vypúšťa.**

IV.

Verejný obstarávateľ upravuje v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, body 7, 36, 51 a 53 (zmeny boli zapracované do pôvodného znenia prílohy č. 1 zo dňa 1.7.2025):

1)

V dokumente Korigendum_Priloha_c_1_SP_Opis_predmetu_zákazky, hárku „TŠ“, v bode 7:

Minimálne parametre a špecifikácia bude upravený parameter, a to nasledovne:

Pôvodné znenie parametra	Nové znenie parametra
--------------------------	-----------------------



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vyžaduje sa automatický komplexný test prístroja pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov, po úvodnej kontrole zostavenia prístroja užívateľom a potvrdenia spustenia testu, bez ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu.	Vyžaduje sa, aby po úvodnom zostavení a skontrolovaní zostavenia prístroja anesteziológom alebo anesteziologickou sestrou, prístroj vykonal komplexný test a kalibráciu pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov autonómne, bez potreby ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu. Prístroj musí zobrazovať jednotlivé kroky automatického testu tak, aby bol prítomní personál informovaný o ich úspešnosti resp. neúspešnosti, pre potrebu vykonania nápravy. Zároveň musí byť možné obídienie/ukončenie testu v prípade nutnosti okamžitého použitia prístroja s tým, že uvedené nedokonané testovanie musí prístroj zobrazovať na obrazovke.
--	---

2)

V dokumente Korigendum_Priloha_c_1_SP_Opis_predmetu_zákazky, hárku „TŠ“, v bode 36:

Minimálne parametre a špecifikácia bude upravený parameter, a to nasledovne:

Pôvodné znenie parametra	Nové znenie parametra
manuálne zadržanie inšpiria a expíria (vyhodnotenie parametrov R,C,E)	manuálne zadržanie a inšpiria a expíria (vyhodnotenie parametrov R a C) alebo automatické vyhodnotenie parametrov R a C

3)

V dokumente Korigendum_Priloha_c_1_SP_Opis_predmetu_zákazky, hárku „TŠ“, v bode 51:

Minimálne parametre a špecifikácia bude upravený parameter, a to nasledovne:

Pôvodné znenie parametra	Nové znenie parametra
Monitor musí umožniť pripojiť súčasne okrem modulov alebo monitorov na zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií	Monitor musí umožniť pripojiť súčasne okrem modulov alebo monitorov na zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia verejného obstarávania

odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

(popísaných v bode 49) aj ďalšie minimálne 3 moduly alebo monitory podľa klinickej potreby.	(popísaných v bode 48) aj ďalšie minimálne 3 moduly alebo monitory podľa klinickej potreby.
---	---

4)

V dokumente Korigendum_Priloha_c_1_SP_Opis_predmetu_zakazky, hárku „TŠ“, v bode 51:

Minimálne parametre a špecifikácia bude upravený parameter, a to nasledovne:

Pôvodné znenie parametra	Nové znenie parametra
Možnosť zadania filtra pre elektrochirurgický prístroj (ESU) k meraniu EKG	Možnosť zadania filtra pre elektrochirurgický prístroj (ESU) k meraniu EKG alebo implementovaný filter do prístroja resp. k EKG káblom pre elimináciu rušenia vplyvom elektrochirurgického prístroja

Iné zmeny, než tie vyššie uvedené, neboli v súťažných podkladoch vykonané. Nové znenie Prílohy č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky a aktualizovaných súťažných podkladov tvorí prílohu tohto registratúrneho záznamu, a budú zverejnené súčasne s týmto záznamom v profile k predmetnej zákazke v systéme JOSEPHINE.

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ vykonal redakčnú opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vyššie uvedenom vestníku.

S pozdravom,

.....

Tomáš Lorenc, MBA

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

Prílohy:

Aktualizované súťažné podklady vrátane prílohy č. 1 (ostatné *prílohy č. 2 až 5 SP ostávajú v pôvodnom znení*)

