



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 051-22 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
22. 08. 2018

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### Otázka č. 1:

V Technickej a medicínskej špecifikácii „USG prístroje“, časť IV. 4. kategória: USG – TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia), sa požaduje:

Transezofageálna echokardiografická sonda a  
Transtorakálna echokardiografická sonda

Bude verejný obstarávateľ požadovať dodanie takých typov sond, resp. kombináciu sond, ktoré umožňujú 2D/3D/4D TEE a 2D/3D/4D TTE alebo bude akceptovať dodanie 2D TEE a 2D TTE?

### **Odpoveď:**

**Nie, nebude akceptovať dodanie 2D TEE a 2D TTE sond.**

**Vyžadujú sa sondy umožňujúce 3D TTE a TEE vyšetrenia, tak ako je to uvedené v názve USG prístroja. Uvádzané hodnoty požadovaných parametrov sú minimálne. Uchádzač môže poskytnúť vyššie – lepšie parametre.**