



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO2-2025/000861-006

Vybavuje/linka
Mgr. Šimunová/444 39

Bratislava
24. 10. 2025

Vec

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „**Periodické a neperiodické servisné služby mobilných detekčných systémov inštalovaných vo vozidlách (MDS) a ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám v prílohe zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v elektronickom prostriedku JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1:

Požiadavka verejného obstarávateľa týkajú sa bodu:

Pozáručný pravidelný servis ručných prístrojov riid IdentiFinder, PRM 470, Pager (2 x servis ročne)

Dovoľujeme si Vás požiadať o nápravu:

„riid“ nahradiť „RIID“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upravuje preklepy (chyby v písaní) v prílohe č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny nasledovne:

Pôvodné znenie: Pozáručný pravidelný servis ručných prístrojov riid IdentiFinder, PRM 470, Pager (2 x servis ročne)

Nové znenie: Pozáručný pravidelný servis ručných prístrojov RIID IdentiFinder, PRM 470, Pager (2 x servis ročne)

Otázka č. 2:

Služba „Kontrola a kalibrácia D99188FHT 1377 PackEye (2 x servis ročne)“ je vytrhnutá z kontextu ponuky na náhradné diely – FTH 1377 PackEye, kde táto služba nie je poskytovaná ako periodická činnosť pri servisnej kontrole. Servisný technik skontroluje v zmysle „Zoznamu servisných činností“, časť „Servis ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov“ zariadenie a vykoná

test funkčnosti kalibračnými zdrojmi. V prípade, že zariadenie je nefunkčné, spoločnosť Desyre, s.r.o. bude postupovať v zmysle uzavretej servisnej zmluvy s výrobcom, a predloží obstarávateľovi cenovú ponuku na opravu zariadenia, ktorá v tomto prípade bude obsahovať prepravu zariadenia z Dubnice nad Váhom do Nemecka, kde výrobca v prípade potreby vykoná kontrolu a kalibráciu zariadenia.

Z tohto dôvodu, navrhujeme, bod č. 4. Popis služby byť odstrániť, alebo premenovať nasledovne: "Kontrola a kalibrácia D99188FHT 1377 PackEye (v prípade poruchy)".

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ upravuje v prílohe č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny nasledovne:

Pôvodné znenie: Kontrola a kalibrácia D99188FHT 1377 PackEye (2 x servis ročne)

Nové znenie: Kontrola a kalibrácia D99188FHT 1377 PackEye (v prípade poruchy)

Zmena prílohy bude oznámená aj na profile verejného obstarávania v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom

.....

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR