



V Trenčíne, dňa 04. 12. 2025

VEC

Vysvetlenie k zákazke s názvom „Analýzatory častíc“

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil nadlimitnú zákazku s názvom „**Analýzatory častíc**“ výzvou na predkladanie ponúk, ktoré bola uverejnená vo v. Ú. vestníku EÚ č. OJ S 223/2025, 766765-2025 zo dňa 19.11.2025 a vo vestníku UVO č. 234/2025 zo dňa 20.11.2025 pod č. 18415 - MST. V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi doručené otázky, ktorých cieľom je vysvetliť poskytnuté informácie potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky.

Otázka č. 1:

Požadovaná minimálna technická špecifikácia tak ako je uvedená v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétne prístroje, modely, vid' brožúra v prílohe, modely Litesizer DLS 501 a Litesizer DIF 100. Podľa § 42 Zákona 343 z 18.11.2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov takýto postup nie je povolený.

Príslušné metodické pokyny v takomto prípade dovoľujú záujemcovi podať ponuku na ekvivalentné zariadenie ak takéto zariadenie umožňuje merať požadované parametre s dostatočnou presnosťou, rozlíšením, reprodukovateľnosťou atď. i keď sú jednotlivé technické riešenia a parametre ekvivalentného zariadenia odlišné.

Budete akceptovať ponuku na zariadenia, ktoré dokážu merať požadované parametre s vami požadovanou presnosťou, rozlíšením, reprodukovateľnosťou i keď jednotlivé technické parametre ekvivalentnej ponuky sú odlišné?

Dovoľujem si ešte uviesť, že vaši pracovníci už roky merajú svoje vzorky na Katedre anorganickej technológie Fakulty chemicko-technologickej Univerzity Pardubice na zariadení Mastersizer od Malvern Panalytical, teda na zariadení, ktoré chceme ponúknuť do tohoto obstarávania.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza v Súťažných podkladoch v časti 2. Predmet zákazky, bod 2.4 – „V prípade, že bude technická špecifikácia tovarovej položky odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu“. Ďalej v bode 2.7. je uvedené – „V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky technickej špecifikácie, môže uchádzač predložiť aj ekvivalentné materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke. Uchádzač je povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku / materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre, ako sú minimálne požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.“

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 1 - Položková cenová ponuka, záložka Špecifikácia položiek, o upresnené špecifikovanie kľúčových požiadaviek.

Keďže verejný obstarávateľ neupravuje súťažné podklady, nebude sa posúvať lehota na predkladanie ponúk.

S úctou

v.r.

Ing. Anna Dvoraková
osoba poverená realizáciou verejného obstarávania