

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určil technické a funkčné požiadavky na jednotlivé časti zdravotníckej techniky. Po ich preskúmaní sme zistili, že niektoré z týchto požiadaviek zodpovedajú riešeniam viazaným na konkrétneho výrobcu a nie sú stanovené ako funkčné alebo výkonové parametre, ktoré by umožnili hospodársku súťaž medzi viacerými dodávateľmi.

Z uvedeného dôvodu si uplatňujeme nižšie uvedené otázky, ktorých cieľom je overiť, či verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalentné technické riešenia, ktoré zabezpečujú rovnaký klinický a funkčný výsledok, ale sú realizované inou technológiou.

Procesor

Pozorovacie režimy:

Verejný obstarávateľ požaduje
režim pozorovania NBI
režim pozorovania YE
režim pozorovania 3D
režim pozorovania IR

Režim YE ponúka iba firma Olympus, takto zadaná požiadavka je diskriminačná pre ostatných dodávateľov.

Ostatné režimy spĺňame, čo je pre výkony postačujúce. Budete akceptovať ponuku bez režimu YE?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ starostlivo preskúmal Vami navrhované technické riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky a na základe vykonaného posúdenia uvádza, že predmetné riešenie akceptovať nebude.

Pri tvorbe technickej špecifikácie predmetu zákazky vychádzal verejný obstarávateľ predovšetkým z požiadaviek medicínskeho personálu na funkčnosť a spoľahlivosť pri plnení úkonov, pre ktoré sa predmet zákazky vyžaduje. Medzi najzásadnejšie dôvody tohto rozhodnutia možno uviesť, že požadovaný režim pozorovania je nevyhnutný pri pokročilých operačných miniinvazívnych výkonoch, aké sa vykonávajú najmä na pracovisku hrudníkovej chirurgie, kde je pokročilé rozpoznávanie štruktúr absolútne nevyhnutné pre elimináciu rizika.

Záverom verejný obstarávateľ dodáva, že požiadavky na predmet zákazky boli stanovené primerane a nediskriminačne, pričom zohľadňujú reálne potreby verejného obstarávateľa a sú splniteľné viacerými riešeniami dostupnými na relevantnom trhu.

Otázka č. 2

Dotykový displej procesora a ovládacie tlačidlá kamerovej hlavy

Aj v tomto prípade je opísané riešenie firmy Olympus. Dotykový displej nemáme, ponúkame možnosť ovládania z klávesnice – z hľadiska ergonómie operačného procesu a tímu komfortnejšie z nesterilného poľa, a možnosť ovládania tlačidlami kamerovej hlavy zo sterilného poľa. Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané riešenie?

Odpoveď č. 2

Opäť, verejný obstarávateľ pri definovaní technickej špecifikácie predmetu zákazky vychádzal z požiadaviek na funkcionality a spoľahlivosť pri plnení medicínskych úkonov. Hlavným a logickým odôvodnením tejto požiadavky je práve manipulácia a funkčné prvky dotykového displeja, ktorý je intuitívny a eliminuje potrebu klávesnice, ktorá môže byť miestom zachytávania nečistôt a tým sa stáva zdrojom infekcie s problematickým čistením. Navyše je dotykový displej v dnešnej dobe štandard, ktorý ponúkajú aj iní výrobcovia.

Z vyššie uvedených dôvodov predmetné riešenie verejný obstarávateľ akceptovať nebude.

Otázka č. 3

Individuálne nastavenie farieb

Jedná sa o presne opísané riešenie Olympus, ktoré diskriminuje ostatných uchádzačov. Celý videosystém je kalibrovaný na použitie v zdravotníctve a užívateľské úpravy nie sú potrebné.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané riešenie?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ starostlivo preskúmal Vami navrhované technické riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky a na základe vykonaného posúdenia uvádza, že predmetné riešenie akceptovať nebude. Individuálne nastavenie farieb umožňuje personalizáciu priorít operátora, čo skvalitňuje prácu počas pokročilých miniinvazívnych výkonov a minimalizuje riziko poškodenia dôležitých štruktúr.

Otázka č. 4

KAMEROVÁ SNÍMACIA HLAVICA:

Možnosti zaostrovania: True 4K, Powered , O-AF, C-AF- cieľové zaostrenie objektu, bez nutnosti sledovania manuálneho zaostrovania

Vami opísaný parameter presne zodpovedá prístroju OLYMPUS, a takto opísaný je diskriminačný. Ponúkame prvotné zaostrenie v danej vzdialenosti, ktoré je konštantné počas celého zákroku. Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané riešenie?

Odpoveď č. 4

Kontinuálny autofokus je kvalitatívny benefit, ktorý umožňuje časovú úsporu, flexibilitu pohybu a presnosť, čo znamená plynulý a bezpečný priebeh operačného výkonu. Z uvedeného dôvodu predmetné riešenie verejný obstarávateľ akceptovať nebude.

Otázka č. 5

Sterilizovateľná nízкотеплотnou sterilizáciou, autoklávovateľná

Ponúkame hlavu, ktorá je sterilizovateľná nízкотеплотnou sterilizáciou H₂O₂, namáčateľná. Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané riešenie?

Odpoveď č. 5

Ponúkané riešenie bude akceptované iba v prípade, ak z predloženej ponuky jednoznačne vyplynie splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky v plnom rozsahu. Posúdenie splnenia požiadaviek bude predmetom vyhodnotenia ponúk v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka č. 6

LED SVETELNÝ ZDROJ:

Režimy pozorovania:

- a) NBI
- b) IR
- c) YE- yellow enhancement- lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive
- d) Fluorescence Imaging Overlay Mode
- e) Pozorovania 3D

HD KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ SNÍMACIE ZARIADENIE S OHYBNOU DISTÁLNOU ČASŤOU:

Diskriminačný parameter. Vyrába iba firma Olympus. Súvisí s požiadavkou autoklávovateľnej hlavy.

Odpoveď č. 6

Požiadavka ohybanej distálnej časti je zásadná z hľadiska flexibility a manévrovania v obmedzenom priestore najmä pri zložitých výkonoch v hrudníkovej chirurgii. Rovnako poskytuje benefit zlepšenej vizualizácie a zamedzuje zahmlievaniu.

Otázka č. 7

ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA

Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky

Požadovaný výkon 320 W

Bude obstarávateľ akceptovať ekvivalentné riešenie: max Výkon 300 W pričom tento výkon je postačujúci pre všetky chirurgické odbory ?

Odpoveď č. 7

Ponúkané riešenie bude akceptované iba v prípade, ak z predloženej ponuky jednoznačne vyplynie splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky v plnom rozsahu. Posúdenie splnenia požiadaviek bude predmetom vyhodnotenia ponúk v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka č. 8

Počet režimov

Počet režimov je určený výrobcom a je preto diskriminačný. Bude obstarávateľ akceptovať ekvivalentné riešenie Mono rez – 3, mono koa – 5, bipo rez 0, bipo koagulacia 3 pri zachovaní všetkých potrebných vlastností elektrochirurgickej jednotky?

Odpoveď č. 8

Ponúkané riešenie bude akceptované iba v prípade, ak z predloženej ponuky jednoznačne vyplynie splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky v plnom rozsahu. Posúdenie splnenia požiadaviek bude predmetom vyhodnotenia ponúk v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka č. 9

Parameter Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky. Parameter je diskriminačný a túto technológiu ponúka len jeden výrobca

Bude obstarávateľ akceptovať Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a integrovaného noža bez potreby rozšírenia jednotky?

Odpoveď č. 9

Ultrazvukový nôž je nevyhnutný pre najpočetnejšie spektrum operačných výkonov v hrudníkovej chirurgii.

Otázka č. 10

Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky

Parameter v pôvodnom znení eliminuje výrobcov s inou technológiou. Bude obstarávateľ akceptovať systém odsávania dymu samostatnou jednotkou pričom sa jedná o splnenie požadovaného parametra ale inou technológiou?

Odpoveď č. 10

Ponúkané riešenie bude akceptované iba v prípade, ak z predloženej ponuky jednoznačne vyplynie splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky v plnom rozsahu. Posúdenie splnenia požiadaviek bude predmetom vyhodnotenia ponúk v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka č. 11

INŠTRUMENTÁRIUM

b) 4K optika 5ks: pracovná dĺžka 318mm, priemer 10mm, uhol pohľadu 30°

Ponúkame optiku s dĺžkou 310mm, požadovaný rozmer je diskriminačný a irelevantný.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané riešenie?

Odpoveď č. 11

Ponúkané riešenie bude akceptované iba v prípade, ak z predloženej ponuky jednoznačne vyplynie splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky v plnom rozsahu. Posúdenie splnenia požiadaviek bude predmetom vyhodnotenia ponúk v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka č. 12

Technická a odborná spôsobilosť

Podmienka minimálnej hodnoty referencie

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru v hodnote 1 100 000 EUR bez DPH.

Vieme preukázať realizáciu niekoľkých zákaziek rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Avšak vami požadovaná suma je diskriminačná. Ceny za laparoskop sa na trhu pohybujú od 150.000€ do 200.000€.

Požadujete aby niekto preukázal jednu zákazku na približne 6 zostáv. Tieto tovary sa však bežne nakupujú v množstve 1 až 2ks. Vami uvedená požiadavka smeruje k znevýhodneniu uchádzačov voči jednému vopred vybranému uchádzačovi. Ročne predávame laparoskopickú techniku za rádovo niekoľko miliónov €.

Nie je to však jedna zákazka, ale niekoľko zákaziek. Myslíte si, že preto nie sme kvalifikovaný uchádzač? Navyše kupujete jeden druh laparoskopu (jedna špecifikácia) v počte 5ks. Nejedná sa o komplikovanú zákazku, ktorú by nevedeli zrealizovať viacerí dodávatelia.

Žiadame vás o zníženie hranice na 150.000€

Predpokladaná cena zákazky

Vami predpokladaná cena 220.000€ za jeden ks laparoskopu je nadhodnotená. Reálna cena za takúto zostavu je okolo 200.000 eur. Tým, že parametre sú vypísané na jedného konkrétneho dodávateľa, je predpokladaná cena vysoká.

Nevieme z akých ponúk ste do stanovenia predpokladanej ceny vychádzali, ale vieme, že neboli oslovení relevantní dodávatelia tejto techniky na Slovenskom trhu.

Žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Odpovede na uvedené otázky majú zásadný vplyv na možnosť uchádzačov pripraviť technické riešenie, posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a zostaviť cenovú ponuku. Ak by odpovede boli poskytnuté po uplynutí alebo tesne pred uplynutím tejto lehoty, uchádzači by nemali reálnu možnosť zapracovať ich do svojich ponúk.

V takom prípade by došlo k porušeniu zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Z tohto dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk tak, aby po zverejnení odpovedí na všetky otázky zostala uchádzačom primeraná lehota na prípravu a úpravu ponúk.

Odpoveď č. 12

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spočívajúcu v preukázaní realizácie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za takúto zákazku sa považuje dodanie laparoskopických prístrojov/zariadení v minimálnej hodnote 1 100 000,00 EUR bez DPH, z dôvodu overenia schopnosti uchádzača riadne, v požadovanej kvalite a rozsahu, zabezpečiť plnenie predmetu zákazky.

Stanovená minimálna hodnota referenčnej zákazky reflektuje rozsah, zložitosť a finančný objem predmetu zákazky a bola určená primerane tak, aby overovala reálne skúsenosti uchádzača, pričom zároveň nepredstavuje neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže. Verejný obstarávateľ pri jej stanovení vychádzal primárne z určenia predpokladanej hodnoty zákazky a teda v súlade s bežnou praxou a zákonom o verejnom obstarávaní.

Zároveň verejný obstarávateľ poukazuje na skutočnosť, že právna úprava výslovne umožňuje hospodárskemu subjektu preukázať splnenie podmienok účasti aj prostredníctvom inej osoby, bez ohľadu na právnu povahu vzťahu medzi nimi. Uchádzač tak nie je obmedzený výlučne na vlastné referencie, ale môže využiť kapacity iného subjektu, ktorý disponuje požadovanými skúsenosťami, za predpokladu splnenia zákonných podmienok. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje predmetnú podmienku účasti za primeranú, vecne odôvodnenú a nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho plnenia predmetu zákazky, a preto ju nepovažuje za dôvod meniť alebo zmierňovať.

Verejný obstarávateľ záverom dodáva, že vzhľadom na charakter a obsah doručených otázok konštatuje, že tieto nemajú vplyv na vypracovanie ponuky ani na rozsah alebo povahu predmetu zákazky. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, pričom lehota na predkladanie ponúk zostáva nezmenená.