

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 01-02/2026 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „**Cievne protézy**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 4 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 3 ďalší dodávatelia. Svoju ponuku predložili 3 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Cievne protézy

1.2 CPV:

33184200-5 Vaskulárne protézy

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Cievne protézy pre potreby Kliniky cievnej chirurgie.k a spotrebného materiálu počas zmluvného obdobia.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☒ Áno
☐ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Položka číslo	Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky	Mer. jed. (MJ)	Predpokladaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom			
Položka č. 1	Bifurkačná protéza	ks	6
Položka č. 2	Lineárna protéza	ks	6
SPOLU za časť			12
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy			
Položka č. 1	Bifurkačná protéza	ks	90
Položka č. 2	Lineárna protéza, typ 1	ks	45
Položka č. 3	Lineárna protéza, typ 2	ks	60
SPOLU za časť			195
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené			
Položka č. 1	Vystužená lineárna protéza	ks	40
Položka č. 2	Nevystužená lineárna protéza	ks	20
SPOLU za časť			60
Časť č. 4 - Heparínové PTFE ptotézy			
Položka č. 1	Heparínové PTFE ptotézy	ks	3

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		UNOMED spol. s r. o. Zlatovská 2211 Trenčín 911 01	B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava 831 03	SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom		xxx	xxx	xxx	Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza			spĺňa		Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
2	pletené alebo tkané z polyesteru,		spĺňa		2 pletené alebo tkané z polyesteru,
3	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,		spĺňa		3 polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,		spĺňa		4 s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje hľadaj a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,		spĺňa		5 s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje hľadaj a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených veľkostiach:		spĺňa		6 požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených veľkostiach:
6.1	12mm x 6mm		spĺňa		6.1 12mm x 6mm
6.2	14mm x 7mm		spĺňa		6.2 14mm x 7mm
6.3	16mm x 8mm		spĺňa		6.3 16mm x 8mm
6.4	18mm x 9mm		spĺňa		6.4 18mm x 9mm
6.5	20mm x 10mm		spĺňa		6.5 20mm x 10mm
7	požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:		spĺňa		7 požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:
7.1	45cm, (tolerancia +/- 5cm)		spĺňa		7.1 45cm, (tolerancia +/- 5cm)
Položka č. 2 - Lineárna protéza			spĺňa		Položka č. 2 - Lineárna protéza
1	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,		spĺňa		1 rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,		spĺňa		2 polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
3	polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,		spĺňa		3 polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iónom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4	s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,		spĺňa		4 s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5	s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje haldaj a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,		spĺňa		5 s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje haldaj a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6	požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:		spĺňa		6 požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícii minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
6.1	6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.1 6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)
6.2	6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.2 6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)
6.3	7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.3 7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.4	8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.4 8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)
6.5	8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.5 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
6.6	8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.6 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.7	8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.7 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
6.8	10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.8 10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.9	12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.9 12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.10	14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.10 14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.11	16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.11 16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.12	16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.12 16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.13	18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.13 18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.14	18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.14 18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.15	20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)		spĺňa		6.15 20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)

14.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
15.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
16.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.

akceptujem	akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem	akceptujem

14.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
15.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
16.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY				
Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potenčionálnym dodávateľom v rámci PTK	UNOMED spol. s r. o. Zlatovská 2211 Trenčín 911 01	B. Braun Medical s.r.o. Hlučinska 3 Bratislava 831 03	SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Požaduje sa:
1. Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu , resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1. Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu , resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
2. V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2. V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3. Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3. Prospektový materiál
4. V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4. V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM