



•
•
Všetkým záujemcom a uchádzačom
•
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice
02.04.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom sw. Josephine zákazku podľa § 1 ods.14, ktorej predmetom sú: „**Neutrálne elektródy**“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk zo strany jedného zo záujemcov, na ktorú verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1:

V technickej špecifikácii pre časť č. 1 v bode 2 uvádzate požiadavku na aktívnu plochu neutrálnej elektródy v rozsahu od 110 cm² do 155 cm². Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie, z akého dôvodu je uvedený parameter stanovený v predmetnom rozsahu, a či verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné riešenia s nižšou aktívnou plochou (napr. min. 97 cm²), ktoré však dosahujú porovnateľné alebo vyššie bezpečnostné a funkčné parametre. Na trhu sú dostupné riešenia, pri ktorých výrobca deklaruje, že aj pri menšej fyzickej ploche elektródy je zabezpečená bezpečnosť porovnateľná s elektródami s výrazne väčšou vodivou plochou (až o cca 33 %), a to vďaka technologickému riešeniu a optimalizácii distribúcie prúdu. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o potvrdenie, či bude akceptovať aktívnu plochu neutrálnej elektródy min. 97 cm² v prípade preukázania splnenia požadovanej funkčnosti, bezpečnosti a kompatibility.

Odpoveď na otázku č. 1:

Na základe odborného posúdenia verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné riešenia s nižšou aktívnou plochou neutrálnej elektródy (napr. min. 97 cm²), za predpokladu, že takéto riešenie preukázateľne spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, funkčnosť a kompatibilitu, vrátane zabezpečenia rovnomernej distribúcie prúdu bez zvýšeného rizika tepelného poškodenia tkaniva, a je vhodné aj pre pacientov s väčším telesným povrchom.

Uchádzač je povinný v ponuke predložiť všetky doklady požadované vo Výzve na predloženie ponuky, prostredníctvom ktorých preukáže splnenie stanovených požiadaviek.

Uvedené vysvetlenie predstavuje zároveň spresnenie technickej špecifikácie (viď. Príloha_c_1_až_10_Vyzvy_úprava zverejnená v časti Dokumenty).

Lehota na predkladanie ponúk sa nemení, t. j. uplynie dňa **10.04.2026 o 11:00 hod.**