

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

FNsP FDR/RVO/3580/2026/36317

Vybavuje/kontakt

Ing. Zuzana Varmuzeková

+421 48 441 38 86

zvarmuzekova@nspbb.sk

Dátum

01.07.2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1 k predmetu zákazky: „**Rukavice lekárske jednorazové**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Zákazka bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie č. 404203-2026, číslo vydania série S úradného vestníka: 112/2026 zo dňa 12.06.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 117/2026 zo dňa 15.06.2026 s ozn. 8260 – MST.

Otázka č. 1 sa týka časti č. 2:

Časť č. 2: Rukavice jednorazové nesterilné nitrilové bez prášku

Otázka č. 1.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Poradové číslo 5 :

Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými manžetami, univerzálny tvar pre pravú aj ľavú ruku

V súvislosti s bodom 5 technickej špecifikácie by sme vás chceli požiadať o upresnenie požiadavky „anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými manžetami, univerzálny tvar pre pravú aj ľavú ruku“. Rozumieme tomu tak, že anatomicky tvarované rukavice sú spravidla určené osobitne pre pravú a ľavú ruku a zvyčajne ide o chirurgické rukavice. Vyšetrovacie nitrilové rukavice sú naopak štandardne obojstranné/univerzálne, a teda nie sú anatomicky tvarované v rovnakom zmysle. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či majú byť požadované rukavice obojstranné vyšetrovacie rukavice, alebo anatomicky tvarované rukavice určené osobitne pre pravú a ľavú ruku?

Odpoveď k otázke č. 1.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Požiadavka na „anatomický tvar“ bola použitá v zmysle ergonomického vyhotovenia rukavice, avšak vzhľadom na súčasne uvedenú požiadavku na univerzálny tvar pre pravú a ľavú ruku spresňujeme, že požadujeme **obojstranné (ambidextrické) nitrilové rukavice**, použiteľné na pravú aj ľavú ruku, s rovnomerne rolovanou manžetou. Uvedené spresnenie nemení predmet zákazky ani okruh potenciálnych hospodárskych subjektov.

Otázka č. 1.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Poradové číslo 10: **Svetlá farba**

V súvislosti s bodom 10 by sme vás chceli požiadať o upresnenie požiadavky „svetlá farba“. Nami



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnspsdr.sk
zvarmuzekova@nspbb.sk

ponúkané rukavice sú modré. Keďže farba rukavíc nemá žiadny vplyv na ochrannú funkciu, bezpečnosť, materiálové vlastnosti ani súlad s požadovanými normami EN, mohli by ste, prosím, potvrdiť, či budú modré rukavice akceptované ako vyhovujúce tejto požiadavke?

Odpoveď k otázke č. 1.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že rukavice modrej farby budú považované za vyhovujúce predmetnej požiadavke. Modrá farba predstavuje štandardné farebné vyhotovenie chirurgických rukavíc a verejný obstarávateľ ju bude akceptovať ako rovnocennú požiadavku na svetlú farbu.

Otázka č. 1.3 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Veľkostná tabuľka

V súvislosti s veľkostnou tabuľkou uvedenou v technickej špecifikácii by sme vás chceli požiadať o potvrdenie, či budú akceptované rukavice s rozmermi v súlade s EN 455-2, aj keď ich stredná šírka mierne presahuje konkrétne intervaly uvedené v tendrovej dokumentácii. Nami ponúkané rukavice spĺňajú EN 455-2 a zodpovedajú štandardnému číslovaniu vyšetrovacích rukavíc. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či budú tieto veľkosti považované za akceptovateľné, pokiaľ sú splnené všetky ostatné technické, medicínske a bezpečnostné požiadavky?

Veľkosti našich ponúkaných rukavíc:

XS - 74mm

S - 84mm

M - 97mm

L - 106mm

XL - 113mm

Odpoveď k otázke č. 1.3 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že požadované rozmery rukavíc uvedené v technickej špecifikácii zodpovedajú požiadavkám normy EN 455-2.

Rozmery rukavíc uvedené vo Vašej žiadosti (XS – 74 mm, S – 84 mm, M – 97 mm, L – 106 mm, XL – 113 mm) sa nachádzajú v požadovaných intervaloch.

Splnenie všetkých požiadaviek technickej špecifikácie bude posúdené v rámci vyhodnotenia ponuky.

Otázka č. 2 sa týka časti č. 4:

Časť č. 4: Rukavice jednorazové chirurgické sterilné latexové bez púdu

Otázka č. 2.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Poradové číslo 3: **Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov**

V súvislosti s bodom 3 technickej špecifikácie by sme vás chceli požiadať o upresnenie požiadavky „anatomický tvar – zúžený a predĺžený dizajn prstov“. Anatomický tvar a zúžené prsty sú štandardné a relevantné vlastnosti chirurgických rukavíc, avšak konkrétna požiadavka na „predĺžený dizajn prstov“ môže byť interpretovaná ako produktovo špecifický parameter, ktorý by mohol zbytočne obmedziť výber vhodných vyhovujúcich produktov. Zároveň by sme chceli požiadať, či by bolo možné tento parameter prehodnotiť.

Odpoveď k otázke č. 2.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Verejný obstarávateľ pri stanovení technickej špecifikácie vychádzal z reálnych potrieb používateľov na klinických pracoviskách a z ich praktických skúseností s používaním chirurgických rukavíc pri operačných výkonoch.

Požiadavka na **anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov** vyjadruje konštrukčné riešenie chirurgickej rukavice, pri ktorom sú predĺžené iba prsty rukavice, nie celková dĺžka rukavice alebo manžety. Takéto konštrukčné vyhotovenie zabezpečuje lepšie anatomické prispôsobenie tvaru ruky, znižuje napätie materiálu v oblasti končiek prstov, umožňuje vyššiu citlivosť a presnosť pri manipulácii s jemnými chirurgickými nástrojmi a prispieva k zníženiu únavy ruky počas dlhšie trvajúcich operačných výkonov.

Verejný obstarávateľ si je vedomý, že nejde o harmonizovaný alebo normou definovaný technický



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnsfdr.sk
zvarmuzekova@nspbb.sk

parameter, ale o konštrukčnú vlastnosť niektorých chirurgických rukavíc. Táto vlastnosť však bola overená praktickým používaním rukavíc na klinických pracoviskách a používatelia ju považujú za významnú z hľadiska zabezpečenia požadovaného komfortu, ergonomie a presnosti práce počas operačných výkonov.

Splnenie požiadavky na anatomický tvar so zúženým a predĺženým dizajnom prstov bude verejný obstarávateľ overovať praktickým posúdením predložených vzoriek.

Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ považuje predmetnú požiadavku za objektívne odôvodnenú, súvisiacu s predmetom zákazky a vyplývajúcu z jeho oprávnených prevádzkových potrieb. Z uvedeného dôvodu na stanovenej technickej požiadavke trvá.

Otázka č. 3

Otázka č. 3.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Táto otázka sa týka už konkrétnej realizácie dodávok v prípade úspešnosti ponuky.

Keďže jeden z produktov bude dostupný až od októbra 2026, chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o informáciu o predpokladanom termíne (najskoršom možnom) od kedy bude požadovaná/ predpokladaná realizácia čiastkových dodávok.

Odpoveď k otázke č. 3.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 1:

Verejný obstarávateľ v súčasnosti nevie určiť najskorší možný termín realizácie čiastkových dodávok. Termín začatia plnenia zákazky bude závisieť od priebehu verejného obstarávania, najmä od dĺžky procesu vyhodnotenia ponúk, uzatvorenia zmluvy a prípadných ďalších skutočností ovplyvňujúcich ukončenie verejného obstarávania.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nie je schopný v tomto štádiu verejného obstarávania záväzne určiť termín, od ktorého bude požadovaná realizácia čiastkových dodávok.

Upozorňujeme uchádzača, že v rámci vyhodnocovania ponúk si verejný obstarávateľ vyhradil právo požiadať uchádzača, ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa, v prípade potreby overenia si splnenia technických a funkčných parametrov, o predloženie vzoriek najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa požiadania o predloženie vzoriek.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnsfdr.sk
zvarmuzekova@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670