



**Východoslovenský ústav srdcových  
a cievnych chorôb, a.s.**

**P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice**



**Všetkým záujemcom**

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

02.09.2026

Vec:

### **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie oznámenia o prípravnej trhovej konzultácii**

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom systému Josephine prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len „PTK“), ktorej predmetom je

#### **„Infúzna technika“.**

#### **I.**

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie Oznámenia o PTK, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1.:

V odpovedi na otázku č.2 sa uvádza externý zobrazovací systém v podobe softvérového rozhrania. Požadujeme o upresnenie, či sa tým myslí počítačové rozhranie na dokovacej stanici, ktoré umožňuje posielat' požadované údaje do externého zobrazovacieho systému alebo sa jedná aj o samotné externé zobrazovacie zariadenie ( displej počítača + počítač), t.j. či samotné zobrazovacie zariadenie je potrebné zahrnúť do finálnej cenovej kalkulácie.

Odpoveď č. 1.: Externým zobrazovacím systémom v podobe softvérového rozhrania sa rozumie softvérové rozhranie v dokovacej stanici. V prípade nejasností obstarávateľ požaduje návrh ekvivalentného riešenia.

Otázka č. 2.:

V upravenej technickej špecifikácii požaduje verejný obstarávateľ 50 ks „perfuzor s TIVA/PCI programom“. Uchádzač požaduje upresnenie, čo je myslené pod pojmom PCI programom. Popis v texte špecifikácie je TIVA/TCI , v tabuľke kalkulácie ceny je TIVA/PCI. Jedná sa o gramatickú chybu alebo o zámer?

Odpoveď č. 2.:

Jedná sa o gramatickú chybu, správne znenie požiadavky je perfuzor s TIVA/TCI programom. Požadovaný počet 50 ks ostáva nezmenený.

Otázka č. 3.:

Uchádzač prosí o špecifikovanie konkrétnych TCI modelov. Ktoré z nasledujúcich modelov a pre ktoré lieky bude verejný obstarávateľ požadovať ako súčasť dodaných púmp (napr. propofol, remifentanyl, sufentanyl, dexmedetomidíne): Marsh, Schnider, Eleveld, Kataria, Paedfusor, Minto, Gepts, Hannivoort-Colin?

Odpoveď č. 3.:

Obstarávateľ plánuje používanie TCI programu pre liečivá Propofol, Remifentanyl, Sufentanyl a Dexmedetomidín. Obstarávateľ požaduje dodanie softvérových TCI modelov minimálne: Marsh, Schnider, Eleveld, Kataria, Cortínez, Minto a Gepts. Ďalšie softvérové modely TCI budú akceptované.

Otázka č. 4.:

V odpovedi č. 13 verejný obstarávateľ uviedol, že bude akceptovať integrovanú rukoväť alebo adaptér s rukoväťou. Žiadame o upresnenie, či sa požaduje adaptér ku každému prístroju zvlášť, nakoľko to nahrádza integrovanú rukoväť na prenášanie.

Odpoveď č. 4.:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať integrovanú rukoväť alebo adaptér s rukoväťou ku každému ponúkanému prístroju.

## II.

PTK slúži na to, aby si verejný obstarávateľ overil a spresnil svoje predstavy o nakupovanej zákazke v komunikácii s potenciálnymi dodávateľmi na trhu. Cieľom PTK je navrhnuť čo najrealistickejšie a najefektívnejšie zadanie zákazky, ktoré zodpovedá možnostiam trhu. Obstarávateľ tak získa cenné odborné a administratívne znalosti o pripravovanej zákazke, čím sa eliminuje riziko neúspešnej zákazky alebo zbytočných nákladov. PTK je predpokladom na to, aby bola výsledná súťaž čo najúspešnejšia a aby verejné prostriedky boli efektívne využité.

PTK vyhlasuje verejný obstarávateľ pre neobmedzený počet záujemcov, ktorí môžu v rámci PTK ponúknuť nimi dodávané riešenie predmetu zákazky. V rámci špecifikácie predmetu zákazky v PTK má verejný obstarávateľ právo požadovať minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky, pričom záujemcovia majú možnosť uviesť ekvivalentnú hodnotu nimi ponúkaného riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu podľa potrieb Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s..

## III.

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v sekcii „Dokumenty“ predmetnej PTK zverejní aktualizovaný dokument pod názvom „Príloha č. 1 – Kalkulácia ceny – 02.09.2026“, ktorý bude požadovať predložiť vyplnený v ponuke od dodávateľov namiesto pôvodne zverejneného dokumentu. Zmena sa týka položky kalkulácie predmetu zákazky Por. č. 3 perfuzor.

Pôvodná hodnota: perfuzor s TIVA/PCI programom

Nová hodnota: perfuzor s TIVA/TCI programom