



Všetci zájemcovia zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID
JOSEPHINE 36478

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000748 - 003

Vybavuje/Telefón
Ing. Sylvia Pavlíková

Bratislava
15.09.2026

Vec : **Vysvetlenie č. 1**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje konkrétnu zákazku s názvom „**Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo**“ (ID zákazky v IS JOSEPHINE 81055), zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“ zriadeného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 020-054066 zo dňa 27.01.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 21/2023 zo dňa 30.01.2023 pod zn. 3486 MUT ID DNS v IS JOSEPHINE 36478 (ďalej len „DNS“).

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1

V súvislosti s technickou špecifikáciou predmetu zákazky „Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo“ si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie, resp. potvrdenie možnosti ponúknutia ekvivalentného technického riešenia. Na trhu sa nachádzajú profesionálne odberové čerpadlá určené na environmentálne a osobné vzorkovanie, spĺňajúce požiadavky na ATEX a požadovaný hlavný rozsah prietoku, pričom niektoré technické parametre sú riešené odlišným, resp. modernejším spôsobom. Prosíme preto o stanovisko k nasledujúcim bodom:

1. Indikácia prietoku – bod 1.9

V technickej špecifikácii sa požaduje: „indikátor prietoku v podobe integrovaného rotametra s dielikmi po 250 ml“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj ekvivalentné riešenie, pri ktorom je aktuálny prietok meraný elektronicky a jeho hodnota je zobrazovaná priamo na integrovanom digitálnom/LCD displeji zariadenia, za predpokladu dodržania požadovanej presnosti regulácie prietoku $\pm 5\%$?

Takéto riešenie poskytuje obsluhu priamu číselnú informáciu o aktuálnom prietoku namiesto jeho odčítavania z mechanického rotametra.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení technickej požiadavky uvedenej v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia, bod 1.9 a to: Musí byť vybavené indikátorom prietoku v podobe integrovaného rotametra s dielikmi po 250 ml.

Zdôvodnenie: Prítomnosť rotametra s uvedenými požiadavkami poskytuje rýchle a jednoznačné overenie, že cez prístroj prúdi vzorka a je zároveň nezávislý na elektronike.

Otázka č. 2:****2. Rozsah nízkeho prietoku – bod 1.2****

Verejný obstarávateľ požaduje pre nízke prietoky rozsah 5 – 500 ml/min. pri použití voliteľného držiaka trubíc. Bude akceptované zariadenie, ktoré pri použití príslušného adaptéra/regulátora umožňuje nastavenie nízkeho prietoku napr. v rozsahu **20 – 500 ml/min. alebo širšom**, pokiaľ sú zachované požadované možnosti odberu plynov a pár a viacnásobného odberu vzoriek?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení technickej požiadavky uvedenej v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia, bod 1.2 a to: Musí umožňovať nastavenie rozsahu prietoku 1000 – 4000 ml/min. (pre nízke prietoky 5-500 ml/min. je potrebný voliteľný držiak trubíc),.

Zdôvodnenie: Zadávateľ zákazky využíva metódy odberu vzoriek pri nízkom prietoku v rozsahu 5-500 ml/min. V prípade rozsahu od 20 ml/min. by užívateľ prišiel o možnosť použitia metódy s predpísaným prietokom nižším než 20 ml/min.

Otázka č. 3:****3. Prevádzková teplota – bod 1.21****

V technickej špecifikácii je požadovaný minimálny rozsah prevádzkovej teploty -20 až +40 °C. Bude verejný obstarávateľ akceptovať profesionálne ATEX certifikované odberové čerpadlo s výrobcom deklarovaným prevádzkovým rozsahom napr. **0 až +45 °C**, ak je samotné zariadenie z hľadiska certifikácie na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu certifikované aj pre širší teplotný rozsah zahŕňajúci teplotu -20 °C?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení technickej požiadavky uvedenej v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia, bod 1.21 a to: Prevádzková teplota v minimálnom rozsahu -20 až +40 °C,.

Zdôvodnenie: Predmet zákazky bude pracovať v bežných klimatických podmienkach aj v exteriéri, preto zadávateľ zákazky požaduje aby predmet zákazky splnil prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a presnosť merania (odberu) v teplotách od -20°C do +40°C, nakoľko v bežnej praxi je nutné vykonávať odbery aj pri teplotách pod bodom mrazu (t.j. nižších ako 0°C).

Otázka č. 4:****4. Prevádzková vlhkosť – bod 1.23****

V technickej špecifikácii je požadovaný rozsah prevádzkovej vlhkosti 0 až 95 % RH, nekondenzujúca. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zariadenie s výrobcom deklarovaným prevádzkovým rozsahom napr. **0 až 85 % RH, nekondenzujúca**, prípadne **5 až 95 % RH, nekondenzujúca**, ak zariadenie vo všetkých ostatných podstatných technických a funkčných parametroch spĺňa alebo prekračuje požiadavky verejného obstarávateľa? Ďakujeme za vysvetlenie a potvrdenie, či uvedené technické riešenia bude možné považovať za ekvivalentné.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení technickej požiadavky uvedenej v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia, bod 1.23 a to: Prevádzková vlhkosť v minimálnom rozsahu 0 až 95 % RH (nekondenzujúca).

Zdôvodnenie: Nízka vlhkosť vzduchu (pod 5% RH) je bežná v určitých priemyselných oblastiach, kde môže byť nutný zásah špeciálnej hasičskej jednotky. Vlhkosti nad 85% RH sú bežné v našich klimatických podmienkach, vo vonkajšom prostredí, hlavne pri vyššom rosnom bode a zároveň nižších teplotách.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR