

Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Banská Bystrica

Mgr. Ivana Butašová Beneová
+421 905 412 051

06.10.2026

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ZVO ods. 7
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2026/S 177- 632014 zo dňa 14.09.2026 Vestník VO č. 188/2026, 13223 – MST zo dňa 15.09.2026

Verejný obstarávateľ, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky „**Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu**“, zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. pod číslom 2026/S 177- 632014 zo dňa 14.09.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 188/2026, 13223 – MST zo dňa 15.09.2026, poskytuje v súlade so znením súťažných podkladov vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov.

Dňa 05.10.2026 bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Na základe doručenej žiadosti, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„dovoľujeme si požiadať o doplnenie presnej špecifikácie predmetu zákazky pre časť č.10: „Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantáciu implantovateľných elektroimpulzogenerátorov s osobitným zreteľom na sterilné krytie a zavádzacie sety pre implantáciu kardiosťimulátorov so stimuláciou predvodičového systému srdca (so základným

typom zavádzačov, vodičov, punkčných ihlíc spolu s ďalším pomocným príslušenstvom) - Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou prevodového systému srdca". Prosíme o uvedenie obsahu požadovaného setu. "

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Detailná špecifikácia setu pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou prevodového systému srdca štandardne pozostáva z:

Rúškovacia plachta pacienta pri implantácii CSP 230x315cm	1ks
Plášť L	2x
Plášť XL	1x
Rúško na krytie stolíka, set je v ňom zabalený 100x150cm	1x
Sáčok v ktorom je set balený 450x550 mm	1x
Papierová utierka 57x37cm	3x
Ochranný igelitový vak na zosilovač, transparentný 80,120xm	1x
Ochranná rúška 75x90cm	2x
Tampóny č.3	12x
Gázové štvorce 10x10cm	100x
Jednorázový skalpel č.15	1x
Striekačka 20ml	1x
Striekačka 10ml	3x
Vrecko na kameru 13x250cm	1x
Zavádzač-introducer 9F-rozlomiteľný	1x
Vodiaci drôt J3,50cm,0.035"	1x
Punkčná ihla,18G 1,3x70mm,rosa,zvlášť zabalená	1x
Ihla ružová 1,2x40mm,18G	1x
Ihla zelená 0,8x40mm,21G	1x
Miska 60 ml, transparentná	2x
Miska 150 ml, transparentná	1x
Miska 500 ml, modrá	1x
Miska, v ktorej je set uložený 28x25x5 cm	1x
Rukavice sterilné č.6	1x
Rukavice sterilné č.7	2x
Rukavice sterilné č.8	1x

Verejný obstarávateľ upresnil zloženie setu v časti 10 v Prílohe č. 12 súťažných podkladov a aktualizovaná verzia bude zverejnená v systéme JOSEPHINE a zároveň na profile UVO verejného obstarávateľa.

S pozdravom,

.....
Mgr. Ivana Butašová Beneová, v.r.
odborný referent VO