



## Správa o zákazke

podľa § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky

**Názov organizácie:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
**Adresa organizácie:** Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina  
**IČO:** 17335825  
**Krajina:** Slovenská republika

**Názov predmetu zákazky:** **Operačné stoly - A. Operačný stôl chirurgické oddelenie**

**Hodnota zákazky:** 107 680,00 Eur bez DPH

b) Postup zadávania zákazky:

§ 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadlimitná verejná súťaž s využitím dynamického nákupného systému

c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení a čísla týchto oznámení

**Číslo spisu verejného obstarávania:** 040/17/20-001

**Vestník verejného obstarávania:** 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020

**Úradný vestník EU:** 2020/S 121-294408

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu

1. **spol. NIMAG, spol. s.r.o.**, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
2. **spol. Surgitech s. r. o.**, Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

1. **spol. Unique Medical, s.r.o.**, Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava

Požadované a ponúkané technické parametre „Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm". V prílohe B súťažných podkladov je ponuka je uvedené "áno" splnenie požiadavky obstarávateľa čo sa nezakladá na pravde a taktiež nie je uvedený ekvivalentný rozsah. Obstarávateľ zistil nezhody pri kontrole ponuky s katalógom výrobcu. V katalógu výrobcu pre operačné stoly OPT, ktorý je súčasťou ponuky je na strane č 23 uvedený rozsah 600mm až 1100mm. Požiadavka na nosnosť stola "Celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou minimálne 380 kg", v katalógu má



výrobca uvedenú nosnosť stola 360 kg uvedené na str. 15 , ďalej obstarávateľ požaduje "Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu 90° alebo -55°(manuálne 105°) / +90°" , výrobca má uvedený na str. 23 zaslaného katalógu rozsah 90° a -50° , nasledujúca požiadavka obstarávateľa na technické parametre je "Motorizovaný náklon nožných dielov v minimálnom rozsahu -100° / +90°" , výrobca v katalógu uvádza +90° až -90° , čo nie je v súlade s požiadavkou obstarávateľa. Obstarávateľ zistil tieto všetky nezhody pri kontrole ponuky s katalógom výrobcu, uchádzač má pri všetkých požiadavkách uvedené splnenie technickej požiadavky na predmet zákazky. Komisia rozdiely v technických parametroch nepovažuje za ekvivalentné riešenie, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch " *sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň*" ani jeden parameter nemá väčší rozsah alebo vyššiu úroveň ako má obstarávateľ v technickom opise predmetu zákazky. Na základe týchto skutočností komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa technické parametre. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c) z dôvodu, že uchádzač v lehote nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa.

## **2. spol. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – Čakovice**

Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač nevysvetlil komisii nezrovnalosť, iný technický parameter ako je požadovaný v opise predmetu zákazky, pritom v prílohe B súťažných podkladov vyznačil splnenie technického parametru. Na základe tejto skutočnosti komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa technický parameter "Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 – 1150 mm" a " Celková nosnosť nohy stola s hlavovou doskou minimálne 380 kg." Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a z dôvodu, že uchádzač v lehote dvoch dní pri elektronickej komunikácii nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 ods. 5 písm. c) .

### f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

Neuplatňuje sa.

### g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľov a ich identifikáciu, ak sú známi

**Surgitech s. r. o.**, IČO: 50 197 975, Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

Získal najvyšší počet bodov v zmysle najnižšej ceny za celkový uvedený predmet zákazky v elektronickej aukcii.

### h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2

Neuplatňuje sa.

### i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k)

Neuplatňuje sa.



j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2  
Neuplatňuje sa.

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému  
Neuplatňuje sa.

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie  
Neuplatňuje sa.

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia  
Neuplatňuje sa.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania  
Neuplatňuje sa.

Dňa, 03.12.2020



Mgr. Eduard Dorčík  
Vedúci oddelenia technických činností