



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Predmet zákazky :

„Opera né stoly - A. Opera ný stôl chirurgické oddelenie“

Postup VO : Zákazka v DNS

Miesto a čas : 26.10.2020 10⁰⁰ hod.

Vestník VO : 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020

a) Komisia zriadená radou riaditeľov na otvorenie a vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v zložení :

členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

členovia komisie:

Doc.MUDr. Juraj Váňa - predseda

Ing. Alexandra Korcová - člen

Ing. Bohdan Cinko - člen

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

1. V zákazke v DNS boli v lehote na predkladanie ponúk t.j. do **08.10.2020 10⁰⁰ hod.** elektronicky cez systém JOSEPHINE predložené ponuky od 1 uchádzača:

1. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk
2. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK
3. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK
4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – Břevnovice, CZ

d) Komisia zriadená verejným obstarávateľom uskutočnila v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie predložených ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa a na predmet zákazky, náležitosti ponuky, mimoriadne nízkej ceny v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi na predmet zákazky zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania . 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020.

Vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa bolo neverejné. Komisia vyhodnotila ponuky v zmysle §53 zákona o verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia

www.fnspza.sk e-mail: dorcik@fnspza.sk	Bankové spojenie: Štátna pokladnica Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470 SWIFT:SPSRSKBA	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH SK2020699923
--	--	--



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

požiadaviek verejného obstarávateľa a na predmet zákazky a v prípade pochybnosti by overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

Komisia zriadená verejným obstarávateľom najskôr vyhodnotila doručené ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa a na predmet zákazky podľa § 53 ZVO (vyhodnotenie vyplnenej tabuľky „Príloha B k súťažným podkladom - A. Operačný stôl chirurgické oddelenie“ (prílohy . B) a na základe návrhu na plnenie kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia podľa kritérií na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti a nejasnosti v informáciách a dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadava uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a poškodení.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 ZVO. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom systému Josephine oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

TECHNICKÉ A DOKUMENTARNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY:

Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a minimálne v rozsahu uvedenom v SP v časti Technický opis predmetu zákazky.

Túto skutočnosť preukázal uchádzač prostredníctvom podrobného technického opisu ponúkaného operačného stola predmetu zákazky a vyplnenej tabuľky „Príloha B k súťažným podkladom - A. Operačný stôl chirurgické oddelenie“ (prílohy . B), ktoré boli predložené ako súčasť ponuky a z ktorého je zřejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa.

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko-dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky

Komisia vyhodnotila splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uviedol a s dostupnými katalógmi výrobcov podľa typového označenia alebo so zaslanou dokumentáciou, katalógom výrobcu/predajcu.

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych parametrov v tabuľke Príloha B k súťažným podkladom - A. Operačný stôl chirurgického oddelenia (prílohy . B) zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa a na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už alej zaobera nebude a bude v súlade s § 53 ods. (5) zákona o verejnom obstarávaní zo súťažných vylúčená.

Komisia na vyhodnotenie ponúk splnenie technických požiadaviek tabuľka,, Príloha B k súťažným podkladom - A. Operačný stôl chirurgického oddelenia“ (prílohy . B) posudzovala správnosť uvedeného údajov predkladateľom ponúk spôsobom :

S – požiadavka splnená,

N – požiadavka nesplnená

Následne komisia overila prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky a v ďalšom kroku vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené na účasť v elektronickej aukcii. Podmienky pre vykonanie elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a ďalšie podrobnosti týkajúce sa elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“.

Po skončení elektronickej aukcie overí komisia prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky.

Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom systému Joshepine bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

1. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – splnené

Náležitosti ponuky – splnené

2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – splnené

Náležitosti ponuky – splnené

3. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – nesplnené

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Náležitosti ponuky – splnené

4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – nesplnené

Náležitosti ponuky – splnené

d) Zoznam vylúčených uchádzačov :

1. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk

Odôvodnenie : operačný stôl nespĺňa technický parameter „Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm“, „Celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou minimálne 380 kg“, „Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu 90° alebo -55°(manuálne 105°) / +90°“ a „Motorizovaný náklon nožných dielov v minimálnom rozsahu -100° / +90°“. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky .

2. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ

Odôvodnenie : operačný stôl nespĺňa technický parameter " Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm " a „Celková nosnosť nohy stola s hlavovou doskou minimálne 380kg“. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a z dôvodu, že uchádzač v lehote dvoch dní pri elektronickej komunikácii nedodal písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky, § 53 ods. 5 písm. c).

d) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača a alebo úspešných uchádzačov z úvodného vyhodnotenia ponúk z pohľadu stanoveného kritéria s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky alebo ponúk, podiel subdodávky ak je známy :

Návrhy a poradie uchádzačov na plnenie kritéria :

Najnižšia celková cena v €bez DPH

<i>Uchádzač</i>	Predložená cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky	Dosiahnuté body
1. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK	107 992,13 €	100,0
2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK	108 000,00 €	99,992
3. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava	113 178,00 €	95,417

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Sk		Vylúčená ponuka
4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – Čakovice, CZ	192 788,00 €	56,016 Vylúčená ponuka

e) Záznam osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi.

Neuplatňuje sa

f) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk

Neuplatňuje sa

g) Záznam konzultácie na účely vysvetlenia predloženej ponuky – splnenie požiadaviek na predmetu zákazky podľa čl. 20 sú závažných podkladov.

1. MIVAMED S.R.O., ZA TRATÍ 686/4, 196 00 PRAHA 9 – ČAKOVICE, CZ

Detail správy #96921

Dátum a čas doručenia: 02.11.2020 17:13:38

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: MIVAMED s.r.o. (IČO: 28420918, CZ)

Typ: Iný dokument k zákazke

Predmet: Žiadosť o vysvetlenie ponuky

Nutné odpovedať do: 04.11.2020 00:00:00

Vážený uchádzač .

Komisia verejného obstarávateľa Vás žiada o vysvetlenie ponuky. Obstarávateľ vo svojich požiadavkách na predmet zákazky Operačné stoly - A. Operačný stôl chirurgické oddelenie, požadoval technický parameter: "• Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm". V prílohe B sú závažných podkladov vo vašej ponuke je uvedené "áno" splnenie požiadavky obstarávateľa. V katalógu výrobcu pre operačné stoly Gmax, ktorý je dostupný na stránkach výrobcu je uvedený rozsah zdvihu stola 637mm - 1108mm. Obdobné platí pre požiadavku obstarávateľa " Celková nosnosť nohy stola s hlavovou doskou minimálne 380kg." V katalógu výrobcu udáva 360kg. Požadujeme aby uchádzač vysvetlil nezrovnalosti v ponuke a zároveň zaslať katalóg - technické parametre ponúkaného operačného stola.

Konštatovanie komisie :

Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač nevyvetlil komisiu nezrovnalosti, iný technický parameter ako je požadovaný v opise predmetu zákazky, pritom v prílohe B sú závažných podkladov vyznačujú splnenie technického parametru. Na

www.fnszpa.sk	Bankové spojenie:	IČO: 17335825
e-mail: dorcik@fnszpa.sk	Štátna pokladnica	DIČ: 2020699923
	Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470	IČ DPH SK2020699923
	SWIFT:SPSRKBA	



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

základe tejto skutočnosti komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa technický parameter "• Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm" a " Celková nosnosť nohy stola s hlavovou doskou minimálne 380kg.". Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúčil ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a z dôvodu, že uchádzač v lehote dvoch dní pri elektronickej komunikácii nedodal písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky, § 53 ods. 5 písm. c).

Komisia ponuku uchádzača navrhuje vylúčiť – nesplnila kritéria požiadavky na predmet zákazky a nesplnenie lehoty na vysvetlenie ponuky.

2. UNIQUE MEDICAL, S.R.O., ULICA SVORNOSTI 42, 821 06 BRATISLAVA SK

Detail správy #96924

Dátum a čas doručenia: 02.11.2020 17:38:31
Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komu: Unique Medical, s.r.o. (IČO: 46729429, SK)
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Žiadosť o vysvetlenie ponuky
Nútna odpoveď do: 04.11.2020 00:00:00

Vážený uchádzača .

Komisia verejného obstarávateľa a Vás žiada o vysvetlenie ponuky. Obstarávateľ vo svojich požiadavkách na predmet zákazky Operačné stoly - A. Operačný stôl chirurgického oddelenia, požadoval technický parameter: "• Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm". V prílohe B sú aŕžných podkladov vo vašej ponuke je uvedené "áno" splnenie požiadavky obstarávateľa. V katalógu výrobcu pre operačné stoly OPT, ktorý je súčasťou ponuky je na strane 23 uvedený rozsah 600mm až 1100mm. Požiadavka na nosnosť stola "• Celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou minimálne 380 kg", v katalógu má výrobca uvedenú nosnosť stola 360kg uvedenú na str. 15, alej obstarávateľ požaduje "• Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu 90° alebo -55°(manuálne 105°) / +90°", výrobca má uvedený na str. 23 zaslaného katalógu rozsah 90° a - 50°, nasledujúca požiadavka obstarávateľa a na technické parametre je "• Motorizovaný náklon nožných dielov v minimálnom rozsahu -100° / +90°", výrobca v katalógu uvádza +90° až -90°, čo nie je v súlade s požiadavkou obstarávateľa. Žiadame aj informáciu ohľadom diaľkového ovládania a, požiadavka "• Ručné ovládanie s displejom signalizujúcim stav polohy stola, servisné a prevádzkové informácie s podsvietenými klávesmi na ručné ovládanie" v katalógu sú vyobrazené ručné ovládanie s káblom a bez káblového pripojenia ale bez displeja. Požadujeme aby uchádzač vysvetlil nezrovnalosti uvedené v prílohe B ponuky a zaslaného katalógu výrobcu.

Odpoveď uchádzača a:

Detail správy #96981

Dátum a čas doručenia: 03.11.2020 10:18:07

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Od: Unique Medical, s.r.o. (I O: 46729429, SK)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Iný dokument k zákazke

Predmet: RE: Žiados o vysvetlenie ponuky

Odpove na správu: [#96924](#)

Nutné odpoveda do:04.11.2020 00:00:00

Vážený verejný obstarávateľ ,

V zmysle zákona sme predkladali ekvivalentné riešenia. Uvedené odchýlky sú minimálne. Nami ponúkané produkty sú vyhovujúce pre širokú oblasť operačných výkonov. Ručnica ovláda a ponúka výrobca vo forme tabletov s dotykovou obrazovkou bez káblov s prepojením cez bluetooth.

Unique Medical

Konštatovanie komisie :

Uchádza na žiados o vysvetlenie ponuky odpovedal v zákonnej lehote kde uvádza „V zmysle zákona sme predkladali ekvivalentné riešenia“ . Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V súťažných podkladoch obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie: Ak v tomto opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejným obstarávateľom umožní predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude verejným obstarávateľom akceptované ekvivalent ako ponúknuté riešenie uchádzača a spoločne úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spoločne a resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnosťná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými technickými parametrami“ Požadované a ponúkané technické parametre „Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 625 - 1150mm“ .V prílohe B sú ťažnými podkladov je ponuke je uvedené "áno" splnenie požiadavky obstarávateľom a o sa nezakladá na pravde a taktiež nie je uvedený ekvivalentný rozsah. Obstarávateľ zistil nezhody pri kontrole ponuky s katalógom výrobcu. V katalógu výrobcu pre operačné stoly OPT, ktorý je súčasťou ponuky je na strane 23 uvedený rozsah 600mm až 1100mm. Požiadavka na nosnosť stola " • Celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou minimálne 380 kg", v katalógu má výrobca uvedenú nosnosť stola 360kg uvedené na str. 15 , alej obstarávateľ požaduje " • Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu 90° alebo -55°(manuálne 105°) / +90°", výrobca má uvedené na str. 23 zaslaného katalógu rozsah 90° a - 50° , nasledujúca požiadavka obstarávateľom a na technické parametre je " • Motorizovaný náklon nožných dielov v minimálnom rozsahu -100° / +90°", výrobca v katalógu uvádza +90° až -90° , o nie je v súlade s požiadavkou obstarávateľom a. Obstarávateľ zistil tieto všetky nezhody pri kontrole ponuky s katalógom výrobcu, uchádzača má pri všetkých požiadavkách uvedené splnenie technickej požiadavky na predmet zákazky. Komisia rozdiely v technických parametroch nepovažuje za ekvivalentné riešenie, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch " sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnosťná úroveň " ani jeden parameter nemá väčší rozsah alebo vyššiu úroveň ako má obstarávateľ v

www.fnsppa.sk
e-mail: dorcik@fnsppa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

technickom opise predmetu zákazky. Na základe týchto skutočností komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa technické parametre. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c).

h) Uchádzači, ktorých ponuky budú posudzované komisiou verejného obstarávateľa a aj vo vzťahu k splneniu na predmet zákazky v predmetnom verejnom obstarávaní, komisia navrhuje vyhlásiť elektronickú aukciu s uchádzačmi, ktorých predložené ponuky splnili predmet zákazky.

1. NIMAG, spol.s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK

2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK

KOMISIA BUDE POKRAČOVAŤ V POSÚDENÍ POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY PO ELEKTRONICKEJ AUKCII.

i) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Všetci členovia podpisujú zápisnicu bez výhrad.

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu podpisujú bez výhrad a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia. Žiadny z členov neodmieta túto zápisnicu podpísať alebo nepodpisuje zápisnicu s výhradou.

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Členovia komisie:

Doc.MUDr. Juraj Váňa - predseda

Ing. Alexandra Korcová- člen

Ing. Bohdan Cinko

Mgr. Eduard Dorčák – bez práva vyhodnocovať ponuky

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923