



Správa o zákazke

podľa § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky

Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa organizácie: Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO: 17335825
Krajina: Slovenská republika

Názov predmetu zákazky: **Operačné stoly - D. Operačný stôl pediatrickej ortopédie**

Hodnota zákazky: 77 996.89 Eur bez DPH

b) Postup zadávania zákazky:

§ 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadlimitná verejná súťaž s využitím dynamického nákupného systému

c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení a čísla týchto oznámení

Číslo spisu verejného obstarávania: 040/17/20-004

Vestník verejného obstarávania: 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020

Úradný vestník EU: 2020/S 121-294408

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu

1. spol. NIMAG, spol. s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
2. spol. Surgitech s. r. o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

1. spol. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava

Uchádzač na žiadosť o vysvetlenie ponuky neodpovedal v rozsahu položenej otázky VO a uviedol odpoveď v rozsahu ním ponúkanej nohy stola: *podvozok ponúkaného operačného stola je rovný, bez výčnelkov a ostrých hrán, celonerezový, ideálny na čistenie a dezinfekciu. Z dôvodu že ponúkaná noha stola má členitý tvar a úzke priestory, obstarávateľ opätovne žiadal o vysvetlenie pôvodnej odpovede, uchádzač neodpovedal na žiadosť o vysvetlenie ponuky v zákonnej lehote. Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač nevysvetlil komisii*



nezrovnalosť ako aj pôvodnú odpoveď, iný technický parameter, tvar stola ako je požadovaný v opise predmetu zákazky. Taktiež neuviedol či má v ponuke aj nohu stola ktorá má rovnú plochu bez členitého tvaru a úzkych priestorov. Na základe tejto skutočnosti komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa technický parameter „Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru pre jednoduché čistenie a sterilizáciu“. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c) z dôvodu, že uchádzač v lehote nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa.

2. spol. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Uchádzač na žiadosť o vysvetlenie ponuky neodpovedal na položenú otázku rozdielu výšky operačného stola v spodnej polohe. "Minimálna výška dosky stola maximálne 600 mm". V zaslanom katalógu je uvedená výška stola v spodnej polohe na strane 16 katalógu vo vysvetlení ponuky 681 mm. Z tohto dôvodu operačný stôl nespĺňa technické požiadavky podľa požiadaviek obstarávateľa. Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač nevysvetlil komisii nezrovnalosť, iný technický parameter, výšku operačného stola v spodnej polohe. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c) z dôvodu, že uchádzač v lehote nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neuplatňuje sa.

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľov a ich identifikáciu, ak sú známi

NIMAG, spol. s.r.o., IČO: 31 337 775, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Získal najvyšší počet bodov v zmysle najnižšej ceny za celkový uvedený predmet zákazky v elektronickej aukcii.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2
Neuplatňuje sa.

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k)
Neuplatňuje sa.

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2
Neuplatňuje sa.



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Oddelenie technických činností

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému
Neuplatňuje sa.


l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie
Neuplatňuje sa.

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia
Neuplatňuje sa.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania
Neuplatňuje sa.

Dňa, 03.12.2020

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
riaditeľstvo
Ul. V. Spanyola 43
012 07 Žilina
38


Mgr. Eduard Dorčík
Vedúci oddelenia technických činností