



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Predmet zákazky :

„Opera né stoly - D. Opera ný stôl pediatrickej ortopedie“

Postup VO : Zákazka v DNS

Miesto a čas : 26.10.2020 10⁰⁰ hod. zasadnutie do 11.11.2020

Vestník VO : 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020

a) Komisia zriadená radou riaditeľov na otvorenie a vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v zložení :

členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

MUDr. Juraj Populhár, PhD., MBA- predseda

Mgr. Monika Mráziková- člen

Ing. Bohdan Cinko – člen

členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

Mgr. Eduard Dorňák – člen

b/ Predpokladaná hodnota zákazky : 78 014,07 € bez DPH,

c) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

V zákazke v DNS boli v lehote na predkladanie ponúk t.j. do **08.10.2020 10⁰⁰ hod.** elektronicky cez systém JOSEPHINE predložené ponuky od uchádzačov:

1. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava SK

2. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK

3. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK

4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ

d) Komisia zriadená verejným obstarávateľom uskutočnila v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie predložených ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa a na predmet zákazky, náležitosti ponuky, mimoriadne nízkej ceny v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi na predmet zákazky zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2020 22839-MUT zo dňa 26.06.2020.

Vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa bolo neverejné. Komisia vyhodnotila ponuky v zmysle §53 zákona o verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia požiadaviek verejného

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

obstarávateľ a na predmet zákazky a v prípade pochybnosti by overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

Komisia zriadená verejným obstarávateľom najskôr vyhodnotila doručené ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa a na predmet zákazky podľa § 53 ZVO (vyhodnotenie vyplnenej tabuľky „Príloha B k súťažným podkladom - D. Operačný stôl oddelenie pediatickej ortopedie“ (prílohy . B) a na základe návrhu na plnenie kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia podľa kritérií na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti a nejasnosti v informáciách a dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadava uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a poškodení.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 ZVO. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom systému Josephine oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

TECHNICKE A DOKUMENTARNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY:

Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a minimálne v rozsahu uvedenom v SP v časti Technický opis predmetu zákazky.

Túto skutočnosť preukázal uchádzač prostredníctvom *podrobného technického opisu ponúkaného operačného stola* predmetu zákazky a vyplnenej tabuľky „*Príloha B k súťažným podkladom - D. Operačný stôl oddelenie pediatickej ortopedie*“ (prílohy . B), ktoré boli predložené ako súťažné ponuky a z ktorého je zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa.

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky

Komisia vyhodnotila splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadávaných verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uviedol a s dostupnými katalógmi výrobcov podľa typového označenia alebo so zaslanou dokumentáciou, katalógom výrobcu/predajcu.

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych parametrov v tabuľke *Príloha B k súťažným podkladom - D. Operačný stôl oddelenie pediatickej ortopedie* (prílohy . B) zadávaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom *N* – požiadavka nespĺnená, nespĺnil technické požiadavky obstarávateľa a na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už alej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. (5) zákona o verejnom obstarávaní zo súťažného vylúčená.

Komisia na vyhodnotenie ponúk splnenie technických požiadaviek tabuľky „*Príloha B k súťažným podkladom - D. Operačný stôl oddelenie pediatickej ortopedie*“ (prílohy . B) posudzovala správnosť uvedeného údaje predkladateľom ponúk spôsobom :

S – požiadavka splnená,

N – požiadavka nespĺnená

Následne komisia overila prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky a v ďalšom kroku vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené na účasť v elektronickej aukcii. Podmienky pre vykonanie elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a ďalšie podrobnosti týkajúce sa elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“.

Po skončení elektronickej aukcie overí komisia prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky.

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Úspešnému uchádzaovi bude prostredníctvom systému Joshepine bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzaom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

1. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – splnené

Náležitosti ponuky – splnené

2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – splnené

Náležitosti ponuky – splnené

3. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – nesplnené

Náležitosti ponuky – splnené

4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ

Požiadavky na technické parametre predmetu zákazky – nesplnené

Náležitosti ponuky – splnené

d) Zoznam vylúčených uchádzačov :

1. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk

Odôvodnenie : operačný stôl nespĺňa technický parameter „Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a lenitého tvaru pre jednoduché istenie a sterilizáciu“. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c). z dôvodu, že uchádzač v lehote nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa.

2. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ

Odôvodnenie : operačný stôl nespĺňa technický parameter " Minimálna výška dosky stola maximálne 600 mm". Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a z dôvodu, že uchádzač v lehote dvoch dní pri elektronickej komunikácii nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky, § 53 ods. 5 písm. c).

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

e) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača a alebo úspešných uchádzačov z úvodného vyhodnotenia ponúk z pohľadu stanoveného kritéria s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky alebo ponúk, podiel subdodávky ak je známy :

Návrhy a poradie uchádzačov na plnenie kritéria :

Najnižšia celková cena v €bez DPH

<i>Uchádzač</i>	Predložená cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky	Dosiahnuté body
1. NIMAG, spol.s.r.o. , Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava, SK	77 996,89 €	100,0
2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK	78 014,00 €	99,978
3. Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava Sk	83 894,78 €	92,970 Vylúčená ponuka
4. MIVAMED s.r.o., Za tratí 686/4, 196 00 Praha 9 – akovice, CZ	95 889,00 €	81,341 Vylúčená ponuka

e) Záznam osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi.

Neuplatňuje sa

f) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk

Neuplatňuje sa

g) Záznam konzultácie na účely vysvetlenia predloženej ponuky – splnenie požiadaviek na predmetu zákazky podľa čl. 20 súťažných podkladov.

1.SURGITECH S.R.O., PRI SUCHOM MLYNE 58, 811 04 BRATISLAVA, SK

Dátum a čas doručenia: 06.10.2020 15:41:50

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: Surgitech (IČO: 50197975, SK)

Typ: Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: Žiadosť o vysvetlenie

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Nutné odpovedať do: 09.10.2020 15:00:00

Dobrý deň.

Na základe Vašej ponuky Vás žiadame o bližšie informácie ohľadom príslušenstva.

V požiadavke príloha B obstarávateľ požadoval 2ks Laterálna podpera nastaviteľná vo všetkých troch smeroch (osiach) , Je uvedená položka v prílohe E s označením 1002.40A0 v kombinácii 1002.11B0 a 1002.11C0?

Prípadne pre posúdenie splnenia nami požadovaných technických parametrov a príslušenstva a zjednodušenie vyhodnotenia komisiou spojiť alebo uviesť v prílohe B objednávacie kódy príslušenstva.

Ďakujeme za vysvetlenie predloženej ponuky.

Odpoveď uchádzača:

Dátum a čas doručenia: 09.10.2020 12:43:25

Od: Surgitech (IČO: 50197975, SK)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: RE: Žiadosť o vysvetlenie

Odpoveď na správu: #93089

Nutné odpovedať do 09.10.2020 15:00:00

Dobrý deň prajem,

na základe Vašej otázky ohľadom laterálnej podpery

(V požiadavke príloha B obstarávateľ požadoval 2ks Laterálna podpera nastaviteľná vo všetkých troch smeroch (osiach) , Je uvedená položka v prílohe E s označením 1002.40A0 v kombinácii 1002.11B0 a 1002.11C0? Prípadne pre posúdenie splnenia nami požadovaných technických parametrov a príslušenstva a zjednodušenie vyhodnotenia komisiou spojiť alebo uviesť v prílohe B objednávacie kódy príslušenstva.)

Odpoveď je áno. Podpera k ramenu pre laterálne podpery je v kombinácii s laterálnou podperou nastaviteľnou vo všetkých smeroch.

Položkovitý rozpočet v prílohe E - zodpovedá ku špecifikácii uvedenej v časti B. Zostava operačného stola.

S pozdravom,

Ing. Attila Tóth,

Surgitech s.r.o.

Konštatovanie komisie :

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Komisia akceptuje vysvetlenie ponuky uchádzača a poskytnutú informáciu poskytuje za dostatočnú pre vyhodnotenie ponuky.

2. MIVAMED S.R.O., ZA TRATÍ 686/4, 196 00 PRAHA 9 – ČAKOVICE, CZ

Dátum a čas doručenia: 06.10.2020 16:01:56

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: MIVAMED s.r.o. (IČO: 28420918, CZ)

Typ: Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: Žiadosť o vysvetlenie

Nutné odpovedať do: 09.10.2020 15:00:00

Dobrý deň.

Komisia pri vyhodnocovaní ponúk Vás pre korektné vyhodnotenie technických parametrov žiada o zaslanie aktuálneho katalógu výrobcu operačného stola. V požiadavkách bola požiadavka minimálne na presné typové označenie ponúkaného stola. V prílohe E je uvedené STERIS model C-max čo v zásade postačuje ale z dôvodu rôznych katalógov daného stola verejne prístupných a to možno aj predchádzajúcich modelov Vás žiadame o uvedený katalóg výrobcu alebo internetový odkaz na takýto aktuálny katalóg.

d'akujeme

Odpoveď uchádzača a:

Dátum a čas doručenia: 09.10.2020 13:29:14

Od: MIVAMED s.r.o. (IČO: 28420918, CZ)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: RE: Žiadosť o vysvetlenie

Odpoveď na správu: #93097

Nutné odpovedať do: 09.10.2020 15:00:00

dokumentácie

Názov súboru : 6. BROCHURE GMAX EN 2015.pdf

Dátum a čas doručenia: 09.10.2020 13:33:45

Od: MIVAMED s.r.o. (IČO: 28420918, CZ)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Predmet: RE: RE: Žiados o vysvetlenie

Odpove na správu: #93596

dokumentácie

Názov súboru :4. Katalog New Cmax S_T_UK2.pdf

Dátum a as doru enia: 09.10.2020 13:34:27

Od: MIVAMED s.r.o. (I O: 28420918, CZ)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Žiados o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: RE: Žiados o vysvetlenie

Odpove na správu: #93097

Nutné odpoveda do: 09.10.2020 15:00:00

dokumentácie

Názov súboru : 4. Katalog New Cmax S_T_UK2.pdf

Konštatovanie komisie :

Komisia preskúmala predložené katalógy , katalóg G-max pravdepodobne nesúvisí s predmetom zákazky, posúdila zaslané aj ostatné katalógy, pre posúdenie splnenie požiadaviek na predmetu zákazky pod a l. 20 sú ažných podkladov a z dôvodu rozdielných technických parametrov v katalógoch položila alšiu otázku o vysvetlenie ponuky:

Dátum a as doru enia: 13.10.2020 17:20:56

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: MIVAMED s.r.o. (I O: 28420918, CZ)

Typ: Žiados o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: RE: RE: Žiados o vysvetlenie

Nutné odpoveda do: 15.10.2020 00:00:00

Odpove na správu: #93600

Vážený uchádza .

Komisia verejného obstarávate a Vás žiada o vysvetlenie, ktorý zaslaný katalóg má komisia posudzova vo vz ahu k predmetu zákazky. K položenej otázke v žiadosti o vysvetlenie ponuky zo d a 6.10. 2020. ste nám zaslali tri katalógy.

Odpove uchádza a:

Dátum a as doru enia: 15.10.2020 08:47:35

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Od: MIVAMED s.r.o. (I O: 28420918, CZ)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Žiados o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: RE: RE: RE: Žiados o vysvetlenie

Odpove na správu: #94047

Nutné odpoveda do: 15.10.2020 00:00:00

Dobrý den, jedná se o katalog Cmax

Konštatovanie komisie :

Komisia preštudovala konkrétny katalóg zaslaný v prílohách vz ahujúci sa na predmet zákazky a požiadal uchádza a o vysvetlenie technických rozdielov:

Dátum a as doru enia: 17.10.2020 16:11:39

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: MIVAMED s.r.o. (I O: 28420918, CZ)

Typ: Žiados o vysvetlenie predložených dokladov

Predmet: Žiados o vysvetlenie

Nutné odpoveda do: 20.10.2020 00:00:00

Odpove na správu: #94315

Vážený uchádza .

Komisia verejného obstarávate a Vás žiada o vysvetlenie ponuky. Obstarávate vo svojich požiadavkách na predmet zákazky požadoval technický parameter: "• Minimálna výška dosky stola maximálne 600 mm". V prílohe B sú ažných podkladov vo vašej ponuke je uvedené "áno" splnenie požiadavky obstarávate a výška stola v spodnej polohe maximálne 600mm. Z dôvodu rôznych katalógov výrobcu verejne dostupných na webových stránkach obstarávate žiadal o zaslanie konkrétneho katalógu pre opera ný stol v ponuke Cmax. V zaslanom katalógu je uvedený parameter na str. 16, 681mm, výška stola v spodnej polohe.

Žiadame o vysvetlenie nezrovnalosti v prílohe B ponuky a zaslaného katalógu.

Konštatovanie komisie :

Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádza nevysvetlil komisii nezrovnalos , iný technický parameter ako je požadovaný v opise predmetu zákazky. Na základe tejto skuto nosti komisia posúdila, že ponúkaný opera ný stôl nesp a technický parameter "• Minimálna výška dosky stola maximálne 600 mm". Pod a § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylú i ponuku, ak ponuka nesp a požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a z dôvodu, že uchádza v lehote dvoch dní pri elektronickej komunikácii nedoru il písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky, § 53 ods. 5 písm. c).

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávate :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Komisia ponuku uchádza a navrhuje vylú i – nesplnila kritéria požiadavky na predmet zákazky a nesplnenie lehoty na vysvetlenie ponuky.

3. UNIQUE MEDICAL, S.R.O., ULICA SVORNOSTI 42, 821 06 BRATISLAVA SK

Dátum a čas doručenia: 08.10.2020 09:53:20

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: Unique Medical, s.r.o. (IČO: 46729429, SK)

Typ: Iný dokument k zákazke

Predmet: Žiadosť o vysvetlenie ponuky

Nutné odpovedať do: 12.10.2020 14:00:00

Dobrý deň .

Komisia pri hodnotení technických požiadaviek na predmet zákazky sa podla zaslaného katalógu úplne nestotožuje so splnením požiadavky: "Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a lenivého tvaru pre jednoduché umiestnenie a sterilizáciu" kde uvádzate splnenie požiadavky. Uvedené je zároveň aj potrebné pri použití C-ramena v spodných polohách stola pri operáciách celých chrbtíc.

Otázka komisie na uchádzača: Ponúka uchádzač inú podstavu ako je zobrazená v katalógu operatívneho stola (príloha katalóg) zaslaného v ponuke, má výrobca v ponuke variantu podstavy podobnú ako sú vzory v prílohe .2 "podstava" obr. 1 až 4.

Tvar podstavy uchádzača:



Tvar podstavy ostatných uchádzačov:



www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina



Odpoveď uchádzača:

Dátum a čas doručenia: 12.10.2020 10:53:09

Od: Unique Medical, s.r.o. (IČO: 46729429, SK)

Komu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Typ: Iný dokument k zákazke

Predmet: RE: Žiadosť o vysvetlenie ponuky

Odpoveď na správu: #93328

Nutná odpoveď do: 12.10.2020 14:00:00

Dobrý deň,

podvozok ponúkaného operačného stola je rovný, bez výčnelkov a ostrých hrán, celonerezový, ideálny na umývanie a dezinfekciu.

Konštatovanie komisie :

Komisia sa nestotožnila s odpoveďou na otázku, respektíve odpoveď nezodpovedala všetky požiadavky na tvar operačnej novej v zadaní „Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a lenivého tvaru pre jednoduché umývanie a sterilizáciu“ a „podvozok ponúkaného operačného stola je rovný, bez výčnelkov a ostrých hrán, celonerezový, ideálny na umývanie a dezinfekciu“. Výčnelky nie je to isté ako lenivý tvar a nie je možné bližšie identifikovať – podvozok ponúkaného stola je rovný s požiadavkou rovná plocha podvozku. Z tohto dôvodu opätovne komisia žiadala o uchádzača a vysvetlenie ponuky:

Dátum a čas doručenia: 13.10.2020 17:00:03

www.fnszpa.sk
e-mail: dorcik@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Komu: Unique Medical, s.r.o. (I O: 46729429, SK)

Typ: Iný dokument k zákazke

Predmet: RE: RE: Žiados o vysvetlenie ponuky

Nutné odpoveda do: 15.10.2020 00:00:00

Odpove na správu: #93729

Vážený uchádzač .

Komisia verejného obstarávateľa Vás opätovne žiada o vysvetlenie vo vzahu k už položenej otázke v žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 8.10.2020. Ponúka uchádzač aj inú podstavu ako je predložená v ponuke, nakoľko tvar predloženej podstavy nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa. Parameter uvedený a zadefinovaný v technickom opise predmetu zákazky : "Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a lenitého tvaru pre jednoduché istenie a sterilizáciu", nie je dodržaný, konkrétne požiadavka na rovnú plochu bez úzkych priestorov, ako aj rovnú plochu bez lenitého tvaru. Vami zaslaná odpoveď k žiadosti o vysvetlenie nie je zrozumiteľná a neodpovedá na predloženú otázku obstarávateľa.

Uchádzač na žiadosť o vysvetlenie ponuky ako aj predchádzajúcej odpovede neodpovedal v zákonnej lehote. Komisia posudzovala ponuku v súlade §53 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač nevysvetlil komisii nezrovnalosť, a pôvodnú odpoveď, iný technický parameter, tvar stola ako je požadovaný v opise predmetu zákazky. Na základe tejto skutočnosti komisia posúdila, že ponúkaný operačný stôl nespĺňa a technický parameter „Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a lenitého tvaru pre jednoduché istenie a sterilizáciu“. Podľa § 53 ods. 5 písm. b) verejný obstarávateľ vylúči i ponuku, ak ponuka nespĺňa a požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podľa § 53 ods. 5 písm. c). z dôvodu, že uchádzač v lehote nedoručil písomne vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa.

Komisia ponuku uchádzača a navrhuje vylúčiť – nespĺnila kritéria požiadavky na predmet zákazky a nesplnenie lehoty na vysvetlenie ponuky.

h) Uchádzači, ktorých ponuky budú posudzované komisiou verejného obstarávateľa a aj vo vzahu k splneniu na predmet zákazky v predmetnom verejnom obstarávaní, komisia navrhuje vyhlásiť elektronickú aukciu s uchádzačmi, ktorých predložené ponuky splnili predmet zákazky.

1. NIMAG, spol.s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK

2. Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, SK

KOMISIA BUDE POKRAKOVA V POSÚDENÍ POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY PO ELEKTRONICKEJ AUKCII.

i) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Všetci členovia podpisujú zápisnicu bez výhrad.

www.fnspza.sk
e-mail: dorcik@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Verejný obstarávateľ :

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu podpisujú bez výhrad a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia. Žiadny z členov neodmieta túto zápisnicu podpísať alebo nepodpisuje zápisnicu s výhradou.

členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

MUDr. Juraj Populhár, PhD., MBA - predseda

Mgr. Monika Mráziková - člen

Ing. Bohdan Cinko

členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

Mgr. Eduard Dorčík – člen
.....