

# Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 43

012 07 Žilina

Váš list zo dňa: Your letter DD. Ihr Schreiben vom

Vaša značka: Your ref. Ihr Zeichen

Naša značka: Our ref. Unser Zeichen Vybavuje/Tel.: Contact Sachbearbeiter

Banská Bystrica:

Puškárová Lucia 421 918 674 643

29.09 2020

<u>Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zriadeného Dynamického nákupného</u> systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie

### Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Univerzálna doska stola s SFC polstrovaním s 2 pármi motorov a pevnou nohou stola.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj univerzálnu dosku stola s SFC polstrovaním bez motorov - ovládadných hydraulicky?

#### Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Maximálna výška stola v najnižšej polohe 590 mm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálnu výšku dosky stola maximálne 650 mm?

### Otázka č. 3

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Nosnosť operačného stola v štandardnej a reverznej polohe bez obmedzenia minimálne 320 kg.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nosnosť operačného stola v štandardnej a reverznej polohe bez obmedzenia minimálne v štandardnej 275 kg a reverznej 180 kg?

> RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko tel.: +421 48 414 29 02, fax: +421 48 411 26 23, mobil: +421 908 928 473, e-mail: radix@radix.sk

















# Otázka č. 4

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 590 – 1000 mm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 650-1110 mm?

### Otázka č. 5

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Pozdĺžny posun minimálne 450mm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj pozdĺžny posun minimálne 410 mm?

### Otázka č. 6

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -45°/+45°.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -35 / +35°?

### Otázka č. 7

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje: Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -28° / +28°.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -25 / +25°?


# Otázka č. 8

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu - 90° alebo -45°(manuálne 105°) / +90°.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu - 45°/ +80° elektricky?





















### Otázka č. 9

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu -90° / +90°.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu -105° / +70°?

### Otázka č. 10

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Sklopný hlavový segment -50° / +50°.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj sklopný hlavový segment -45° / +45°?

### Otázka č. 11

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Mobilná indukčná nabíjačka diaľkového ovládača.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj USB káblovú nabíjačku diaľkového ovládača?

#### Otázka č. 12

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Pubis-sacrum-sternum podpera tela pacienta (85 x 85 mm).

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj Pubis-sacrum-sternum podperu tela pacienta iného rozmeru ako 85 mm?

# Otázka č. 13

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje::

Back-buttock podpera tela pacienta (170 x 120 mm).

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj Back-buttock podperu tela pacienta iného rozmeru ako 170 x 120 mm?





















# Otázka č. 14

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Laterálna podpera tela pacienta (215 x 100 mm).

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj laterálnu podperu tela pacienta iného rozmeru ako 215 x 100 mm?

### Otázka č. 15

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: E. Operačný stôl oddelenie urológie požaduje:

Radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 22 mm – minimálne 4 ks.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 20 mm - minimálne 4 ks?



Martin Renčo konateľ R A D I X spol. s r.o.



