

# Správa

---

**Obstarávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
**Názov predmetu:** Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenia urológie  
**Číslo spisu VO:** 040/17/20-005

---

## Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 30.09.2020 17:20:32  
**Od:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
**Komu:** 5 príjemcov  
**Typ:** Iný dokument k zákazke  
**Predmet:** RE: Otázky - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov  
**Správa:** Dobrý deň.

K žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie Vám dávame nasledujúce stanovisko:

### Otázka č.1

Požiadavka obstarávateľa: - Univerzálna doska stola s SFC polstrovaním s 2 páriami motorov a pevnou nohou stola.

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj univerzálnu dosku stola s SFC polstrovaním bez motorov - ovládaných hydraulicky?"

Obstarávateľ nevie posúdiť čo má uchádzač na mysli vyjadrením " bez motorov - ovládaných hydraulicky" Obstarávateľ nepožaduje ovládanie motorov hydraulicky, v opise predmetu zákazky nie je uvedené ovládanie motorov hydraulické ako vyplýva z otázky uchádzača. Požiadavka je " univerzálna doska stola s SFC polstrovaním s 2 páriami motorov ".

### Otázka č. 2

Požiadavka obstarávateľa: Maximálna výška stola v najnižšej polohe 590mm.

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať minimálnu výšku dosky stola maximálne 650mm?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu 650mm.

### Otázka č. 3

Požiadavka obstarávateľa: - Nosnosť operačného stola v štandardnej a reverznej polohe bez obmedzenia minimálne 320kg.

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať nosnosť operačného stola v štandardnej polohe a reverznej polohe bez obmedzenia minimálne v štandardnej 275kg a reverznej 180kg?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu v štandardnej polohe 275 kg a reverznej 180kg.

### Otázka č. 4

Požiadavka obstarávateľa: - Motorizovaný zdvih stola v rozsahu 590 -

1000mm.

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať motorizovaný zdvih stola v minimálnom rozsahu 650 - 1110 mm?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu v zásade s odpoveďou na otázku č. 2. Z dôvodu ujasnenia parametra obstarávateľ upravuje požiadavku rozsahu na motorizovaný zdvih stola minimálne 650 - 1000mm.

Otázka č. 5

Požiadavka obstarávateľa: - Pozdĺžny posun minimálne 450mm.

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať pozdĺžny posun 410mm?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu pozdĺžny posun minimálne 410mm.

Otázka č. 6

Požiadavka obstarávateľa: - Motorizovaný náklon dosky stola

(Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu  $-45^{\circ}$  /  $+45^{\circ}$

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu  $-35^{\circ}$  /  $+35^{\circ}$ .

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu  $-35^{\circ}$  /  $+35^{\circ}$ .

Otázka č. 7

Požiadavka obstarávateľa: - Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu  $-28^{\circ}$  /  $+28^{\circ}$

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu  $-25^{\circ}$  /  $+25^{\circ}$ ?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu  $-25^{\circ}$  /  $+25^{\circ}$ .

Otázka č. 8

Požiadavka obstarávateľa: - Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu  $-90^{\circ}$  alebo  $-45^{\circ}$  (manuálne  $105^{\circ}$ ) /  $+90^{\circ}$

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu  $-45^{\circ}$  /  $+80^{\circ}$  elektricky?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu  $-45^{\circ}$  /  $+80^{\circ}$  elektricky.

Otázka č. 9

Požiadavka obstarávateľa: - Motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu  $-90^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$ .

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu  $-105^{\circ}$  /  $+70^{\circ}$ ?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu  $-105^{\circ}$  /  $+70^{\circ}$

Otázka č. 10

Požiadavka obstarávateľa: - Sklopný hlavový segment  $-50^{\circ}$  /  $+50^{\circ}$

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj sklopný hlavový segment  $-45^{\circ}$  /  $+45^{\circ}$ ?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhovanú hodnotu  $-45^{\circ}$  /  $+45^{\circ}$

Otázka č. 11

Požiadavka obstarávateľa: - Mobilná indukčná nabíjačka diaľkového ovládača.

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj USB kábllovú nabíjačku diaľkového ovládača?

Obstarávateľ bude akceptovať USB káblovú nabíjačku diaľkového ovládača.

Otázka č. 12, 13, 14

Otázky sú spojené s rozmermi príslušenstva, obstarávateľ má požiadavky na plochu podpier pacienta pri operačných výkonoch, rozmery sú v závislosti na výkone - prekážanie podperi pri operácii alebo pohodlí pacienta a veľkosti podopretej plochy. Uchádzač nešpecifikuje rozmery ponúkaných podpier, obstarávateľ nevie posúdiť navrhované podpery.

Otázka č.15

Požiadavka obstarávateľa: - Radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 22 mm – minimálne 4 ks

Otázka uchádzača: Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 20 mm – minimálne 4 ks?

Obstarávateľ bude akceptovať aj radiálne otočné svorky na postranné koľajnice pre príslušenstvo do priemeru 20 mm .