

Správa

Obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Názov predmetu: Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenia urológie
Číslo spisu VO: 040/17/20-005

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 02.10.2020 17:22:52
Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komu: 5 príjemcov
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: RE: Otázky - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov III
Správa: Dobrý deň.

K žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - E. Operačný stôl oddelenie urológie Vám dávame nasledujúce stanovisko:

Otázka č.1

Požiadavka obstarávateľa: - Univerzálna doska stola s SFC polstrovaním s 2 párami motorov a pevnou nohou stola.

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj univerzálnu dosku stola s SFC polstrovaním s 1 motorom pre pohon čerpadla na hydraulický pohon jednotlivých pohybov operačného stola?".

Obstarávateľ bude súhlasiť s navrhovaným riešením.

Otázka č. 2

Požiadavka obstarávateľa: - Pubis-sacrum-sternum podpera tela pacienta (85 x 85 mm)

Otázka uchádzača: "Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj pubis-sacrum-sternum podperu tela pacienta s rozmerami 436x270x159 "?

Obstarávateľ bude akceptovať navrhované príslušenstvo.

Otázka č. 3

Požiadavka obstarávateľa: - Back-buttock podpera tela pacienta (170 x 120 mm)

Otázka uchádzača: "Bude verejný obstarávateľ akceptovať back-buttock podperu tela pacienta s rovného rozmermi 90x200mm?"

Obstarávateľ bude akceptovať navrhované príslušenstvo.

Otázka č. 4

Požiadavka obstarávateľa: - Laterálna podpera tela pacienta (215 x 100 mm)

Otázka uchádzača: "Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj laterálnu podperu tela pacienta 185 x 85 mm?"

Obstarávateľ bude akceptovať navrhované príslušenstvo.

