

Správa

Obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Názov predmetu: Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL
Číslo spisu VO: 040/17/20-006

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 30.09.2020 15:57:33
Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komu: 5 príjemcov
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: RE: Otázky - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
Správa: Dobrý deň.

Na Vašu otázku č. 1 " Bude verejný obstarávateľ akceptovať maximálnu nosnosť operačného stola v reverznej polohe bez obmedzenia minimálne 180 kg ?

Odpoveď: Áno obstarávateľ bude akceptovať v reverznej polohe bez obmedzenia minimálne 180 kg.

Otázka č. 2 - Konzola na uchytenie rozvierača DÚ k tozilektomii (kovová šibenica) 2ks

Vysvetlenie oddelenia:

"jedná sa o tyč v tvare " L " z umývateľného kovu, oblého tvaru,ktorá sa upína do kov. jazdca na boku operačného stola s nastaviteľnou výškou. Používa sa na fixáciu rozvierača dutiny ústnej pri operácii krčných mandlí "

S pozdravom,