

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 43

012 07 Žilina

Váš list zo dňa:
Your letter DD.
Ihr Schreiben vom

Vaša značka:
Your ref.
Ihr Zeichen

Naša značka:
Our ref.
Unser Zeichen

Vybavuje/Tel.:
Contact
Sachbearbeiter

Banská Bystrica:

Puškárová Lucia
421 918 674 643

30.09.2020

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL požaduje:

- Minimálne 8 lekárom definovateľných polôh stola do pamäte ovládača

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez minimálne 8 lekárom definovateľných polôh stola do pamäte ovládača?

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL požaduje:

- 3 preddefinované polohy stola: 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäť pre ďalších minimálne 10 nastavení

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez 3 preddefinovaných polôh stola: 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäte pre ďalších minimálne 10 nastavení?

Otázka č. 3

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL požaduje:

- Priamo na ovládači 3 preddefinované polohy: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez priamo na ovládači 3 preddefinovaných polôh: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha?

Otázka č. 4

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL požaduje:

- Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné)

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez obojstranného polohovania (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné)?

Otázka č. 5

Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL, v súťažných podkladoch, v časti Príloha B Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL požaduje:

- Výška polstrovania segmentov stola minimálne 80 mm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj výšku polstrovania segmentov stola minimálne 65 mm?


RADIX spol. s r.o.
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica
IČO: 00615803
ID DIH: SK2020451653
tel.: 018414 2902

Martin Renčo
konateľ R A D I X spol. s r.o.



RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko
tel.: +421 48 414 29 02, fax: +421 48 411 26 23, mobil: +421 908 928 473, e-mail: radix@radix.sk
Zápis v OR OS Banská Bystrica vložka č. 156/S odd. Sro