

# Správa

---

**Obstarávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
**Názov predmetu:** Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL  
**Číslo spisu VO:** 040/17/20-006

---

## Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 01.10.2020 18:42:22  
**Od:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
**Komu:** 5 príjemcov  
**Typ:** Iný dokument k zákazke  
**Predmet:** RE: Otázky - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov II  
**Správa:** Dobrý deň.

K žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci Dynamického nákupného systému pre Operačné stoly - F. Operačný stôl oddelenie ORL Vám dávame nasledujúce stanovisko:

### Otázka č.1

Požiadavka obstarávateľa: - Minimálne 8 lekárom definovateľných polôh stola do pamäte ovládača

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez minimálne 8 lekárom definovaných polôh stola do pamäte ovládača?"

Obstarávateľ bude akceptovať aj menší počet a to minimálne 4 lekárom definovaných polôh stola do pamäte ovládača,

### Otázka č.2

Požiadavka obstarávateľa: - 3 preddefinované polohy stola: 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäť pre ďalších minimálne 10 nastavení

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez 3 preddefinovaných polôh stola 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäť pre ďalších minimálne 10 nastavení?"

Obstarávateľ bude akceptovať operačný stôl aj bez 3 preddefinovaných polôh.

### Otázka č.3

Požiadavka obstarávateľa: - Priamo na ovládači 3 preddefinované polohy: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez priamo na ovládači 3 preddefinované polohy: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha?"

Obstarávateľ bude akceptovať operačný stôl aj bez 3 preddefinovaných polôh priamo na ovládači.

### Otázka č.4

Požiadavka obstarávateľa: - Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné)

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj operačný stôl bez obojstranného polohovania (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné)

Obstarávateľ bude akceptovať požiadavku uchádzača bez obojstranného polohovania.

Otázka č.5

Požiadavka obstarávateľa:- Výška polstrovania segmentov stola minimálne 80 mm

Otázka uchádzača: " Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj výšku segmentov stola minimálne 65mm?"

Obstarávateľ bude akceptovať požiadavku uchádzača 65mm za predpokladu, že výrobca ponúkaného produktu nemá požadovanú výšku segmentov stola v portfóliu.