



**Príloha B** k súťažným podkladom

**Špecifikácia predmetu zákazky: F. Operačný stôl oddelenie ORL**

	áno/nie
• Zostava operačného stola	Practico
• 1x mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou	Áno
• Základňa operačného stola na kolieskach so šnúrovým ovládačom	Áno
• Plastový kryt základne alebo nerez	Áno
• Špeciálna opierka hlavy pre ORL	Áno
• Prívodný kábel na elektriku	Áno
• Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola:	Áno
• Zdvih	Áno
• Trendelenburg / Antitrendelenburg	Áno
• Sklon chrbtového dielu	Áno
• Elektrické ovládanie operačného stola s káblom a nožné ovládanie	Áno
• Záložné ovládanie stola na základni stola	Áno
• Minimálne tri styčné plochy pre vysokú stabilitu stola s elektricky zaťažovacím podvozkom alebo ekvivalent v závislosti od prevedenia	Áno
• Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru	Áno
• Kovové časti z chrómniklovej antikorovej ocele, odolné dezinfekčným prostriedkom	Áno
• Vysoká stabilita podvozku počas výkonu	Áno
• Minimálne 8 lekármi definovateľných polôh stola do pamäte ovládača	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame bez lekármi definovateľných polôh stola do pamäte ovládača
• 3 preddefinované polohy stola: 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäť pre ďalších minimálne 10 nastavení	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame stôl bez preddefinovaných polôh
• Priamo na ovládači 3 preddefinované polohy: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie spĺňame stôl bez preddefinovaných polôh



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné)</li> </ul>	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie splňame stôl len z normálnym polohovaním
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximálna výška stola v najnižšej polohe 600 mm</li> </ul>	595
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimálna výška stola v najvyššej polohe 895 mm</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg/Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -26° / +26°</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizovaný kombinovaný sklon trendelenburg/laterál v minimálnom rozsahu 20° / +20° alebo 40°/+10° alebo 15°/+20°</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -20° / +20°</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizované polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu -40° / +70°</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu -90° / +20°</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizované výškové nastavenie minimálne 300mm</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výška polstrovania segmentov stola minimálne 80 mm</li> </ul>	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie splňame 65 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximálna nosnosť operačného stola v štandardnej a rezervnej polohe bez obmedzenia minimálne 225kg</li> </ul>	V súlade s žiadosťou o vysvetlenie splňame Maximálna nosnosť operačného stola v štandardnej polohe bez obmedzenia 225kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximálna zdvíhacia kapacita stola minimálne 380 kg</li> </ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polstrovanie matracmi: lisovaný IS – matrac 65 mm</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedelená nožná časť ovládaná plynovou pružinou, IS matrac, eurolišty (jednodielna nožná časť)</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opierka hlavy primárne určená pre ORL s eurolišťami (double articulation, IS)</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzola na uchytenie rozverača DÚ k tonzilektómii (kovová šibenica) 2ks</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Príslušenstvo:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rámik pre anesteziológa</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upínací pás na telo a nohy</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opierka pod ruku s upínacím pásom</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ŠUKL kód</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Označenie CE</li> </ul>	Áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slovenský návod na obsluhu</li> </ul>	Áno

- Vráťane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina	Áno
- Záruka minimálne 24 mesiacov	Áno
- Záručný servis a pozáručný servis	Áno
- Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	Áno
- Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	Áno

Ak v tomto opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejným obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent ako ponúknuté riešenie uchádzača spĺňajúce úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými technickými parametrami.