

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 27. januára 2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní a Oznámenie o úprave zverejnených dokumentov v dôsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Rádiologické zariadenia**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 18.1. 2021 pod č. **2021/S 011-021648** a vo vestníku UVO č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021 pod č. MST-02404.

Súbežne týmto dokumentom verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom úpravu špecifikácií predmetu zákazky pre časť 1 a pre časť 2, ktorú vykonáva na základe vybavenia doručených žiadostí o nápravu.

PRE ČASŤ 1 MOBILNÝ RTG PRÍSTROJ

Otázka č. 1:

Je možné požiadať pre Mobilný RTG o zmenu požiadavky c.11 "Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm" na maximálne 176 cm namiesto pôvodných 180 cm.

11.	Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm	väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (73-180) cm musí byť zachovaný
-----	--	--

Odpoveď č. 1:

V Verejný obstarávateľ akceptuje návrh na zmenu parametra č.11. **Nové znenie parametra 11 je nasledovné:**

11.	Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73- 176) cm	väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (73- 176) cm musí byť zachovaný
-----	---	---

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 1 Mobilný RTG prístroj.



PRE ČASŤ 2 USG URGENT

Otázka č. 1:

.....bude akceptovať úpravu bodu č. 15.13. z pôvodnej formulácie: „Automatické meranie najbežnejších fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD“ na novú formuláciu: „Plnoautomatické meranie najbežnejších fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a poloautomatické meranie HL a OFD“?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zvážil návrh záujemcu a upravuje formuláciu tech. požiadavky parametra č.15.13. v znení: „Plnoautomatické meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a poloautomatické meranie HL alebo OFD“

Otázka č. 2:

.....bude verejný obstarávateľ akceptovať ultrazvukový prístroj bez možnosti výškového a stranového nastavenia ovládacieho panela bod č. 4?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ zvážil návrh záujemcu a umožňuje ponúknuť USG prístroja Urgent bez možnosti stranovo nastaviteľného ovládacieho panela, tj. verejný obstarávateľ upúšťa od požiadavky na stranové nastavenie ovládacieho panela. Výškové nastavenie ovládacieho panela verejný obstarávateľ naďalej požaduje.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 2 USG Urgent.

V. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou procesu verejného obstarávania

Prílohy:

Špecifikácia predmetu zákazky pre časť 1 – Mobilný RTG prístroj – úprava 27.1.2021

Špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2 – USG urgent – úprava 27.1.2021

