



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Trenčín

FN/R/2021/R460

Ing. Michal Plesník

18.2.2021

0326566838

michal.plesnik@fntn.sk

**Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Verejný obstarávateľ:	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	<b>USG prístroj pre Infekčné oddelenie</b>
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2021, pod č. 2021/S 022-052045 a vo Vestníku VO č. 34/2021 dňa 03.02.2021 pod sp.zn.č. 9375-MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

**Predmet**

Dňa 11.02.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnemu obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti viacerým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. **Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tie položky Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktoré boli na základe žiadosti o nápravu upravené:**

- bod 84 technickej špecifikácie „mikrokonvexná alebo vektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz, počtom elementov 128 elementov, hĺbkou zobrazenia 140 mm a FOV min. 70°“
- bod 85 technickej špecifikácie „endorektálna "endfire" sonda“

**Návrh žiadateľa:**

- bod 84 technickej špecifikácie „mikrokonvexná alebo vektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz, počtom elementov 128 elementov, hĺbkou zobrazenia 140 mm a FOV min. 70°“



- **žiadosť o vysvetlenie bodu 85** technickej špecifikácie „endorektálna "endfire" sonda“

***Stanovisko verejného obstarávateľa:***

Odôvodnenie vybavenia návrhu žiadateľa k parametru uvedeného v Technickej špecifikácii predmetu zákazky:

1)

Verejný obstarávateľ akceptuje úpravu bodu 84 technickej špecifikácie. Technický parameter po úprave znie: „**mikrokonvexná alebo vektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz, počtom elementov 128 elementov, hĺbkou zobrazenia 140 mm a FOV min. 70°**“

2)

**Verejný obstarávateľ upravuje technický parameter v bode 85 technickej špecifikácie, ktorý po úprave znie: „endorektálna sonda“**

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že doručенú žiadosť o nápravu v bodoch 84 a 85 Technickej špecifikácie súťažných podkladov **akceptuje**.

Upravenú technickú špecifikáciu zverejňuje verejný obstarávateľ v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu.

S pozdravom,

Ing. Tomáš Janík, MBA  
Riaditeľ FN Trenčín