



V Trenčíne, dňa 01.04.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071845 a vo Vestníku VO č. 47/2021 dňa 15.02.2021 pod sp.zn.č. 13196-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 3-1

Bod 11 Nastaviteľný PEEP v rozsahu min. 4 – 30

Otázka: Z nášho pohľadu je nastaviteľný PEEP v rozsahu 4-30 cmH20 nefyziologický. Môže uchádzač ponúknuť anestéziologický prístroj, ktorým vie zaručiť CPAP alebo Plateau tlak v rozsahu do 30 cmH20?

Odpoveď 3-1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať anestéziologický prístroj, ktorý vie zaručiť CPAP alebo Plateau tlak v rozsahu do 30 cmH20.

Otázka 3-2

Bod 11 Nastaviteľný PEEP v rozsahu min. 4 – 30

Môže uchádzač ponúknuť anestéziologický prístroj s PEEP v rozsahu max. 20 cmH20?

Vysvetlenie:

PEEP v rozsahu max. 20cmH20 je z nášho pohľadu postačujúci a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že PEEP vyšší ako 20 cmH20 nie je vhodný na Protective pulmonary ventilation, tiež pre COPD a ARDS pacientov. Podľa vyjadrení svetových odborníkov sa úroveň PEEP pohybuje od 0 do 20 mbar:

Príklady:

Peep v rozmedzí 0 cmH20 vedie k zvýšenej perioperačnej morbidite.

PEEP v rozmedzí 5-12 cmH20 znižuje mieru pľúcnej infekcie a zlepšuje funkciu pľúc.

Protective pulmonary PEEP hodnota u rizikových pacientov je 6-8 cmH20.

U pacientov s nízkym FRC (napr. obezní pacienti) by sa mal používať PEEP 5-8 cmH20.

Odpoveď 3-2:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať anestéziologický prístroj s PEEP v rozsahu max. 20 cmH20.



Bod 11 TŠ sa upravuje nasledovne: „*Nastaviteľný Peep v rozsahu: min. 4 – 20 cmH2O*“

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 3 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: 4_Uprava_FNTN-2021-10-SF-NZ-Anesteza-SP-p2-TS