



V Trenčíne, dňa 23.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 4

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Automatický dezinfektor na endoskopy
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 15.02.2021, pod č. 2021/S 031-076620 a vo Vestníku VO č. 48/2021 dňa 16.02.2021 pod sp.zn.č. 13346-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 4-1

Dňa 9.3.2021 sme doručili žiadosť o úpravu parametrov zákazky „Automatický dezinfektor na endoskopy“ číslo spisu FNTN-2021-16-ŠF-NZ-Dezinfektor na endoskopy z vestníka Vestník č. 48/2021 13346 – MST zo dňa 16.2.2021, kde sme žiadali o úpravu parametra “ č. 2 – šírka” technickej špecifikácie FNTN-2021-16-SF-NZ-Dezinfektor na endoskopy-SP-p2-TS v nasledujúcom znení: „ 1 . Parameter „2 šírka“

Požadovaná hodnota je: max 700-800mm.

Hodnota je diskriminačná. Rozmer nemá vplyv na účinnosť dezinfekcie.

Žiadame rozšíriť túto hodnotu na max. 1000 mm.“

V dokumente “Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1,3” zo dňa 18.3.2021 ostala žiadosť o úpravu tohto parametra nezodpovedaná.

Týmto Vás prosíme o doplnenie.

Odpoveď 4-1:

Verejný obstarávateľ upravuje bod 2 Technickej špecifikácie nasledovne: „šírka: max 700 – 1 000 mm.“

Upravenú technickú špecifikáciu prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 4 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 2_Uprava_FNTN-2021-16-ŠF-NZ-Dezinfektor na endoskopy-SP-p2-TŠ