



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 1: Lôžka mechanické bez zdvihu lôžnej plochy

1. Vzorka postele dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: PRAKTIKA 1

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 1.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe dokumentácie dodávateľa.
Dodávateľ poskytol informácie v rozsahu všetkých parametrov uvedených v opise predmetu zákazky
Matrac bez pripomienok.

2. Vzorka postele dodávateľa fy. **BASCO**, názov: SIMPLE 7

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 1.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe čiastkovej dokumentácie dodávateľa.
Kľuky sú málo ergonomické, pri nedostatočnom zasunutí do transportnej polohy prekážajú personálu pri nohách postele, vyberateľné čelá sú náročné na silu pri manipulácii, mechanické polohovanie lôžka vyžaduje vyššie fyzické úsilie.
Matrac bez pripomienok.

3. Vzorka postele dodávateľa fy. **ČECHOVO**, názov: FB 4

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L1.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek.
Zo všetkých dodaných vzoriek matracov sa javí poťah ako najtenší. (jedná sa o subjektívne konštatovanie).

4. Vzorka postele dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: PLL-N 85-0

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ pri našom meraní nesplnila podmienky predpísané pre kategóriu L 1.
- Dôvod: šírka lôžnej plochy je iba 82 cm.
Avšak pri odbornom prezentovaní lôžka obchodným zástupcom dokázal úchyty na lôžnej ploche rozšíriť na min. požadovanú šírku.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek.
Postranné bočnice sú náročné na sklopenie, vyžaduje sa súčasný tlak na západky a zároveň jej sklápanie. Pri mechanickom polohovaní spustená bočnica prekáža.
Pri zdvihu hlavovej časti lôžnej plochy musí personál regulovať rýchlosť zdvihu, z dodaných vzoriek zrejme najsilnejšia pružina.
Matrac bez pripomienok.



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 2: Lôžka mechanické so zdvihom lôžnej plochy

1. Vzorka postele dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: PRAKTIKA 2

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 2.

Doplňujúci komentár:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe dokumentácie dodávateľa.

Dodávateľ poskytol informácie v rozsahu všetkých parametrov uvedených v opise predmetu zákazky

Kľuky na mechanické polohovanie sú ergonomické, avšak vo vzájomnej tesnej blízkosti v nožnej časti postele.

Matrac bez pripomienok.

2. Vzorka postele dodávateľa fy. **BASCO**, názov: VIGOROUS 14

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ pravdepodobne splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 2, ale uvádzame viac praktických negatívnych postrehov.

Doplňujúci komentár:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe čiastkovej dokumentácie dodávateľa.

Kľuky sú málo ergonomické, pri nedostatočnom zasunutí do transportnej polohy prekážajú personálu pri nohách postele, vyberateľné čelá sú náročné na silu pri manipulácii, mechanické polohovanie lôžka vyžaduje vyššie fyzické úsilie, obzvlášť pri mechanickom zdvihu lôžnej plochy, ale aj pri návrate lôžnej plochy do vodorovnej polohy.

Nepohodlné kontrolovanie nastavenia uhla, pretože kontrolný uhlomer je na laterálnej strane lôžka na bočniciach a personál naň počas zmeny polohy nevidí (kľuky sú pri nožnej časti postele)

Plastový odliatok lôžnej plochy pod hlavou pacienta sa pri zvýšenej polohe samovoľne vysunie z rámu postele! **NEBEZPEČNÉ**

Matrac bez pripomienok.

3. Vzorka postele dodávateľa fy. **ČECHOVO**, názov: FBH 4

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 2.

Doplňujúci komentár:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek, v podstate žiadna dokumentácia k vzorke nebola dodaná.

Mechanické polohovanie lôžka vyžaduje vyššie fyzické úsilie, obzvlášť pri mechanickom zdvihu lôžnej plochy, ale aj pri návrate lôžnej plochy do vodorovnej polohy, možné jedine pri vysunutých bočniciach.

Zo všetkých dodaných vzoriek matracov sa javí poťah ako najtenší. (jedná sa o subjektívne konštatovanie).

4. Vzorka postele dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: PLH-N 85-T

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ pri našom meraní nesplnila podmienky predpísané pre kategóriu L 2.

- Dôvod: šírka lôžnej plochy je iba 84,5 cm.

Avšak pri odbornom prezentovaní lôžka obchodným zástupcom dokázal úchyty na lôžnej ploche rozšíriť na min. požadovanú šírku.

Doplňujúci komentár:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek.

Postranné bočnice sú náročné na sklopenie, vyžaduje sa súčasný tlak na západky a zároveň jej sklápanie. Pri mechanickom polohovaní spustená bočnica prekáža.

Pri zdvihu celej ložnej plochy je nutná veľká fyzická námaha.

Pri zdvihu hlavovej časti ložnej plochy musí personál regulovať rýchlosť zdvihu, z dodaných vzoriek zrejme najsilnejšia pružina.

Matrac bez pripomienok.



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 3: Lôžka elektrické špecifikácie I.

1. Vzorka postele dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: ELEGANZA 1 LE

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe dokumentácie dodávateľa.
Dodávateľ poskytol informácie v rozsahu všetkých parametrov uvedených v opise predmetu zákazky
Matrac bez pripomienok.

2. Vzorka postele dodávateľa fy. **BASCO**, názov: VIGOROUS 11 S

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ pravdepodobne splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3, ale uvádzame viac praktických negatívnych postrehov.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe čiastkovej dokumentácie dodávateľa.
Plastový odliatok ložnej plochy pod hlavou pacienta sa pri zvýšenej polohe samovoľne vysunie z rámu postele! NEBEZPEČNÉ
Matrac bez pripomienok.

3. Vzorka postele dodávateľa fy. **ČECHOVO**, názov: FBE 4

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek, v podstate žiadna dokumentácia k vzorke nebola dodaná.
Vzhľadom na robustnosť lôžka a hraničné vonkajšie rozmery bola posteľ náročnejšia na manérovateľnosť pre jednu osobu (štandardná situácia je, že s ležiacim chorým ide na napr. RTG snímku jeden sanitár), najmä pri vchádzaní a vychádzaní do a z výťahu.
Zo všetkých dodaných vzoriek matracov sa javí poťah ako najtenší. (jedná sa o subjektívne konštatovanie).

4. Vzorka postele dodávateľa fy. **DARTIN**, názov: 900 SSR

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácií pri odbornej prezentácii.
Matrac bez pripomienok.

5. Vzorka postele dodávateľa fy. **TIMED**, názov: ENTERPRISE 5000X

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácií pri odbornej prezentácii.
Počet vrstiev matraca bol zistený iba 1 vrstva. Zips nie je jednoznačne prekrytý chlopňou, nachádza sa na ňom tzv. „plochý steh“.

6. Vzorka postele dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: PLE-N 85-T

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 3.

Doplňujúci komentár:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácii pri odbornej prezentácii.
Matrac bez pripomienok.



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 4: Lôžka elektrické špecifikácie II.

1. Vzorka postele dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: ELEGANZA 3 XC
- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 4.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe dokumentácie dodávateľa.
Dodávateľ poskytol informácie v rozsahu všetkých parametrov uvedených v opise predmetu zákazky
Matrac bez pripomienok.

2. Vzorka postele dodávateľa fy. **BASCO**, názov: VIGOROUS 10
- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ pravdepodobne splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 4, uvádzame však nasledovné nezhody.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe čiastkovej dokumentácie dodávateľa.
Plastový odliatok ložnej plochy pod hlavou pacienta sa pri zvýšenej polohe samovoľne vysunie z rámu postele! **NEBEZPEČNÉ**
Integrovaná váha v lôžku neodprezentovaná, pravdepodobne z dôvodu nedostatočného nabitia batérie.
Matrac bez pripomienok.

3. Vzorka postele dodávateľa fy. **DARTIN**, názov: 900 ACCELLA
- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 4.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácii pri odbornej prezentácii.
Matrac bez pripomienok.

4. Vzorka postele dodávateľa fy. **TIMED**, názov: ENTERPRISE 9000X
- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 4.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácii pri odbornej prezentácii.

5. Vzorka postele dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: VISION
- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 4.

Doplňujúci komentár: Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácii pri odbornej prezentácii.
Matrac bez pripomienok.



**Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica**
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.“

Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom.

Osobitne pre túto kategóriu vzorky lôžok nedodané.
(okrem fy. VITAMED, ktorá dodala lôžko VISION pre kategórie L5, L6, L7)



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu.

1. Vzorka postele dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: MULTICARE

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 6.

Doplňujúci komentár:

Doplňková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe dokumentácie dodávateľa.
Dodávateľ poskytol informácie v rozsahu všetkých parametrov uvedených v opise predmetu zákazky
Matrac bez pripomienok.

2. Vzorka postele dodávateľa fy. **DARTIN**, názov: PRO 875

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 6.

Doplňujúci komentár:

Doplňková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácií pri odbornej prezentácii.
Pre prax by sme uprednostnili možnosť aretácie nožnej časti čela postele.
Matrac bez pripomienok.

3. Vzorka postele dodávateľa fy. **TIMED**, názov: CITADEL

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ nesplnila podmienky predpísané pre kategóriu L 6.
- Dôvod: celková dĺžka lôžka presahovala hranicu 235 cm, nebolo ju možné transportovať nijakým výtťahom v našej nemocnici.

Doplňujúci komentár:

Doplňková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácií pri odbornej prezentácii.

4. Vzorka postele dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: VISION

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie posteľ splnila podmienky predpísané pre kategóriu L 6.

Doplňujúci komentár:

Doplňková výbava nemocničného lôžka bola posúdená na základe informácií pri odbornej prezentácii.
Matrac bez pripomienok.



**Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica**
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória L 7: Lôžka bariatrické

Osobitne pre túto kategóriu bolo dodané iba lôžko fy. VITAMED, názov: VISION, ktoré je určené aj pre kategóriu L5 a L6.

Ostatní dodávatelia vzorky postelí v kategórii L7 nedodali.



Správa z technického vyhodnotenia vzoriek predmetu zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.**“

Kategória S 1: Nočné stolíky

1. Vzorka nočného stolíka dodávateľa fy. **ART SPECT**

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie nočný stolík splnil podmienky predpísané pre kategóriu S 1.

Doplňujúci komentár: posúdené v rozsahu dokumentácie dodanej dodávateľom, tj. materiálové zloženie sme neoverovali.
Zaznamenali sme ľahkú manévrovateľnosť s jedálenskou doskou (integrovanou).

2. Vzorka nočného stolíka dodávateľa fy. **BASCO**

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie nočný stolík splnil podmienky predpísané pre kategóriu S 1.

Doplňujúci komentár: posúdené v rozsahu dokumentácie dodanej dodávateľom, tj. materiálové zloženie sme neoverovali.
Ťažko uzamykateľné, krehký kľúč, zásuvka nemala vyberateľnú plastovú vložku, bolo možné ju vybrať iba po vysunutí západky na spodnej strane, bez kontroly zraku.
Na vysunutie jedálenskej dosky bolo potrebné vyvinúť maximálne fyzické úsilie (červené tlačítko). Je pre nás ťažko predstaviteľné vysúvať denne najmenej 6x každý stolík u cca 25 pacientov pri priemerne veľkej ošetrovacej jednotke.

3. Vzorka nočného stolíka dodávateľa fy. **ČECHOVO**

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie nočný stolík splnil podmienky predpísané pre kategóriu S 1.

Doplňujúci komentár: posúdené v rozsahu dokumentácie dodanej dodávateľom, tj. materiálové zloženie sme neoverovali.
Na vysunutie jedálenskej dosky bolo potrebné vyvinúť maximálne fyzické úsilie (veľmi vysoká hmotnosť jedálenskej dosky). Je pre nás ťažko predstaviteľné vysúvať denne najmenej 6x každý stolík u cca 25 pacientov pri priemerne veľkej ošetrovacej jednotke.

4. Vzorka nočného stolíka dodávateľa fy. **TIMED**

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie nočný stolík nesplnil podmienky predpísané pre kategóriu S 1.
- Dôvod: Nosnosť stolíka bola deklarovaná na úrovni iba 10 kg. (priložená dokumentácia)

Doplňujúci komentár: posúdené v rozsahu dokumentácie dodanej dodávateľom, tj. materiálové zloženie sme neoverovali.
Nebola dodaná vzorka obojstranného nočného stolíka.
Nebola dodaná vzorka obojstranného nočného stolíka s integrovanou jedálenskou doskou.

5. Vzorka nočného stolíka dodávateľa fy. **VITAMED**

- Na základe vzorky a priloženej dokumentácie nočný stolík nesplnil podmienky predpísané pre kategóriu S 1.

- Dôvod: rozmery jedálenskej dosky boli iba 36cm x 54,5cm.
 - Výškové nastavenie jedálenskej dosky bolo v rozmedzí: 116cm x 85,5cm

Doplňujúci komentár:

posúdené v rozsahu dokumentácie dodanej dodávateľom, tj. materiálové zloženie sme neoverovali.

Na vysunutie jedálenskej dosky bolo potrebné vyvinúť maximálne fyzické úsilie (vysoká hmotnosť dosky). Je pre nás ťažko predstaviteľné vysúvať denne najmenej 6x každý stolík u cca 25 pacientov pri priemerne veľkej ošetrovacej jednotke.