

**Všetkým záujemcom**

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                      Vybavuje/Linka                      Banská Bystrica  
Ing. Martina Soláriková                      10.05.2021  
+421 905 412 051

**VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	<b>Angiografické prístroje</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2021/S 079-200537 zo dňa 23.04.2021 Vestník VO č. 95/2021, 21360 – MST zo dňa 26.04.2021

Verejný obstarávateľ: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky: „Angiografické prístroje“ postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej Únie č. 2021/S 079-200537 zo dňa 23.04.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 95/2021, 21360 – MST zo dňa 26.04.2021.

Dňa 05.05.2021 bola zo strany jedného zo záujemcov (ďalej „žiadateľ“) doručená verejnému obstarávateľovi Žiadosť o nápravu (ďalej aj „žiadosť“) v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch (v súťažných podkladoch) potrebných na vypracovanie ponuky.

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám zasielame výsledok vybavenia žiadosti o nápravu, vrátane odôvodnenia a uvedenia spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy, konkrétne :**

➤ **Ad bod 1) žiadosti:**

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie požaduje nasledovné:

V bode 2.1 – LAO rotácia C ramena – minimálne 0° do +115°.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o akceptovanie rozsahu od 2° do +115°. Jedná sa o zanedbateľný rozdiel medzi pôvodným a navrhovaným parametrom a táto úprava nijako neovplyvňuje funkcionálnosť systému a zároveň umožňuje viacerým dodávateľom predložiť ponuku. Navrhovaný parameter:

LAO rotácia C ramena	minimálne 2° do +115°
----------------------	-----------------------

#### Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa **vyhovuje**. Verejný obstarávateľ súčasne so zaslaním tohto oznámenia upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neuroológie, parameter uvedený v bode 2.1 a to nasledovne:

#### Pôvodne uvedená hodnota:

2.1	LAO rotácia C ramena	minimálne 0° do +115°
-----	----------------------	-----------------------

#### Nová hodnota:

2.1	LAO rotácia C ramena	minimálne 2° do +115°
-----	----------------------	-----------------------

#### ➤ Ad bod 2) žiadosti:

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v časti Prístroj č. 1: RTG prístroj pre elektrofyziológiu uvádza nasledovné:

V technickej špecifikácii v časti C – Opis predmetu zákazky k prístroju č. 1 – RTG prístroj pre elektrofyziológiu, požadujete v bodoch 13.12 a 13.16. – Prenos obrazových dát cez WiFi.

Uvedenú požiadavku plní iba 1 dodávateľ. Prenos obrazu cez kábel má množstvo výhod, ktoré prevažujú na bezdrôtovom spojení a to: žiadny dátový smog, ktorý je kritický najmä pri elektrofyziologických vyšetreniach, žiadne rušenie signálu, rýchlejší dátový tok medzi USG a sondou a teda vyššia kvalita obrazu, a nie je potrebné nabíjať sondy.

Navrhovaný parameter:

13.12	Prenos obrazových dát cez kábel alebo WiFi	áno
-------	--	-----

13.16	Prenos obrazových dát cez kábel alebo WiFi	áno
-------	--	-----

#### Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa **vyhovuje**. Verejný obstarávateľ súčasne so zaslaním tohto oznámenia upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 1: RTG prístroj pre elektrofyziológiu, parameter uvedený v bode 13.12 a 13.16, a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

13.12	Prenos obrazových dát cez WiFi.	áno
-------	---------------------------------	-----

**Nová hodnota:**

<b>13.12</b>	<b>Prenos obrazových dát cez kábel alebo WiFi</b>	<b>áno</b>
--------------	---	------------

Pôvodne uvedená hodnota:

13.16	Prenos obrazových dát cez WiFi.	áno
-------	---------------------------------	-----

**Nová hodnota:**

<b>13.16</b>	<b>Prenos obrazových dát cez kábel alebo WiFi</b>	<b>áno</b>
--------------	---	------------

- **Zároveň verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a zároveň lehotu na otváranie ponúk a upravuje znenie súťažných podkladov nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **31.05.2021 o 10:00:00.**

**Nové znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:**

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **07.06.2021 o 10:00:00.**

Pôvodné znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **31.05.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

**Nové znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:**

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **07.06.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

- **V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ pristúpil k úprave bodu IV.2.2) a k úprave bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 31.05.2021 10:00

**Nové znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:**

Dátum a čas: 07.06.2021 10:00

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 31.05.2021 13:00

**Nové znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:**

Dátum a čas: 07.06.2021 13:00

**Upravené znenie súťažných podkladov vrátane upravenej Prílohy č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky verejný obstarávateľ zverejňuje na profile verejného obstarávateľa a v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:**

<https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/11920/summary>

**Verejný obstarávateľ zároveň vykonal redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.**

S pozdravom,

.....  
Ing. Martina Soláriková  
vedúca oddelenia verejného  
obstarávania