

Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Banská Bystrica
Ing. Martina Soláriková 09.06.2021
+421 905 412 051

VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Angiografické prístroje
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2021/S 079-200537 zo dňa 23.04.2021 Vestník VO č. 95/2021, 21360 – MST zo dňa 26.04.2021

Verejný obstarávateľ: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky: „Angiografické prístroje“ postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej Únie č. 2021/S 079-200537 zo dňa 23.04.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 95/2021, 21360 – MST zo dňa 26.04.2021.

Verejnému obstarávateľovi bola zo strany jedného zo záujemcov (ďalej „žiadateľ“) doručená verejnému obstarávateľovi Žiadosť o nápravu (ďalej aj „žiadosť“) v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch (v súťažných podkladoch) potrebných na vypracovanie ponuky.

Podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám zasielame výsledok vybavenia žiadosti o nápravu, vrátane odôvodnenia a uvedenia spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy, konkrétne :

➤ **Ad bod 1) žiadosti:**

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie požaduje nasledovné:

Verejný Obstarávateľ požaduje dodať Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie bod 1.2 C rameno upevnené o podlahu – Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi minimálne $\pm 90^\circ$.

Dvojrovinové angiografické zariadenia popredných výrobcov sú konštrukčne riešené tak, aby zabezpečili plnohodnotné diagnostické aj terapeutické využitie bez najmenších obmedzení v jednorovínovej alebo dvojrovinovej prevádzke. Kotvenia jednotlivých komponentov sú rozdielne, niektorí výrobcovia používajú kotvenie podlahového C ramena v pozdĺžnej osi patientského stola, niektorí nesymetrické kotvenie s osou stola. Domnievame sa, že požiadavka „Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi minimálne $\pm 95^\circ$ “ je diskriminačná, nakoľko ju spĺňajú len dodávatelia GE a Philips, ktorí sú však zvýhodnení, nakoľko ponúkajú zariadenia s kotvením podlahového C ramena v pozdĺžnej osi patientského stola a diskriminuje ostatných dodávateľov, okrem iného aj našu spoločnosť. Ponechaním takéhoto nastavenia parametrov dochádza k porušeniu § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa nepripúšťa ekvivalentné riešenie a tým dochádza k obmedzeniu súťaže. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme verejnemu obstarávateľovi uvedenú požiadavku z technickej špecifikácie odstrániť alebo vykonať úpravu parametra nasledovne:

„Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi min. $\pm 60^\circ$ /- 90° “

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa **vyhovuje**. Verejný obstarávateľ upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie, parameter uvedený v bode 1.2 a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

1.2	Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi	minimálne $\pm 90^\circ$
-----	--	--------------------------

Nová hodnota:

1.2	Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi	min. $\pm 60^\circ$ /- 90°
-----	--	-----------------------------------

➤ **Ad bod 2) žiadosti:**

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie uvádza nasledovné:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie bod 14.7 Nominálny výkon anódy pre ohnisko 100 kW.

Chceme Verejného Obstarávateľa upozorniť na skutočnosť, že požaduje presne stanovený parameter t.j. 100 kW, čo môže zvýhodniť konkrétneho uchádzača. Nami ponúkané riešenie je celosvetovo používané a jeho parametre v plnom rozsahu umožňujú plnohodnotné diagnostické ako aj terapeutické využitie bez najmenších obmedzení vrátane časovo náročných intervenčných zákrokov aj pri obéznych pacientoch. Výkon a chladenie RTG žiariča sú prispôbené na časovo neobmedzenú prevádzku aj pri výkone min. 90 kW. Domnievame sa, že ponechanie pôvodného parametra je diskriminačné

a požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme verejnému obstarávateľovi požiadavku upresniť nasledovne:

„Nominálny výkon RTG žiariča pre najväčšie ohnisko min. 90 kW“

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa **vyhovuje**. Verejný obstarávateľ upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie, parameter uvedený v bode 14.7, a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

14.7	Nominálny výkon anódy pre ohnisko	100 kW
------	-----------------------------------	--------

Nová hodnota:

14.7	Nominálny výkon RTG žiariča pre najväčšie ohnisko	min. 90 kW
------	--	-------------------

➤ **Ad bod 3) žiadosti:**

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v časti Prístroj č. 3: RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu uvádza nasledovné:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať Prístroj č. 3: RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu bod 4.2. Rozsah skiagrafického prúdu min. 10-100 mA.

Verejný obstarávateľ v časti 4. Generátor okrem rozsahu skiagrafického prúdu min. 10-100 mA požaduje generátor o výkone 90 kW s rozsahom skiagrafického namätia min. 50 – 120 kV. Pri takýchto parametroch rtg žiariča rozsah skiagrafického prúdu min. 10 – 100 mA je netypický a pravdepodobne sa jedná o preklep pri zadaní tohto parametra. Prúdy RTG generátorov sa pohybujú pri skiagrafickej prevádzke v rozsahu min. 30 – 900 mA podľa zvoleného druhu snímkovania. V záujme korektnosti uvedených parametrov žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie tohto parametra nasledovne:

„Rozsah skiagrafického prúdu min. 30 – 900 mA.“

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa **vyhovuje**. Verejný obstarávateľ upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 3: RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu, parameter uvedený v bode 4.2, a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

4.2	Rozsah skiagrafického prúdu	min. 10-100 mA
-----	-----------------------------	----------------

Nová hodnota:

4.2	Rozsah skiagrafického prúdu	min. 30 – 900 mA
-----	------------------------------------	-------------------------

- **Zároveň verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a zároveň lehotu na otváranie ponúk a upravuje znenie súťažných podkladov nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **11.06.2021 o 10:00:00.**

Nové znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **16.07.2021 o 10:00:00.**

Pôvodné znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **11.06.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Nové znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **16.07.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

- **V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ pristúpil k úprave bodu IV.2.2) a k úprave bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 11.06.2021 10:00

Nové znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 16.07.2021 10:00

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 11.06.2021 13:00

Nové znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 16.07.2021 13:00

Upravené znenie súťažných podkladov vrátane upravenej Prílohy č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky verejný obstarávateľ zverejňuje na profile verejného obstarávateľa a v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:



Stredoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

<https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/11920/summary>

Verejný obstarávateľ zároveň vykonal redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

S pozdravom,

.....
Ing. Martina Soláriková
vedúca oddelenia verejného
obstarávania