

Záujemcom

V Prešove, dňa 08.11.2018

**Vec: Doplňujúca informácia č. 2 a 3
Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**

Verejný obstarávateľ:	Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 1, 811 08 Bratislava
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Komplexná dodávka endoskopической techniky a vybavenia
Vyhlásenie verejného obstarávania:	EÚ č. S 204, 23.10.2018, 2018/S 204-464371 Vestník č. 209/2018 – 24.10.2018, 15046 - MST

Dňa 29.10.2018 a 06.11.2018 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania. Záujemci predložil verejnému obstarávateľovi nasledovné:

Otázka č.2-1:

„6: Monitor medicínsky 31“, 1 ks

Technický parameter 4. Vstupy: 1xHDMI, 5x3G/HD/SD-SDI, 1xDVI-D

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu vstupov: 1xHDMI, 1xDP 1.2 (MST), 1xDP 1.2 (SST), 1xDVI, 4xSDI, ktoré plne postačujú k prenosu obrazového signálu?

Technický parameter 5. Jas min. 770 cd

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu jasu min. 350 cd?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametrov. Verejný obstarávateľ zároveň uvedený parameter upravuje v Prílohe č. 4 súťažných podkladov, ktorá tvorí prílohu tohto vysvetlenia. Zmena uvedeného parametra je označená **modrým podfarbením**.

Otázka č. 2-2/3-1:

„15: Kolonoskop, 3 ks

Technický parameter 5. Distálny koniec má priemer max. 11,5 mm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu parametra distálneho konca max. 12,0 mm, ktorý neobmedzuje pacienta pri danom výkone?“

„V opise predmetu zakázky položka č. 15 - Videokolonoskop uvádzate požadovaný parameter " Distálny koniec má priemer max. 11,5 mm". Bude obstarávateľovi vyhovovať priemer distálneho konca 13,2 mm?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra na max. 13,2 mm. Verejný obstarávateľ zároveň uvedený parameter upravuje v Prílohe č. 4 súťažných podkladoch, ktorá tvorí prílohu tohto vysvetlenia. Zmena uvedeného parametra je označená **modrým podfarbením**.

Otázka č. 2-3:

„22: Videogastroskop ultrazvukový lineárny, 1 ks

Technický parameter 3. Smer pohľadu šikmý min. 45 stupňov

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu parametera smer pohľadu šikmý v min. hodnote 40 stupňov, ktorý medicínsky postačuje k ultrazvukovému vyšetreniu?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra. Verejný obstarávateľ zároveň uvedený parameter upravuje v Prílohe č. 4 súťažných podkladoch, ktorá tvorí prílohu tohto vysvetlenia. Zmena uvedeného parametra je označená **modrým podfarbením**.

S pozdravom

PhDr. Matúš Džuppa
osoba zodpovedná za procesnú stránku
verejného obstarávania

Príloha:

- Príloha č. 4: Opis predmetu zákazky/zmluvy –(NsvM-2018-NZ-VS-Endoskopia-SP-p4-opis-v3)