

Všetkým zájemcom

Naša značka: 01/2021

Vybavuje: Ing. Katarína Kupcová

V Košiciach, dňa: 03.06.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Dňa 02.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), výzva v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom „Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154145-2021:TEXT:SK:HTML&src=0> a vo Vestníku verejného obstarávania <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/10993>.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Otázka záujemcu:

Prosím o informáciu, či budú pre časť č.1 - Rukavice nitrilové akceptované aj hrubšie rukavice v rozmedzí 0,12-0,18mm.

Odôvodnenie:

z praxe je známe, že takýto materiál je odolnejší voči mechanickému poškodeniu a tým pádom nedochádza k roztrhnutiu rukavice počas doby použitia.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu špecifikácie pre časť č. 1 predmetu zákazky „Rukavice nitrilové“ zodpovedne s ohľadom na svoje potreby a princípy verejného obstarávania. Zároveň preskúmal dopad navrhovanej zmeny špecifikácie vo vzťahu k svojim potrebám a účelu obstarávaného tovaru.

Odôvodnenie:

Pri výkone odborných zdravotníckych činností je hrúbka rukavíc podstatným parametrom, nakoľko pri používaní rukavíc s väčšou hrúbkou, dochádza k zníženiu citlivosti. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ neakceptuje návrh záujemcu a trvá na pôvodnom parametri „Hrúbka stien meraná dvojito: 0,12 - 0,14 mm“.

S pozdravom

Ing. Katarína Kupcová