



• Všetkým záujemcom •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice

VZ/ /OVO/2021

Mgr. Dana Kapáková  
055/789 1625

20.12.2021

Vec:

**Odpoveď - žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ vyhlásil v Európskom vestníku č. 2021/S 206-536128 zo dňa 22.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 240/2021 zo dňa 25.10.2021 pod označením 49045-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú „Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď.

**Otázka č. 1**

K bodu 17.4. Špecifikácia predmetu zákazky – Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové - **musia byť v zhode : EN 374 1-5**

Pokiaľ ide o normu EN 374, podľa našich informácií norma EN 374 -1 nie je normou, podľa ktorej majú byť rukavice špeciálne testované. Táto norma len uvádza, že všetky rukavice musia byť testované podľa **EN 374 časti 2-4**. Takže uvedením zhody s časťou 1 (EN 374-1) je vyjadrené, že rukavice sú testované podľa častí EN 374 - 2, 3 a 4.. Normu EN374-3 nahradila norma EN 16523-1, ktorá je uvedená aj v našich CE certifikátoch.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o stanovisko, či uvedením, že naše nitrilové rukavice spĺňajú normu EN 374-1 a EN 374-5, bude považovať požiadavku „musia byť v zhode : **EN 374 1-5**“, za splnenú.

**Odpoveď na otázku č. 1**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať normu EN 374-1 a EN 374-5 pre splnenie požiadavky v bode 17.4 Špecifikácia predmetu zákazky „musia byť v zhode s: EN 374 1-5" súťažných podkladov.