

Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď

Vážený záujemca,

verejnému obstarávateľovi, ktorým je Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková č. 82101 Bratislava vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Ultrazvukové prístroje“, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 04.06.2021 pod označením 2021/S 107-279592 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2021 zo dňa 23.6.2021 pod zn. 30172 – MST bola doručená 08.07.2011 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám posielame požadované vysvetlenie súťažných podkladov.

Citácia zo žiadosti o vysvetlenie:

B.I Opis predmetu zákazky

V časti B.I súťažných podkladov B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

„ Počet aktívnych konektorov na konzole USG prístroja — 3 ks

Maximálny počet systémových kanálov - 301 056 ks

Maximálna snímkovacia frekvencia — 1 789 Hz"

Otázka č. 1:

Radi by sme sa opýtali verejného obstarávateľa či nedopatrením nedošlo z jeho strany k presnému zadefinovaniu hodnoty nami vyššie uvedených parametrov, a či v prípade ak došlo k pochybeniu zo strany verejného obstarávateľa mal verejný obstarávateľ na mysli minimálne hodnoty týchto parametrov?

V časti B.I súťažných podkladov B. 1.3 ultrazvukov technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

„ váha prístroja — max. 70"

Nami ponúkané zariadenie disponuje váhou prístroja 76kg. Takáto váha prístroja je bežne využívané v klinickej praxi transplantačných centier.

Otázka č. 2 :

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku uchádzača, ktorého váha prístroja bude max. 76kg, pričom rozsah tejto váhy sa nachádza v 10% tolerancii požadovaného rozsahu verejným obstarávateľom?

V časti B.I súťažných podkladov B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

„Pozorovací uhol monitora — min. 178 stupňov"

Nami ponúkané zariadenie disponuje pozorovacím uhlom monitora 89 stupňov. Takýto uhol monitora prístroja je bežne využívaný v klinickej praxi transplantačných centier, pričom prístroj je umiestnený na polohovateľnom ramene, ktorý zaisťuje ideálny pozorovací uhol, a tým aj kvalitné zobrazenie pri nastavení obrazovky.

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku uchádzača, ktorého pozorovací uhol monitora bude 89 stupňov, pričom prístroj je umiestnený na polohovateľnom ramene, ktoré zaisťuje verejnému obstarávateľovi ideálny pozorovací uhol, a tým aj kvalitné zobrazenie pri nastavení obrazovky?

V časti B.I súťažných podkladov B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre technická špecifikácia prístroja sa uvádza technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

„Zoom a zoom s vysokým rozlíšením min, — 16 násobok“

Nami ponúkané zariadenie disponuje zoom a zoomom s vysokým rozlíšením minimálne 10 násobok, Takýto zoom a zoomom s vysokým rozlíšením prístroja je bežne využívaný v klinickej praxi transplantačných centier.

Otázka č. 4:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku uchádzača, ktorého zoom a zoomom s vysokým rozlíšením bude minimálne 10 násobok, pričom takto predloženou ponukou uchádzača bude dodržaná kvalita, ktorú požaduje verejný obstarávateľ?

Odpoveď na otázku č. 1 a č. 2

Verejný obstarávateľ už na základe podnetu iného záujemcu upravil súťažné podklady (počet aktívnych konektorov na konzole USG zmenil na min. 3, maximálny počet systémových kanálov zmenil na min. 300 000 ks, hodnotu maximálna snímkovacia frekvencia vypustil a hodnotu váha prístroja z max 70 kg zmenil na max. 85 kg) **a zmenu zverejnil 12.07.2021 v dokumentoch k zákazke v informačnom systéme na <https://josephine.proebiz.com>.**

Funkcia				
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie - 1 ks.				
Prístroj, konzola				
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
Počet aktívnych konektorov na konzole USG prístroja	ks	3		3
Maximálny počet systémových kanálov	ks	300 000		301 056
Maximálna snímkovacia frekvencia	Hz			1789
Schopnosť zobraziť rozsah hĺbky	cm	0	33	
váha prístroja	kg		70 85	

Odpoveď na otázku č. 3 a č. 4 Vám poskytneme po preverení kvalitatívnych parametrov monitora z hľadiska účelu použitia.