

Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď

Vážený záujemca,

verejnému obstarávateľovi, ktorým je Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková č. 82101 Bratislava vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Ultrazvukové prístroje“, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 04.06.2021 pod označením 2021/S 107-279592 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2021 zo dňa 23.6.2021 pod zn. 30172 – MST bola doručená 15.07.2011 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám posielame požadované vysvetlenie súťažných podkladov.

Citácia zo žiadosti o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch v časti A.2. Podmienky účasti uchádzačov v bode A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť požadujete:

Uchádzač preukáže dodanie tovarov a súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, s minimálnou hodnotou objemového plnenia nasledovne:

Pre časť 1 v hodnote 150 000 EUR (dvestopäťdesiat tisíc EUR)

Pre časť 3 v hodnote 100 000 EUR (dvestopäťdesiat tisíc EUR)

Prosíme verejného obstarávateľa o zosúladenie požadovanej hodnoty číslom aj slovom, aby bolo jednoznačné, v akej výške má byť predložený zoznam dodávok pre jednotlivé časti.

Odpoveď:

Súťažné podklady boli opravené v znení:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže dodanie tovarov a súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, s minimálnou hodnotou objemového plnenia nasledovne:

- **Pre časť 1** v hodnote **150 000,00 EUR bez DPH** (~~dvestopäťdesiat~~ **stopäťdesiat** tisíc eur) spolu uskutočnených za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.
- **Pre časť 3** v hodnote **100 000,00 EUR bez DPH** (~~dvestopäťdesiat~~ **stotisíc** eur) spolu uskutočnených za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

V súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky pre časť B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre požadujete:

Multifrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých častí a ciev – 1 ks FOV, trapezoid min 48 stupňov.

FOV pri lineárnych sondách sa uvádza v mm a nie v stupňoch. Prosíme verejného obstarávateľa o opravu na:

FOV, trapezoid min 48 mm.

Odpoveď:

V pôvodných súťažných podkladoch a j v oprave 1 je uvedená pri **FOV, trapezoid** jednotka v **mm**

Multifrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých častí a ciev – 1 ks				
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
Frekvenčný rozsah:	MHz	4	13	
Počet elementov	ks	128		128
FOV, trapezoid	mm	48		48
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Možnosť viacnásobnej fokusácie	áno			