

Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď (doplnenie)

Vážený záujemca,
verejnému obstarávateľovi, ktorým je Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková č, 82101 Bratislava vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Ultrazvukové prístroje“, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 04.06.2021 pod označením 2021/S 107-279592 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2021 zo dňa 23.6.2021 pod zn. 30172 – MST bola doručená 08.07.2011 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám posielame požadované vysvetlenie súťažných podkladov.

Citácia zo žiadosti o vysvetlenie:

B.I Opis predmetu zákazky

V časti B.I súťažných podkladov B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku uchádzača, ktorého pozorovací uhol monitora bude 89 stupňov, pričom prístroj je umiestnený na polohovateľnom ramene, ktoré zaistí verejnému obstarávateľovi ideálny pozorovací uhol, a tým aj kvalitné zobrazenie pri nastavení obrazovky?

V časti B.I súťažných podkladov B.1.3 ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre technická špecifikácia prístroja sa uvádza technická špecifikácia prístroja sa uvádza:

„Zoom a zoom s vysokým rozlíšením min, — 16 násobok“

Nami ponúkané zariadenie disponuje zoom a zoomom s vysokým rozlíšením minimálne 10 násobok, Takýto zoom a zoomom s vysokým rozlíšením prístroja je bežne využívaný v klinickej praxi transplantačných centier.

Otázka č. 4:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku uchádzača, ktorého zoom a zoomom s vysokým rozlíšením bude minimálne 10 násobok, pričom takto predloženou ponukou uchádzača bude dodržaná kvalita, ktorú požaduje verejný obstarávateľ?

Odpoveď na otázku č. 3 a č. 4

Každý **potenciálny záujemca** vo vzťahu k obsahu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž, ako aj každý záujemca, ktorému verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytol súťažné podklady alebo informatívny dokument, vo vzťahu k ich obsahu, má **právo požiadať** verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, ak má **pochybnosti** o správnom pochopení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž a/alebo súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo informatívneho dokumentu, avšak len za stanovených podmienok.

Pri príprave ponuky musí uchádzač akceptovať, že zamestnancami verejného obstarávateľa v súlade so zriaďovacou listinou sú aj vysokoškolskí učitelia, ktorí vykonávajú praktickú výučbu a ktorí zároveň poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii. Pozorovací uhol monitora a zoom je pri praktickej výučbe dôležitý.

O tom, či uchádzačom navrhované riešenie spĺňa minimálne technické požiadavky rozhodne odborná komisia. Zároveň pripomíname, že verejný obstarávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.