

Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď

Vážený záujemca,

verejnému obstarávateľovi, ktorým je Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková č. 82101 Bratislava vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Ultrazvukové prístroje“, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 04.06.2021 pod označením 2021/S 107-279592 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2021 zo dňa 21.6.2021 pod zn. 30172 – MST bola doručená 21.07.2021 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám posielame požadované vysvetlenie súťažných podkladov.

Citácia zo žiadosti o vysvetlenie:

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS (časť 2)

Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
novorodenecká sektorová kardio sonda	Mhz	4	12	

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedenú sondu s frekvenčným rozsahom minimálne 4-12 MHz.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať frekvenčný rozsah sondy 2-9 MHz? Tento rozdiel nemá zásadný vplyv na medicínsko-diagnostické schopnosti prístroja a umožní verejnému obstarávateľovi získať viac relevantných ponúk.

Odpoveď: Každý potenciálny záujemca, ak má **pochybnosti** o správnom pochopení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž a/alebo súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo informatívneho dokumentu, má právo **požiadať** verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, avšak len za stanovených podmienok. Požadovaný frekvenčný rozsah sondy je stanovený jasne a komisia bude pri posudzovaní a hodnotení ponúk postupovať v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.