



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



Zariadenie tvoriace predmet zákazky je určené pre Ústav patologickej anatómie Univerzitnej nemocnice Martin. Ústav patologickej anatómie doteraz disponuje jedným zariadením, ktoré je nielen morálne zastarané, ale aj viac než opotrebované, sčasti korodované, poruchové a vyžadujúce časté opravy. Stávajúce zariadenie neumožňuje splniť požiadavky kladené na daný druh zariadenia z kapacitného ani kvalitatívneho hľadiska. Obstarávané zariadenie „Farbiaci a montovací automat“, tvoriace predmet zákazky, bude využitý vo farbiacom laboratóriu bioptického úseku na základné histologické farbenie hematoxylínom-eozínom a špeciálne histologické farbenia napr. PAS, podľa Giemsu a podobne.

Z dôvodu potreby zabezpečenia plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici Martin, verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky „**Farbiaci a montovací automat**“, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2021 pod evid. č. 31475 – WYT a prijal jedinú predloženú ponuku spoločnosti MEDESA s.r.o., Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička.

Ponúknutá celková cena za predmet zákazky v € s DPH neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky a ponuka úspešného uchádzača, ktorá splnila všetky podmienky zadefinované verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, plne zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi.

Zákazka na predmet „Farbiaci a montovací automat“ bola riadne vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2021 pod evid. č. 31475 – WYT, čo znamená, že bola verejne prístupná pre neobmedzený počet záujemcov; súťažné podklady boli zverejnené a dostupné všetkým záujemcom v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie; lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočne dlho s ohľadom na povahu a predmet zákazky; ponúknutá cena za celý predmet zákazky neprekročila jeho predpokladanú hodnotu; v použitom postupe zadávania zákazky neboli vznesené žiadne výhrady a neboli uplatnené žiadne revízne postupy.

Verejný obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu s uvedenou spoločnosťou ako úspešným uchádzačom v prípade, že bude udelený súhlas MZ SR na uzavretie zmluvy.