

Dodatok č. 1
ku KÚPNEJ ZMLUVE Č. COVID EUGA APsMVF113 zo dňa 25.03.2022
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „*Dodatok č. 1*“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno: **Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.**
So sídlom: **Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom**
IČO: **46 378 979**
DIČ: **2023373264**
IČ DPH: **SK2023373264**
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ**
Ing. Margita Vernerová, na základe splnomocnenia
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25685/R**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a. s.**
IBAN: **SK 85 1100 0000 0026 2722 5544**
(ďalej len „*predávajúci*“)

a

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**
IČO: **44 452 519**
DIČ: **2022728796**
IČ DPH: **SK7020000669**
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10509/T**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK49 1100 0000 0029 4004 2947**

(ďalej len „*kupujúci*“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.03.2022 ako výsledok verejnej súťaže zrealizovanej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu č. COVID EUGA APsMVF113 (ďalej len „Kúpna zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu na základe vystavenej objednávky medicínske zariadenie – **anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií** (ďalej len „zariadenie“ alebo „tovar“), previesť k tomuto zariadeniu na kupujúceho vlastnícke právo a poskytnúť mu súvisiace služby podľa zmluvne dohodnutých podmienok, ako aj záväzok kupujúceho tovar prevziať, poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu.

2. S ohľadom na odôvodnenú potrebu upraviť niektoré podmienky dohodnuté v Kúpnej zmluve sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, tak ako je v ňom ďalej uvedené.

Čl. III. Predmet Dodatku č. 1

1. Počas platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy nastali mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti zodpovedajúce okolnostiam vyššej moci vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán súvisiace najmä s novou rozšírenou vlnou pandémie vírusového ochorenia COVID-19, ako aj súvisiace s rozsiahlym nedostatkom komodít na trhu nevyhnutných pre riadnu výrobu a dodanie tovaru (a to najmä polovodiče, plasty a kovy). Uvedené skutočnosti nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy, a ani v priebehu doterajšieho plnenia Kúpnej zmluvy predvídať.
2. V dôsledku mimoriadnych okolností uvedených v ods. 1 tohto článku Dodatku č. 1 zmluvné strany berú na vedomie, že predávajúci nie je objektívne schopný riadne si plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy spočívajúce najmä vo včasnom dodaní tovaru a včasnom poskytnutí ďalších súvisiacich plnení, nakoľko predmetné mimoriadne okolnosti spôsobujú predávajúcemu značné logistické problémy pri doprave tovaru na miesto dodania.
3. V kontexte vyššie uvedených skutočností a Čl. 6 ods. 6.11 Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úprave lehoty dodania tovaru a poskytnutia ďalších súvisiacich plnení zo strany predávajúceho kupujúcemu, pričom lehota dodania tovaru a poskytnutia ďalších súvisiacich plnení sa tak predlžuje o **jedenásť (11) kalendárnych dní**. Vzhľadom na uvedené celková predĺžená lehota dodania tovaru a poskytnutia ostatných plnení predávajúcim je **päťdesiatšesť (56) kalendárnych dní**. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa v celom rozsahu ruší pôvodná Príloha č. 4 Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novou *Prílohou č. 4 – Lehoty dodania tovaru, inštalácie tovaru, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a prebratia tovaru*, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 a je k nemu pripojená.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa v celom rozsahu ruší pôvodná Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novou *Prílohou č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky*, ktorá je ako neoddeliteľná časť tohto Dodatku č. 1 k nemu pripojená.
5. Tento Dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže potreba zmeny Kúpnej zmluvy spočívajúcej v úprave lehoty dodania tovaru vyplynula z vyššie špecifikovaných okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a predmetnou zmenou sa nemení charakter uzatvorenej Kúpnej zmluvy.



Článok IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou od 30.07.2022.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) originálne vyhotovenia obdrží kupujúci a dva rovnopisy obdrží predávajúci.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento Dodatok č. 1 je ich slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitý, zrozumiteľný a nie je uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok ktoréhokoľvek z účastníkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním pozorne prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky
 - Príloha č. 4 – Lehoty dodania tovaru, inštalácie tovaru, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a prebratia tovaru

V Novom Meste nad Váhom dňa 17.08.2022

V *Jaroslav* 25-08-2022
dňa

Predávajúci:
**Messer Medical Home Care
Slovakia, s.r.o.**

Kupujúci:
**Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša
Galanta, a.s.**

.....
Ing. Jaroslav Tonkovič
konateľ

.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Margita Vernerová
na základe splnomocnenia

.....
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Názov zákazky: Základné lekárske zariadenia

Časť č. 1: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobku / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		
GE Healthcare, typové označenie / Carestation 650 s monitorom B155M		
Položka predmetu zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií požadovaný počet: 2 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií)	Doplňujúce informácie
1	Pojazdný anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií určený na podávanie celkovej anestézie s možnosťou montáže na stropný záves.	
2	Prehľadný farebný displej umiestnený na polohovateľnom ramene resp. vstavaný do prístroja s uhlopriečkou veľkosti min. 12".	
3	Elektrické napájanie (220 V/40V) so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku min. 60 minút.	
4	Nastaviteľný pomer dŕb vŕch a výdychu (I:E), vrátane inverzných pomerov min. (4:1 až 1:4).	väčší rozsah je prípustný
5	Nastaviteľná frekvencia dýchania v počte min. (4 - 80) dychov.	väčší rozsah je prípustný
6	Nastaviteľný PEEP v rozsahu min. (5 - 20) cmH ₂ O.	väčší rozsah je prípustný
7	Dosiahnuteľný dychový objem v rozsahu min. (20 - 1400) ml.	väčší rozsah je prípustný
8	Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu min. (0,5 - 10) L/min.	väčší rozsah je prípustný
9	Nastaviteľný inspiračný čas min. (0,2 - 5) sekúnd.	väčší rozsah je prípustný
10	Nastaviteľná inspiračná pauza min. (5 - 50) %.	väčší rozsah je prípustný
11	Rozsah merania SpO ₂ min. (40 - 100) %.	väčší rozsah je prípustný
12	Rozsah merania tlakov min. (-40 - 320) mmHg.	väčší rozsah je prípustný
13	Napájanie stlačeným plynom O ₂ (kyslík), N ₂ O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a záložné napájanie plynom z tlakových fliaš pre O ₂ a N ₂ O.	
14	Dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku.	
15	Zmiešavač čerstvej zmesi umožňujúci presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta (0,5 - 10) L/min.	väčší rozsah je prípustný
16	Zobrazenie spotreby použitých medicínskych plynov a anestetika po každom výkone.	
17	Zobrazenie prietokomerov v číselnom prevedení na viditeľnom mieste prístroja.	
18	Výdechové a výdychové koncentrácie CO ₂ , vdychované a výdychované koncentrácie kyslíka, ako aj vdychové a výdychové koncentrácie N ₂ O a použitých anestetik s automatickou detekciou použitého anestetika a výpočtom MAC (monitoring plynov), grafické zobrazenie optimálnosti anestézie, ktorá kombinuje a zobrazuje kombinované účinky anestetikovej a analgetikovej medicíny podávanej počas celkovej anestézie zobrazované na displeji anestéziologického prístroja resp. na displeji monitora vitálnych funkcií.	
19	Monitoring ventiláčnych parametrov, kompletný monitoring spirometrie (Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Pplat, Compliance, Resistance), sľučky alebo krivky pľúcnej mechaniky (tlak-objem, prietok-objem) zobrazované na displeji anestéziologického prístroja resp. na displeji monitora vitálnych funkcií.	
20	Odparovač anestetika sevofluran súčasť dodávky.	
21	Anestéziologický okruh vrátane časti ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklárovateľné (sterilizovateľné parou) a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov.	
22	Účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov.	
23	Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest.	

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženej doklady, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, foto doklad od výrobcu, podpisateľ/zodpovedný zmlouvy, fotografie, resp. názov iného predloženej doklady)	POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 1 a Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 17 - Prehľad funkcií a Dokument Carestation 650 Brozúra č. JB28112XX	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 1 - Key features	Áno, 15"
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 4 - Battery backup	Áno, 90 minút
uvedte hodnotu	Áno, 4.1 až 1.8	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	4.1 až 1.8
uvedte hodnotu	Áno, 4;100	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	
uvedte hodnotu	Nastaviteľný PEEP v rozsahu 0 a 4 až 30 cmH2O	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 3 - PEEP	
uvedte hodnotu	Dosiahnuteľný dychový objem v rozsahu 5 až 1500 ml	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	
uvedte hodnotu	Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu 0,2 až 10 l/min	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	
uvedte hodnotu	Nastaviteľný inspiračný čas v sekundách a to 0,2 až 5 sek	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	
uvedte hodnotu	Nastaviteľná inspiračná pauza v % a to 5 až 60%	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane:3 Ventilator parameter ranges	
uvedte hodnotu	Rozsah merania SpO2: 1-100%	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 2 - SPO2	
uvedte hodnotu	Rozsah merania tlakov -40 mmHg až 320 mmHg.	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 3 - Invasive blood pressure	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 6 Pneumatic Specifications	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 6 Pneumatic Specifications	napájanie cez bajonetový konektor a nastaviteľné prietokomerom
uvedte hodnotu	Zmiešavač čerstvej zmesi umožňujúci presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta (0,2 - 10) l/min.	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 1 a na strane 3 - Ventilator parameter ranges	MechanicalLink-25 poskytuje nominálnu koncentráciu kyslíka 25% v zmesi O2/N2O
áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 95 - ecoFLOW	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 36 - bod 1 a 3	
áno/nie	Áno	Dokument Modul E-sCAIO č. DOC1393651 Rev 2, strana: 1 a strana 3 - System compatibility	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 5 - Patient Spirometry	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 225	Súčasť dodávky
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 - Kapitola 9 od strany 185	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 26 a 27 AGSS	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: 38 bod 11 a 12	

24	Anestéziologický okruh s absorberom CO ₂ , vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti (uzatvorenie okruhu a tým zabezpečená tesnosť prístroja počas prevádzky prístroja pri výmene absorbera CO ₂ s alarmom na obrazovke upozorňujúcim na prevádzku bez zapojeného absorbera CO ₂). Absorbér CO ₂ dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorazové predplnené kazety.	
25	Ventilačné režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, PSV, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia.	
26	Osvetlenie uzlových bodov anestéziologického prístroja pre prácu v tme.	
27	Súčasťou dodávky je kompatibilný modulárny monitor vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií pacienta a to: EKG, respirácia, SpO ₂ , teplota 2x, neinvazívny TK, 2x invazívne tlaky, EtCO ₂ , modul alebo monitor meranie hladiny neuromuskulárneho bloku ľežnými formami stimulácie: TOF, ST, DBS a stimulácia neuromuskulárnym liekom, modul alebo monitor pre meranie stavu mozgu počas anestézie a hĺbky anestézie (BIS, SedLine alebo entropia).	
28	Veľkosť farebného monitora vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov vo veľkosti uhlopriečky min. 15".	
29	Monitor vybavený slotmi pre moduly alebo rozšíriteľný prostredníctvom modulov alebo monitorov pripojených k základnému monitoru káblom so zobrazením všetkých parametrov na základnom prístroji. Monitor musí umožniť pripojiť súčasne okrem modulov alebo monitorov na zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií ďalšie min. 2 moduly alebo monitory podľa klinickej potreby.	
30	Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za 24 hod., prezeranie vo všetkých typoch trendov.	
31	EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu.	
32	SpO ₂ technológia Masimo resp. meranie SpO ₂ klinicky rovnocennou technológiou /krivky lícoty/ v rozsahu merania (80 - 100)%	väčší rozsah je prijateľný
33	Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim.	
34	Neinvazívny IK systolický, stredný, diastolický.	
35	IBP tlaky (možnosť merania tlakov): arteriálny tlak, centrálny venózy tlak, tlak v pľúcni, intrakraniálny tlak (ICP).	
36	Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora.	
37	Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek s možnosťou užívateľského nastavenia rozloženia parametrov na obrazovke.	
38	Monitor optimalizujúci bilanciú tekutín monitorovaním parametrov (variácia systolického tlaku (SPV) a/alebo variácia pulzného tlaku (PPV).	
39	Možnosť potlačenia zvukového alarmu, nastaviteľná intenzita zvukového alarmu.	
40	Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov manuálne a automaticky.	
41	Odlíšne optické a akustické alarmy.	
42	Stránka histórie alarmov.	
43	Opcia teda možnosť budúceho zabezpečenia prenosu dát z monitora do nemocničného informačného systému (NIS) a možnosť hardvérového prepojenia s nemocničným informačným systémom (NIS).	
44	Kompletné základné príslušenstvo: 6 ks EKG kábel, 6 ks saturačný senzor, 6 sád manžiet v troch veľkostiach na meranie neinvazívneho tlaku, 12 ks káblov na meranie invazívneho tlaku, 6 ks teplotných sond, dýchacie okruhy pre dospelých a deti s jednorázovými hadicami min. 10 ks, dýchacie okruhy pre deti s jednorázovými hadicami min. 10 ks, 6 sád spotrebného materiálu k monitorovaniu NMT (neuromuscular monitoring), 6 balení senzorov k monitorovaniu hĺbky anestézy (BIS alebo Entropia senzory), 10 ks anestéziologických okruhů, príslušenstvo k meraniu EtCO ₂ , pri dodaní modulov príslušenstvo k nim vrátane prepájacích káblov.	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
45	Záruka min. 24 mesiacov	
46	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 56 kalendárnych dní od dňa obdržania objednávky.	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Novom Meste nad Váhom
Dňa: 17.8.2022

áno/nie	Áno	Dokument Carestation™ 620/650/650c Referenčná príručka používateľa č. 2076152-SK E 10 2017 na strane: strana 156 až 160	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 2 - Modes of ventilation	
áno/nie	Áno	Dokument Carestation 650 č. DOC1649438 Rev2 6/15 na strane: 1 - Design	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 2 - Display	Áno, 15,6"
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 1,2 a 4 , moduly E-NMT, E-Entropy, E-COP, E-sCaio, E-sCO	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 5 - Trends	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 2 - ECG	
uvedte hodnotu	Áno, 1 100%	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 2 - SPO2	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 3 - NIBP	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 3 - NIBP	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 3 - Invasive blood pressure a Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 147 - Meranie invazívneho tlaku na obrazovke monitora	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 na strane: 3 - Temperatures	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 56	Áno, 12 kriviek
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 66 - Alarmy	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 66 - Alarmy	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 66 - Alarmy	
áno/nie	Áno	Dokument B105M/B125M/B155M Používateľská príručka č. 5828000-SK na strane: 240 - História alarmov	
áno/nie	Áno	Dokument Carescape network č. JB43955XX; Dokument B105M/B125M/B155M č. JB00262XE 2020-09-21 a Dokument Carescape central station č. DOC1141203 1/19	Systém patientskych monitorov Bxxx je od výrobcu GE Healthcare je vzájomne kompatibilný a prepojiteľný v sieti Carescape
áno/nie	Áno	Dokument CARESCAPE Monitor Bxxx Spotrebný materiál a príslušenstvo č. M1209476	6 ks EKG kábel, 6 ks saturačný senzor, 6 sád manžiet v troch veľkostiach na meranie neinvazívneho tlaku, 12 ks káblov na meranie invazívneho tlaku, 6 ks teplotných sond, dýchacie okruhy pre dospelých a deti s jednorázovými hadicami 10 ks, dýchacie okruhy pre deti s jednorázovými hadicami 10 ks, 6 sád spotrebného materiálu k monitorovaniu NMT, 6 balení senzorov k monitorovaniu hĺbky anestézy, 10 ks anestéziologických okruhů, príslušenstvo k meraniu EtCO ₂ , pri dodaní modulov príslušenstvo k nim vrátane prepájacích káblov.
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno/nie	Áno	Na základe zmlúvy a súťažných podmienok	24 mesiacov
áno/nie	Áno	Na základe zmlúvy a súťažných podmienok	

Ing. Jaroslav Tonkovič
Konateľ

Príloha č. 4

**Lehoty dodania tovaru,
inštalácie tovaru,
zaškolenia zamestnancov kupujúceho
a prebratia tovaru**

Časť predmetu zákazky číslo – Názov tovaru	Maximálna lehota dodania počítaná v kalendárnych dňoch od dňa doručenia záväznej objednávky
Časť č. 1 Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií	56 dní

V: Novom Meste nad Váhom

Dňa: 17.8.2022

Ing. Jaroslav Tonkovič

Konateľ

Ing. Margita Vernerová

na základe splnomocnenia