



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 5 - Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14785/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 5 je kúpa a dodanie **respirátorov FFP2 bez výdychového ventilu v celkovom množstve 26 000ks** na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou alebo inou pandémiou.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

33100000-1	Zdravotnícke vybavenie
18143000-3	Ochranný výstroj

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 5 pracovných dní** odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Respirátory FFP2 vyrobené z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní s jemným ukončením okrajov respirátora, s reliéfnym vrchným panelom znižujúcim zahmlievanie okuliarov univerzálnej veľkosti, s formovateľnou nosovou sponou všíťou do respirátora. Respirátory musia byť individuálne balené po 1ks. Minimálna životnosť výrobku je 24 mesiacov.

**Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu spĺňajúci harmonizačnú normu:**  
EN 149:2001+A1:2009 alebo ekvivalent

**Požadovaný typ a konštrukcia respirátora:** skladací typ – 2panelová konštrukcia

**Požadované uchytenie respirátora:**

- uchytenie 2 samostatnými elastickými ramienkami,
- uchytenie za ušami je postačujúce.

**Požiadavky na predloženie:**

- Technický (produktový) list ponúkaného tovaru **obsahujúci aj fotografie viditeľne zobrazujúce ponúkaný tovar** vrátane zobrazenia ramienok a spôsobu ich uchytenia,
- EÚ vyhlásenie o zhode ponúkaného tovaru,
- Certifikát EU skúšky typu ponúkaného tovaru,



- Návod na používanie a údržbu pre ponúkaný tovar (v slovenskom jazyku).

#### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Dodanie a vyskladnenie **na maximálne pätnásť (15) odberných miest v rámci mesta Bratislavy**, len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred. Odberné miesta s kontaktnými osobami pre prevzatie dodávaného tovaru budú oznámené úspešnému uchádzačovi v čase odoslania výzvy k poskytnutiu súčinnosti pre podpísanie kúpnej zmluvy.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných respirátorov v originálnom neporušenom balení.
- Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.